



ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH

40-038 Katowice, ulica Powstańców 31

www.zwps.pl

tel. (32) 255-22-26

fax. (32) 343-40-01

ZWPS wdrożył system zgodny z normami PN-EN ISO
9001:2015-10
oraz PN-EN ISO 14001:2015-09



Katowice, dnia 13.09.2022 r.

ZWPS/DA/ 6400 /2022

Uczestnicy Postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 roku pozycja 1129 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej: ustawą Pzp.), którego przedmiotem jest „**Sukcesywna dostawa odczynników oraz testów alergologicznych**”

Numer referencyjny : ZP/D/5/22

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. pozycja 1129 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej ustawą Pzp.). Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły od Wykonawców.

Pytanie 1: Dotyczy Pakietu Nr 13:

Czy Zamawiający dopuści test, w którym substratem jest tylko komórka / tkanka HEp – 2?

Uzasadnienie: Według najnowszych rekomendacji rozcieńczenie surowicy pacjenta przy screeningowym badaniu ANA met. immunofluorescencji pośredniej powinno wynosić 1:80 natomiast przy diagnostyce tkanek tj. wątroba, nerka, żołądek rozcieńczenie surowicy powinno być 1:20.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zastosowanie wątroby małej jako substratu pomocniczego umożliwia potwierdzenie typu fluorescencji, różnicowanie typów fluorescencji, otrzymywanie dodatkowych wyników (wykrycie dodatkowych przeciwciał). Na podstawie doświadczeń można stwierdzić, iż użycie kombinacji dwóch substratów pozwala na dokładniejszą ocenę wyników i monitorowanie stanu pacjentów.