



ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH

40-038 Katowice, ulica Powstańców 31

www.zwps.pl

tel. (32) 255-22-26

fax. (32) 343-40-01

ZWPS wdrożył system zgodny z normami PN-EN ISO
9001:2015-10
oraz PN-EN ISO 14001:2015-09



ZWPS/DA/7472/2022

Katowice, dnia 27.10.2022 r.

Uczestnicy Postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 roku pozycja 1710 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej: ustawą Pzp.), którego przedmiotem jest „**Zakup aparatu OCT dla Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach**”
Nr referencyjny: **ZP/D/9/22**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. pozycja 1129 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej ustawą Pzp.). Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły od Wykonawców.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę w Rozdziale I w punkcie 12 litera a) SWZ na czas naprawy gwarancyjnej do 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego lub alternatywnie wstawienie sprzętu zastępczego o funkcjonalności i parametrach nie gorszych od przedmiotu umowy na czas przedłużającej się naprawy?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wstawienie sprzętu zastępczego o funkcjonalności i parametrach nie gorszych od przedmiotu umowy na czas przedłużającej się naprawy powyżej 7 dni.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wyraża zgodę w Rozdziale I w punkcie 13 SWZ na dostępność części zamiennych do 8 lat od daty zakończenia produkcji aparatu będącego przedmiotem umowy.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dokonuje zmiany zapisu treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w Rozdziale I punkcie Nr 13, i nadaje mu następujące brzmienie cytując:

„ ... Dostępność części zamiennych wynosi minimum 8 lat od daty zakończenia produkcji aparatu będącego przedmiotem umowy” koniec cytatu.