



## ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH

40-038 Katowice, ulica Powstańców 31

www.zwps.pl

tel. (32) 255-22-26

fax. (32) 343-40-01

ZWPS wdrożył system zgodny z normami PN-EN ISO  
9001:2015-10  
oraz PN-EN ISO 14001:2015-09



Katowice, dnia 21.10.2022 r.

ZWPS/DA/ 7320 /2022

**Uczestnicy Postępowania**

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy:** Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 roku pozycja 1129 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej: ustawą Pzp.), którego przedmiotem jest **„Dostawa 3 mikrotomów saneczkowych oraz 2 łaźni wodnych dla Pracowni Patomorfologii Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach”** – Nr referencyjny: ZP/D/8/22

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. pozycja 1129 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej ustawą Pzp.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły od Wykonawców.

**Pytanie 1:** Dotyczy Pakietu Nr 2 – Załącznika Nr 5 do SWZ

– dostawa łaźni wodnych

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaproponowania łaźni wodnych dedykowanych typowo do pracowni histopatologicznych do rozprostowywania skrawanego na mikrotomie materiału tkankowego z podświetleniem łaźni w dwóch wariantach kolorystycznych – biały i niebieski w celu łatwiejszej oceny jakości skrawanego materiału tkankowego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga łaźni wodnych dedykowanych typowo do pracowni histopatologicznych.

**Pytanie 2:** Dotyczy Pakietu Nr 2 – Załącznika Nr 5 do SWZ

– dostawa łaźni wodnych

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaproponowania łaźni wodnych z możliwością zaprogramowania dni pracy urządzenia w cyklu tygodniowym (dni w których urządzenie samodzielnie włącza i wyłącza ogrzewanie o zadanych przez Użytkownika godzinach)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga łaźni wodnych z możliwością zaprogramowania dni pracy urządzenia w cyklu tygodniowym.

**Pytanie 3:** Dotyczy Pakietu Nr 2 – Załącznika Nr 5 do SWZ

– dostawa łaźni wodnych pkt. I.2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie łaźni wodnych o masie całkowitej 10 kg?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łaźni wodnych o masie całkowitej 10 kg.

**Pytanie 4:** Dotyczy Pakietu Nr 2 – Załącznika Nr 5 do SWZ:

– dostawa łaźni wodnych pkt. I.3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie łaźni wodnych o wymiarach: 350 x 370 x 230 mm (szerokość x głębokość x wysokość)

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łaźni wodnych o wymiarach: 350 x 370 x 230 mm (szerokość x głębokość x wysokość).

**Pytanie 5:** Dotyczy Pakietu Nr 1 – Załącznika Nr 4 do SWZ:

Pkt I, Poz. 3 Czy zamawiający wymaga aby tacka na ścinki zajmowała całą długość urządzenia czyli w pełnym zakresie ruchu żyłki.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie 6:** Dotyczy Pakietu Nr 1 – Załącznika Nr 4 do SWZ:

Pkt I, Poz. 4 Czy zamawiający dopuści urządzenie w którym sanki działają płynnie bez luzów z możliwością zablokowania w trzech pozycjach.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaoferowania urządzenia, w którym sanki działają płynnie bez luzów z możliwością zablokowania w trzech pozycjach.

**Pytanie 7:** Dotyczy Pakietu Nr 1 – Załącznika Nr 4 do SWZ

Pkt I, Poz. 8 Prosimy zamawiającego o odstąpienia wymogu możliwości zdefiniowania okna cięcia. W przypadku mikrotomu saneczkowego wskazane rozwiązanie jest zbędne ze względu na fakt, że zakres ruchu pracy urządzenia jest definiowany bezpośrednio przez użytkownika i jego predyspozycje związane z anatomiczną budową długości ramion i przedramion.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 8:** Dotyczy Pakietu Nr 1 – Załącznika Nr 4 do SWZ:

Pkt I, Poz. 9 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie urządzenia o parametrach skrawania przedstawionych poniżej:

Zakres grubości skrawania: od 0,5 µm do 40 µm

Zakres ustawień

- od 0,5 µm do 10 µm w krokach co 0.5 µm

- od 10 µm do 40 µm w krokach co 5 µm

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaoferowania zakresu ustawień: - od 0,5 µm do 10 µm w krokach co 0.5 µm ; - od 10 µm do 40 µm w krokach co 5 µm.

**Pytanie 9:** Dotyczy Pakietu Nr 1 – Załącznika Nr 4 do SWZ:

Pkt I, Pozycja nr 10 : Prosimy zamawiającego o dopuszczenie urządzenia, którego kąt natarcia (przyłożenia) zaczyna się w zakresie od 0°. Zastosowanie ujemnego kąta żyłki jest bezzasadne gdyż uniemożliwia skrawanie i może doprowadzić do uszkodzenia materiału w zatopionej kasetce oraz oddzielenia parafinowego bloczka od kasetki.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaoferowania urządzenia, którego kąt natarcia (przyłożenia) zaczyna się w zakresie od 0°..