



## ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH

40-038 Katowice, ulica Powstańców 31

www.zwps.pl

tel. (32) 255-22-26

fax. (32) 343-40-01

ZWPS wdrożył system zgodny z normami PN-EN ISO  
9001:2015-10  
oraz PN-EN ISO 14001:2015-09



Katowice, dnia 17.11.2022 r.

ZWPS/DA/ 8074 /2022

### Uczestnicy Postępowania

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy:** Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 roku pozycja 1710 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej: ustawą Pzp.), którego przedmiotem jest „Sukcesywna dostawa drobnego jednorazowego i wielorazowego sprzętu medycznego” – Numer referencyjny : **ZP/D/7/22**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. pozycja 1710 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej ustawą Pzp.). Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły od Wykonawców.

**Pytanie 1:** Dotyczy Pakietu Nr 19 poz. Nr 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji Nr 2 do odrębnego pakietu?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji Nr 2 z Pakietu Nr 19.

**Pytanie 2:** Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. Nr 8.

Prosimy o doprecyzowanie jakiej wielkości parawanu Zamawiający wymaga. Czy ma on być wiązany na troki (jeśli tak, na którym boku), czy zaszyty do „nałożenia” (jaka średnica otworu ma być)

**Odpowiedź:**

Zamawiający używa parawanu wiązanego na troki z krótszego boku.

**Pytanie 3:** Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. Nr 8:

Prosimy o doprecyzowanie z jakiej włókniny oraz minimalnej gramatury Zamawiający oczekuje parawanu?.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie określa rodzaju włókniny ani minimalnej gramatury.

**Pytanie 4:** Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. Nr 6.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 21 poz. 6 nożyczki do nacinania zmian skórnych o długości 13 cm ?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 5:** Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. Nr 6

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 21 poz. 6 nożyczki do nacinania zmian skórnych o długości 14 cm ?.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 6:** Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. Nr 2

Czy zamawiający dopuści cewnik o długości 2m

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ, Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia. Cewnik o tej długości Zamawiający zawarł w Załączniku Nr 5 w Pakiecie Nr 5 pozycji Nr 4.

**Pytanie 7:** Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. Nr 3

Czy zamawiający dopuści cewnik o długości 2m?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SWZ. W domowym leczeniu tlenem pacjent wymaga cewnika o długości 15 metrów.

**Pytanie 8:** Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. Nr 3

Czy zamawiający dopuści cewnik o długości 5m?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SWZ. W domowym leczeniu tlenem pacjent wymaga cewnika o długości 15 metrów.

**Pytanie 9:** Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. Nr 3

Czy zamawiający dopuści cewnik o długości 7,5m?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SWZ. W domowym leczeniu tlenem pacjent wymaga cewnika o długości 15 metrów.

**Pytanie 10:** Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. Nr 1

Czy zamawiający dopuści elektrody o wymiarach 36 x 42 mm?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SWZ. Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia. Elektrody o oferowanych wymiarach są zbyt małe dla dorosłego mężczyzny.

**Pytanie 11:** Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. Nr 1

Czy zamawiający dopuści elektrody o wymiarach 36 x 50 mm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza elektrody o wymiarach 36 x 50 mm

**Pytanie 12:** Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. Nr 1

Czy zamawiający dopuści elektrody o średnicy 50 mm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza elektrody o średnicy 50 mm

**Pytanie 13:** Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. Nr 2

Czy zamawiający dopuści elektrody o średnicy 30 mm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza elektrody o średnicy 30 mm

**Pytanie 14:** Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. Nr 2

Czy zamawiający dopuści elektrody o średnicy 50 mm?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SWZ. Oferowane elektrody są za duże dla noworodków i małych niemowląt.

**Pytanie 15:** Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. Nr 5

Czy zamawiający dopuści pas o wymiarach 500 x 32 mm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 16:** Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. Nr 1

Czy zamawiający dopuści wżerniki o średnicy 4,0 mm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 17:** Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. Nr 7 i Nr 15

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w powyższych pozycjach Zamawiający oczekuje papierów oryginalnych czy też dopuszcza kompatybilne?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokładnie opisał do jakiego aparatu / urządzenia medycznego papier z pozycji nr 7 i nr 15 jest przedmiotem zamówienia.

**Pytanie 18:** Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. Nr 11

Prosimy o zweryfikowanie wymaganych ilości. Zamawiający oczekuje żelu o pojemności min. 100g przy podanej ilości 14szt. Zatem Zamawiający oczekuje min. 1400g preparatu tak? Oferując 250 g należy zaoferować 6 opakowań?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wskazując opakowanie żelu 100 g, podał wielkość minimalnego opakowania. Oferując konfekcjonowanie żelu po 250 g, należy zaoferować ilość opakowań po przeliczeniu, do dwóch miejsc po przecinku. Informację Zamawiający podał w Formularzu asortymentowo – cenowym pod tabelą.

**Pytanie 19:** Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. Nr 16

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrody pod pas, o wymiarach 15mm x 20mm

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SWZ. Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia .Elektrody mają zastosowanie u noworodków i niemowląt.

**Pytanie 20:** Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. Nr 2

Prosimy o dopuszczenie szkiełek nakrywkowych o wymiarach 24x60 mm o grubości 0,13 - 0,16 mm. Przeznaczone do nakrywek automatycznych. Kompatybilne z urządzeniem do automatycznego nakrywania preparatów Leica CV 5030

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 21:** Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. Nr 2

Czy Zamawiający wymaga szkiełek nakrywkowych wykonanych z wysokiej jakości szkła borosilikatowego D263M?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie 22:** Dotyczy Pakietu Nr 26 poz. Nr 1

Prosimy o dopuszczenie kasetek histopatologicznych standardowej wielkości z plastikową przykrywką bez zawiasów ze sprężystym zamknięciem, posiadające po 120 kwadratowe otwory o wym. 2x2mm w obu częściach kasetki, skośna powierzchnia przedniej części kasetki posiada fakturę pozwalającą na naniesienie kolejnego numeru badania każdą techniką; wymiary kasetek:

- zewn. 28x40x6mm
- wewn. 25x30x5mm .

Są to parametry lepsze od wymaganych w opisie, ponieważ większa liczba otworów zwiększa przepływ odczynników reakcyjnych przez kasetkę, co ułatwia pracę w pracowni. Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż obecny opis przedmiotu zamówienia jest charakterystyczny wyłącznie dla kasetek jednego producenta – firmy ANGA – i stanowi ograniczenie konkurencji, a tym samym uniemożliwia otrzymanie przez Zamawiającego konkurencyjnych ofert, co niesie za sobą skutki straty ekonomicznej dla jednostki finansowanej z funduszy publicznych. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 23:** Dotyczy Pakietu Nr 26 poz. Nr 2

Prosimy o dopuszczenie kasetki histopatologicznej biopsyjnej wymiary otworów 1x1mm z pokrywą zamontowaną na zawiasie, powierzchnia do opisu skośna, dostosowana do opisu wszystkimi technikami. . Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż obecny opis przedmiotu zamówienia jest charakterystyczny wyłącznie dla kasetek jednego producenta – firmy ANGA – i stanowi ograniczenie konkurencji, a tym samym uniemożliwia otrzymanie przez Zamawiającego konkurencyjnych ofert, co niesie za sobą skutki straty ekonomicznej dla jednostki finansowanej z funduszy publicznych. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 24:** Dotyczy Pakietu Nr 26 poz. Nr 3

Prosimy o dopuszczenie kasetki histopatologicznej do bardzo drobnych wycinków z pokrywą zamontowaną na zawiasie, jedna komora wewnętrzna wyraźnie oddzielona od pozostałej części; kasetki z otworami o wym. 0,35 mm, dodatkowe otwory zapewniające swobodny przepływ używanych odczynników, skośna powierzchnia przedniej części kasetki posiada fakturę pozwalającą na naniesienie kolejnego numeru badania każdą techniką. . Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż obecny opis przedmiotu zamówienia jest charakterystyczny wyłącznie dla kasetek jednego producenta – firmy ANGA – i stanowi ograniczenie konkurencji, a tym samym uniemożliwia otrzymanie przez Zamawiającego konkurencyjnych ofert, co niesie za sobą skutki straty ekonomicznej dla jednostki finansowanej z funduszy publicznych. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 25:** Dotyczy Pakietu Nr 26 poz. Nr 1 – 3

Czy Zamawiający jest w stanie określić kolory kasetek, jakich będzie używał podczas realizacji zamówień?

**Odpowiedź:**

Zamawiający preferuje kasetki o kolorze białym, ale nie wymaga. Zamawiający nie narzuca Wykonawcy kolorów w tym postępowaniu .

**Pytanie 26:** Dotyczy Pakietu Nr 26 poz. Nr 5

Prosimy o dopuszczenie torebek biopsyjnych wykonanych z dzianiny odpornej na odczynniki i kwasy stosowane w histopatologii. Wymiary 75 x 85 mm. Opakowanie 250 szt.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza torebki biopsyjne wykonane z dzianiny odpornej na odczynniki i kwasy stosowane w histopatologii o wymiarach 75 x 85 mm. W Załączniku Nr 26 Formularzu asortymentowo – cenowym w kolumnie Nr 5 Zamawiający określił ilość zamawianego asortymentu tj. 100 szt. jak też opisał jak należy przeliczać ilość oferowanych opakowań i w jaki sposób Zamawiający będzie realizował zamówienia w trakcie realizacji umowy.

**Pytanie 27:** Dotyczy Pakietu Nr 26 poz. Nr 5

Prosimy o dopuszczenie torebek biopsyjnych wykonanych z dzianiny odpornej na odczynniki i kwasy stosowane w histopatologii. Wymiary 75 x 85 mm. Opakowanie 500 szt

**Odpowiedź:**

Zamawiający na to pytanie odpowiedział w Pytaniu Nr 26.

**Pytanie 28:** Dotyczy Pakietu Nr 25 poz. Nr 1 – 2

Wnosimy o odstąpienie od wymogu zaofiarowania ostrzy z naniesioną nazwą producenta na każdym ostrzu. Parametr ten jedynie ogranicza konkurencję i w absolutnie żadnym stopniu nie wpływa na funkcjonalność ostrzy

**Odpowiedź:**

Zamawiający w pozycji Nr 1 i Nr 2 odstępuje od wymogu, aby nazwa producenta naniesiona była na każdym ostrzu.

**Pytanie 29:** Dotyczy Pakietu Nr 3

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jaki rozmiar igieł do akupunktury jest potrzebny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga igieł o wym. 0,25/40 mm

**Pytanie 30:** Dotyczy Pakietu Nr 3

Proszę o podanie rozmiary igieł do akupunktury.

**Odpowiedź:**

Na to pytanie Zamawiający udzielił odpowiedzi powyżej.