



## ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH

40-038 Katowice, ulica Powstańców 31

www.zwps.pl

tel. (32) 255-22-26

fax. (32) 343-40-01

ZWPS wdrożył system zgodny z normami PN-EN ISO  
9001:2015-10  
oraz PN-EN ISO 14001:2015-09



Katowice, dnia 21.11.2022 r.

ZWPS/DA/ 8129 /2022

### Uczestnicy Postępowania

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy:** Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 roku pozycja 1710 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej: ustawą Pzp.), którego przedmiotem jest „Sukcesywna dostawa drobnego jednorazowego i wielorazowego sprzętu medycznego” – Numer referencyjny : **ZP/D/7/22**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. pozycja 1710 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej ustawą Pzp.). Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły od Wykonawców.

**Pytanie 1:** Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. Nr 7:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 21 poz.7 może się określić czy chodzi o skalpele jednorazowe sterylne lub same ostrza do skalpela, czy ewentualnie skalpel razem z uchwytem ze stali nierdzewnej, wielorazowego użytku ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający popełnił omyłkę pisarską w kolumnie nr 4 „jednostka miary” określając zamawianą ilość jako „sztuki”, a powinno być „OPAKOWANIA”. Zamawiający dokonuje zmiany w Formularzu asortymentowo – cenowym w Pakiecie Nr 21 w pozycji nr 7 w kolumnie nr 4. W załączeniu skorygowany Załącznik Nr 21 – Pakiet Nr 21.

**Pytanie 2:** Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. Nr 3

Czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje elektrody z żelazem ciekłym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający koryguje opis przedmiotu zamówienia określony w Załączniku Nr 17 poz. Nr 3 i nadaje mu następujące brzmienie: „Elektroda żelowa okrągła o średnicy 36mm z żelazem stałym”. W załączeniu skorygowany Załącznik Nr 17 – Pakiet Nr 17

**Pytanie 3:** Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. Nr 9 i Nr 10

Czy w powyższych pozycjach Zamawiający oczekuje papiery gładkiego czy też nadrukiem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający koryguje opis przedmiotu zamówienia określony w Załączniku Nr 17 poz. Nr 9 i 10 oraz nadaje mu następujące brzmienie: pozycja nr 9 – „Papier termoczuły gładki 110x30” i pozycja nr 10 – „Papier termoczuły gładki 57x30”. W załączeniu skorygowany Załącznik Nr 17 – Pakiet Nr 17

**Pytanie 4:** Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. Nr 14

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zweryfikowanie opisu wymaganego żelu.

Czy Zamawiający w powyższej pozycji oczekuje żelu do USG Aquasonic 100 firmy Parker - jeśli tak to prosimy o dopuszczenie 250ml z przeliczeniem wymaganych ilości (powyższy żel występuje w pojemnościach 250ml, 1l, 5l)

No chyba, że Zamawiający oczekuje żelu Aquasonic Parker o pojemności 20g, z tym że ten żel jest sterylny, pakowany w saszetki po 20ml.

**Odpowiedź:**

Zamawiający koryguje opis przedmiotu zamówienia określony w Załączniku Nr 17 poz. Nr 14 i nadaje mu następujące brzmienie: „Żel do aparatu USG Affiniti Philips 100 : opakowanie 250 mg”. W załączeniu skorygowany Załącznik Nr 17 – Pakiet Nr 17.

**Pytanie 5:** Dotyczy Załącznika Nr 43 – Projekt umowy

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 8 oraz § 5 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do Projektu umowy dodatkowych zapisów.

**Pytanie 6:** Dotyczy Załącznika Nr 43 – Projekt umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanego zamówienia brutto z tytułu każdorazowej dostawy, za każdy dzień zwłoki w dostawie, w stosunku do terminów wskazanych w § 3 pkt 1 Umowy, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niezrealizowanego zamówienia;

c) w wysokości 0,5% wartości reklamowanego towaru z tytułu każdorazowej dostawy, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, w stosunku do terminu wskazanego w § 3 pkt 8 Umowy, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto reklamowanego towaru.

d) w wysokości 1% wartości reklamowanego towaru z tytułu każdorazowej dostawy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wskazanego w § 3 pkt 2, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto reklamowanego towaru

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów w Projekcie umowy.

**Pytanie 7:** Dotyczy Załącznika Nr 43 – Projekt umowy

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w Projekcie umowy. W Załączniku Nr 43 w Projekcie umowy w § 4 pkt 4 i 5 Zamawiający dokładnie określił warunki płatności.

**Pytanie 8:** Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. Nr 1-7 ; 18

Czy zamawiający wydzieli poz.3-7,18 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowy podział Pakietu Nr 1 i wyłączenie pozycji nr 1 – 7 oraz nr 18 do osobnego pakietu.

**Pytanie 9:** Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. Nr 1; 4; 6

Czy zamawiający wydzieli poz.1,4,6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowy podział Pakietu Nr 5 i wyłączenie pozycji nr 1; 4; oraz nr 6 do osobnego pakietu.

**Pytanie 10:** Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. Nr 1; 3; 6 - 7

Czy zamawiający wydzieli poz.1,3,6-7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowy podział Pakietu Nr 6 i wyłączenie pozycji nr 1; 3; oraz nr 6 – 7 do osobnego pakietu.

**Pytanie 11:** Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. Nr 1 – 9; 21 - 22

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-9,21,22 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowy podział Pakietu Nr 9 i wyłączenie pozycji nr 1 – 9 oraz nr 21 – 22 do osobnego pakietu.

**Pytanie 12:** Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. Nr 10

Prosimy o wyłączenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowy podział Pakietu Nr 21 i wyłączenie pozycji nr 10 do osobnego pakietu.

**Pytanie 13:**

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego, czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu/wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości. Zamawiający będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z własnymi potrzebami. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć potrzeb dostaw sprzętu, które są ściśle powiązane z udzielanymi świadczeniami medycznymi.

**Pytanie 14:**

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano w Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): „Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki

*sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (...)*

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: „Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji”.

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający w § 3 pkt 6 Projektu umowy zastrzegł sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępniem od umowy nawet w części. Zamawiający w tym samym punkcie przewidział ograniczenie zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym na poziomie nie więcej niż 30% zakresu określonego w Załączniku Nr 1 do umowy.

#### **Pytanie 15:** Dotyczy Załącznika Nr 43 – Projekt umowy

Zważywszy na doniesie i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniającego wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w Projekcie umowy. Okoliczności w jakich Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w całości bądź w części określa § 9 Projektu umowy.

#### **Pytanie 16:** Dotyczy Załącznika Nr 43 – Projekt umowy

Prosimy o modyfikację zapisów § 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w Projekcie umowy.

#### **Pytanie 17:** Dotyczy Załącznika Nr 43 – Projekt umowy

W związku z tym iż zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w § 6 pkt 1b, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści:

*Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości netto umowy.*

Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 353<sup>1</sup> KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera,

szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie tego zapisu do Projektu umowy.

**Pytanie 18:** Dotyczy Załącznika Nr 43 – Projekt umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 300 zł. netto”?

Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 300 zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie tego zapisu do Projektu umowy.

**Pytanie 19:** Dotyczy Załącznika Nr 43 – Projekt umowy

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu do treści umowy:

*„W sytuacji, kiedy Zamawiający nie ureguluje należności w terminie, Wykonawca, po 2-krotnym wezwaniu Zamawiającego (w odstępie 14 dni) do zapłaty, ma prawo wstrzymać dostawę do Zamawiającego do czasu uregulowania należności”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie tego zapisu do Projektu umowy.

**Pytanie 20:** Dotyczy Załącznika Nr 43 – Projekt umowy

Uprzejmie prosimy o możliwość wprowadzenia zapisów dotyczących zmian umowy w zakresie możliwości dostarczenia zamienników o parametrach nie gorszych niż przedmiot umowy. W obecnej sytuacji pandemii Covid-19 i wiążących się z nią kłopotów w zapewnieniu ciągłości dostaw asortymentu, surowców potrzebnych do produkcji, braków kadrowych spowodowanych chorobą pracowników, Wykonawca nie zawsze ma wpływ na terminową dostawę towaru, natomiast w przypadku wprowadzenia zamienników istnieje realna szansa na terminowe wywiązanie się z umowy i niewstrzymywanie szpitala w świadczeniu usług.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie tego zapisu do Projektu umowy. Zamawiający w Projekcie umowy w § 8 w punkcie 2 litera: e), f) , g) i n) precyzyjnie określił w jakich okolicznościach dopuszcza możliwość dostarczenia innego produktu niż zaoferowany.

**Pytanie 21:** Dotyczy Załącznika Nr 43 – Projekt umowy

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wprowadzenie do wzoru umowy poniższej klauzuli dot. wprowadzania zmian do umowy:

*Strony oświadczają, że Umowa jest zawierana w sytuacji pandemii i zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz uznają, że konsekwencje geopolityczne, ekonomiczne oraz społeczne tych zdarzeń nie są możliwe do przewidzenia. W konsekwencji za nieprzewidziane w chwili zawarcia Umowy strony uznają wszelkie okoliczności pozostające w związku z wyżej wymienionymi sytuacjami, które mogą wpłynąć na realizację tej Umowy. Na tej zasadzie Wykonawca ma możliwość skorzystania z przyznanых mu tą Umową oraz przepisami prawa uprawnień w zakresie kierowania do Zamawiającego wniosków i roszczeń co do zmiany Umowy w przypadkach określonych w tej Umowie oraz przepisach powszechnie obowiązujących w każdym czasie obowiązywania Umowy.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie tego zapisu do Projektu umowy.

**Pytanie 22:** Dotyczy Załącznika Nr 43 – Projekt umowy

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o wskazanie dokumentów, jakich będzie oczekiwał od Wykonawcy w przypadku konieczności zwiększenia wynagrodzenia, spowodowanego sytuacją, której Wykonawca nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy (zgodnie z art. 455 PzP).

### **Odpowiedź:**

Art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, pod ściśle określonymi warunkami, które dokładnie są wyspecyfikowane w przywołanym artykule 455 Pzp. Zamawiający w Projekcie umowy w § 8 dokładnie wskazał okoliczności, w których dopuszcza zmiany zapisów umownych.

### **Pytanie 23:** Dotyczy Pakietu Nr 25 poz. Nr 1 – 3

Wnosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania w poz.1-3 produktów pochodzących od tego samego producenta. Jest to wymóg irracjonalny, który nie ma absolutnie żadnego merytorycznego uzasadnienia, a służy jedynie ograniczeniu konkurencji, gdyż na polskim rynku istnieje de facto jedna firma – Mar Four – która jest w stanie sprostać zbyt wyśrubowanym wymaganiom opisanym przez Zamawiającego w tym zakresie, gdyż de facto jako jedyna jest dystrybutorem na polski rynek produktów firmy Feather.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Według rozeznania Zamawiającego, na polskim rynku jest co najmniej dwóch dystrybutorów, oferujących produkty spełniające wymogi SWZ.

### **Pytanie 24:** Dotyczy Pakietu Nr 25 poz. Nr 1

Prosimy o dopuszczenie ostrzy o kącie 34 stopni

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ostrza o kącie 34 stopni.

### **Pytanie 25:** Dotyczy Pakietu Nr 25 poz. Nr 1

Wnosimy o zmianę opisu przedmiotu zamówienia. Zwracamy Zamawiającemu uwagę na fakt, iż podane przez Zamawiającego wymiary noży (to jest 80 x 8 x 0,25 mm) oznaczają, iż wymagane jest dostarczenie noży niskoprofilowych. Naczelną zasadą jest fakt, iż wszystkie dostępne na rynku noże mikrotomowe niskoprofilowe są wystandaryzowane względem uchwytów mikrotomowych. Oznacza to wprost, iż muszą one pasować do wszystkich uchwytów mikrotomowych niezależnie od modelu mikrotomu czy producenta. Głównym zadaniem noży mikrotomowych jest skrawanie preparatów (w tym wypadku bloczków histopatologicznych) na mikrotomie. Żaden uchwyt mikrotomu nie posiada elementów mocujących, które wymuszają stosowanie dodatkowych uchwytów technologicznych w nożach mikrotomowych, a do których niezbędne byłyby dodatkowe otwory. Mocowanie noży odbywa się głównie poprzez wsunięcie noża w szczęki uchwytu mocującego, a następnie zaciśnięcie uchwytu na nożu. Na potwierdzenie powyższego pragniemy również zwrócić uwagę, iż część ogólnodostępnych noży niskoprofilowych nie posiada żadnych otworów technologicznych, np. Plasma Blade Slee Medical GmbH, a są z powodzeniem stosowane do cięcia na mikrotomie. Zatem wymóg dostarczenia noży posiadających otwory technologiczne o konkretnych wymiarach i konkretnej lokalizacji nie ma uzasadnienia technologicznego podczas pracy na mikrotomie, nie wpływa na pracę i funkcjonalność urządzenia, a podanie wymiarów i lokalizacji każdego z otworów stanowi ograniczenie konkurencji.

Nie bez znaczenia jest też fakt, iż producenci noży mikrotomowych opisanych w specyfikacji nie uwzględniają podanych przez Zamawiającego parametrów otworów w opisie swych produktów, zatem przedstawione wymiary i ich lokalizacja mogą być obciążone ryzykiem błędu, wynikającym z narzędzi pomiarowych, w szczególności jeżeli podane wymiary odnoszą się do tak niewielkich rzędów wielkości wymiarów wyrażonych w milimetrach.

Otwory technologiczne w nożach mikrotomowych mogą służyć tylko i wyłącznie w celu umieszczenia zużytego noża w dodatkowym (przeważnie plastikowym) uchwycie, celem ich dodatkowego wykorzystania, np. podczas pracy przy stole formalinowym, niemniej jednak zwyczajowo dostawcy noży wraz z nożami dostarczają uchwyciki, kompatybilne z oferowanymi ostrzami, aby zapewnić dodatkowe wykorzystanie zużytego noża przed jego utylizacją.

Podobnie sytuacja ma się ze rodzajem materiałów użytych do wykończenia ostrza, które nie wpływają na funkcjonalność ostrzy. Wszystkie noże mikrotomowe muszą spełniać określone parametry, aby mogły być dopuszczone do obrotu i sprzedaży, a określenie materiału, z jakiego mają być wykończone, jest ewidentnym przykładem na ograniczenie konkurencji.

**Tym samym wnosimy o odstąpienie od wymogu: „krawędź tnąca dodatkowo hartowana, ostrze żyłki platerowane platyną z dodatkową powłoką żywiczną. Kompatybilne z posiadanymi**

*uchwyty, tj. wyposażone w dwa otwory mocujące o wymiarach 8x2mm zlokalizowane w odległości 24 mm od końców żyłki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyłki dla szerokości (licząc od środka otworu) – co zapewnia bezpieczne zamknięcie żyłki bez możliwości jej ruchu w uchwycie”.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zapisy dotyczące hartowania platerowania oraz pokrycia powłoką żywiczną przekładają się na wyższą jakość noży co przekłada się na jakość powstałych w trakcie krojenia wycinków oraz na mniejsze zużycie noży. Zapis odnośnie otworów w nożykach nie jest związany z użyciem nożyków w mikrotomie gdzie rzeczywiście Zamawiający stosuje uchwyty zaciskowe. Zapis dotyczy umieszczonego w punkcie 3 uchwytu do wykorzystania żyłek mikrotomowych przy wykrawaniu materiału tkankowego. Zamawiający oczekuje uchwytu z systemem mocującym właśnie poprzez otwór w nożyku co przekłada się na stabilność założonego w uchwycie nożyka. Stabilność ta zapewnia jednocześnie precyzyjną linię cięcia jak bezpieczeństwo pracy pracownika wykrawającego materiał tkankowy.

**Pytanie 26:** Dotyczy Treści SWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wymaga. Zamawiający swoje wymagania określił w Specyfikacji Warunków Zamówienia..