



## ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH

40-038 Katowice, ulica Powstańców 31

www.zwps.pl

tel. (32) 255-22-26

fax. (32) 343-40-01

ZWPS wdrożył system zgodny z normami PN-EN ISO  
9001:2015-10  
oraz PN-EN ISO 14001:2015-09



ZWPS/DA/ 634 /2023

Katowice, dnia 25.01.2023 r.

**Uczestnicy Postępowania**

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy:** Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 roku pozycja 1710 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej: ustawą Pzp.), którego przedmiotem jest „**Sukcesywna dostawa odczynników oraz testów alergologicznych**”.

Numer referencyjny : ZP/D/13/22

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. pozycja 1710 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej ustawą Pzp.). Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły od Wykonawców.

**Pytanie 1:** Dotyczy Pakietu Nr 8:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie poz. asortymentowej nr 5, 6, 10, z pakietu nr 8 i utworzenie odrębnego pakietu. Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo – cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych ofert cenowych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na inny dodatkowy podział przedmiotu zamówienia i podtrzymuje zapisy SWZ..

**Pytanie 2:** Dotyczy Pakietu Nr 10:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie poz. asortymentowej nr 4, 6, 7, z pakietu nr 10 i utworzenie odrębnego pakietu. Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych ofert cenowych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na inny dodatkowy podział przedmiotu zamówienia i podtrzymuje zapisy SWZ

**Pytanie 3:** Dotyczy Pakietu Nr 11 pozycja nr 3:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie barwnika czystego chemicznie do barwienia Papanicolau EA 50.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody. Schemat barwienia Papanicolau używany w pracowni nie może podlegać zmianom. Pracownia nie ma możliwości prowadzenia optymalizacji schematu barwienia.

**Pytanie 4:** Dotyczy Pakietu Nr 12:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie płynu zamykającego do nakrywania szkiełek w opakowaniu o pojemności 500 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody. W urządzeniu do barwienia Leica butelka na płyn nakrywający ma pojemność 250 ml. Pozostawianie jakiegokolwiek płynu w już otwartej butelce powoduje jego gęstnienie i płyn ten nie nadaje się do użytku.