



ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH

40-038 Katowice, ulica Powstańców 31

www.zwps.pl

tel. (32) 255-22-26

fax. (32) 343-40-01

ZWPS wdrożył system zgodny z normami PN-EN ISO
9001:2015-10
oraz PN-EN ISO 14001:2015-09



ZWPS/DA/ 1945 /2023

Katowice, dnia 13.03.2023 r.

Uczestnicy Postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 roku pozycja 1710 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej: ustawą Pzp.), którego przedmiotem jest „Dostawa wraz z montażem 2 unitów stomatologicznych dla Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach” .
Nr referencyjny: **ZP/D/2/23**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. pozycja 1129 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej ustawą Pzp.). Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły od Wykonawców.

Pytanie 1: Dotyczy Pakietu Nr 1 – Załącznik Nr 2, punkt I podpunkt 9:

Czy Zamawiający dopuści unit stomatologiczny wyposażony w hamulec pneumatyczny konsoli lekarskiej.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 2: Dotyczy Pakietu Nr 1 – Załącznik Nr 2, punkt I podpunkt 10

Co Zamawiający rozumie poprzez dotykowy panel sterowania na konsoli asysty? Czy chodzi o klawiaturę sterującą funkcjami unitu i/lub fotela czy wyświetlacz dotykowy?

Odpowiedź:

Tak, chodzi o dotykową klawiaturę sterującą funkcjami unitu i/ lub fotela.

Pytanie 3: Dotyczy Pakietu Nr 1 – Załącznika Nr 2 punkt I podpunkt 14:

Czy Zamawiający dopuści fotel z blokadą pneumatyczną (przy pomocy przycisku) regulacji wysokości zagłówka? Pozostałe pozycje zagłówka blokowane są mechanicznie.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga..