



ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH

40-038 Katowice, ulica Powstańców 31

www.zwps.pl

tel. (32) 255-22-26

fax. (32) 343-40-01

ZWPS wdrożył system zgodny z normami PN-EN ISO
9001:2015-10
oraz PN-EN ISO 14001:2015-09



Katowice, dnia 30.05.2023 r.

ZWPS/DA/ 3782 /2023

Uczestnicy Postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 roku pozycja 1710 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej: ustawą Pzp.), którego przedmiotem jest „Sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów” – Numer referencyjny : ZP/D/6/23

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. pozycja 1710 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej ustawą Pzp.). Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły od Wykonawców.

Pytanie 1: Dotyczy Pakietu Nr 2:

Czy dopuszczają Państwo analizator wyprodukowany w 2017 roku, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 2: Dotyczy Pakietu Nr 2:

Czy Zamawiający dopuści analizator z możliwością zadeklarowania przez operatora barwy i przejrzystości moczu w systemie LIS?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aby analizator do analizy moczu umożliwiał zadeklarowanie przez operatora barwy i przejrzystości moczu w analizatorze.

Pytanie 3: Dotyczy Pakietu Nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bufora czyszczącego, niezbędnego do obsługi aparatu będącego przedmiotem dzierżawy, który nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz. 974 z późniejszymi zmianami)?

Odpowiedź:

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 1 odstępuje od wymogu, aby przedmiot zamówienia określony jako bufor czyszczący niezbędny do obsługi automatycznego analizatora do analizy paneli alergologicznych był zakwalifikowany do wyrobów medycznych tym samym, Zamawiający koryguje zapis SWZ w Rozdziałach:

- a) Rozdział I pkt 6.4 i nadaje mu następujące brzmienie: cytuję: „...Przedmiot dostawy w zakresie paneli / pasków musi być dopuszczony do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. Nr 2022, pozycja 974 z późniejszymi zmianami) – nie dotyczy bufora czyszczącego w zakresie Pakietu Nr 1 ...” koniec cytatu.

- b) Rozdział II pkt 1 litera b) cytuję : „...Powiadomienie / Zgłoszenie lub Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych potwierdzający, że oferowany przedmiot zamówienia sklasyfikowany jest jako wyrób medyczny i jest dopuszczony do obrotu i używania w służbie zdrowia na terenie kraju zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 07 kwietnia 2022 roku (tj. Dz. U. Nr 2022 pozycja Nr 974 z późniejszymi zmianami) – dotyczy Pakietu Nr 1 z wyłączeniem buforu czyszczącego oraz Pakietu Nr 2...” koniec cytatu.

Pytanie 4: Dotyczy Pakietu Nr 1:

Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego czy serwis dzierżawionego urządzenia, w przypadku zaofiarowania aparatu używanego, może odbyć się przed podpisaniem umowy ?

Odpowiedź:

Zmawiający żąda, aby urządzenie używane, przed instalacją zostało wyserwisowane przez autoryzowany serwis. Na potwierdzenie Wykonawca, przed instalacją urządzenia, dostarczy Zamawiającemu dokument / protokół potwierdzający powyższe.

Pytanie 5: Dotyczy Pakietu Nr 1:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności zapisów dotyczących terminów realizacji napraw dzierżawionego analizatora. W treści SWZ Zamawiający stawia wymóg, aby naprawy i przeglądy były wykonywane z terminem realizacji do 24 godzin (pkt 10.6. oraz wzór umowy §4, ust. 8), natomiast zapis umowy § 7, ust. 3 wskazuje, że naprawa lub wymiana części uszkodzonych lub zużytych podzespołów nie może przekroczyć 3 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego ?.

Odpowiedź:

§ 7 Projektu Umowy mówi o „ Odpowiedzialności z tytułu wad przedmiotu DZIERŻAWY”. 24 godziny jest to czas reakcji Wykonawcy (np. na określenie przyczyny wady/usterki oraz zakresu naprawy) od momentu dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego o stwierdzonych wadach lub usterkach, na których naprawę / usunięcie lub wymianę Wykonawca ma nie więcej niż 3 dni robocze, licząc od daty dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego.

Pytanie 6: Dotyczy Pakietu Nr 1:

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji wykonania napraw i przeglądów dzierżawionego analizatora do 3 dni roboczych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ – SWZ Załącznik Nr 8 Wzór Umowy § 7 pkt 3 zdanie ostatnie cytuję: „... Naprawa lub wymiana części uszkodzonych lub zużytych podzespołów nie może przekroczyć 3 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego...” koniec cytatu.