



ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH

40-038 Katowice, ulica Powstańców 31

www.zwps.pl

tel. (32) 255-22-26

fax. (32) 343-40-01

ZWPS wdrożył system zgodny z normami PN-EN ISO
9001:2015-10
oraz PN-EN ISO 14001:2015-09



Katowice, dnia 20.06.2023 r.

ZWPS/DA/ 4334 /2023

Uczestnicy Postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 roku pozycja 1710 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej: ustawą Pzp.), którego przedmiotem jest „Zakup aparatury medycznej oraz wyposażenia dla Pracowni Patomorfologii przez Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach”.
Nr referencyjny: **ZP/D/7/23**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. pozycja 1129 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej ustawą Pzp.). Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły od Wykonawców.

DOTYCZY PAKIETU NR 2

Pytanie 1: Dotyczy Pakietu Nr 2 – Załącznik Nr 2A, punkt II podpunkt 2:
Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę posiadającego autoryzację producenta na sprzedaż zaoferowanej wirówki, oraz wykonanie usługi instalacji przez autoryzowany serwis Producenta zlokalizowany najbliżej siedziby Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający w Załączniku Nr 2A „Pozostałe wymagania” dokładnie określił swoje wymagania dotyczące dostawy: „... Jeżeli dostawa jest realizowana przez autoryzowanego dystrybutora producenta, należy do Oferty załączyć stosowny dokument wystawiony przez producenta...”

Pytanie 2: Dotyczy Pakietu Nr 2 – Załącznik Nr 2A, punkt II podpunkt 3
Czy Zamawiający dopuści wykonanie instalacji przez wykwalifikowany serwis dystrybutora, nie posiadający autoryzacji Producenta?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający żąda autoryzacji producenta na serwis zaoferowanej wirówki laboratoryjnej na terenie Polski.

Pytanie 3: Dotyczy Pakietu Nr 2 – Załącznika Nr 2A punkt II podpunkt 1:
Co Zamawiający rozumie w pkt. II. 1 Pozostałe wymagania - poprzez integrację z infrastrukturą Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zsynchronizować, zharmonizować, połączyć, wpasować w miejsce przeznaczenia.