



ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH

40-038 Katowice, ulica Powstańców 31

www.zwps.pl

tel. (32) 255-22-26

fax. (32) 343-40-01

ZWPS wdrożył system zgodny z normami PN-EN ISO
9001:2015-10
oraz PN-EN ISO 14001:2015-09



ZWPS/DA / 6563 /2023

Katowice, dnia 14.09.2023r.

Uczestnicy Postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 roku pozycja 1605 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej: ustawą Pzp.), którego przedmiotem jest „Zakup aparatury medycznej dla Pracowni Patomorfologii przez Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach – 4” .

Nr referencyjny: **ZP/D/11/23**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. pozycja 1605 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej ustawą Pzp.). Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły od Wykonawców.

Pytanie 1: Dotyczy punkt I pozycja 6 – Wymagania ogólne:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie urządzenia wyposażonego w wyświetlacz LCD.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w wyświetlacz LCD.

Pytanie 2: Dotyczy punkt I pozycja 7 – Wymagania ogólne

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie urządzenia, którego regulacja temperatury mieści się w przedziale od 20 do 90 stopni C ze skokiem co 2 stopnie?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie, którego regulacja temperatury mieści się w przedziale od 20 do 90 stopni C ze skokiem co 2 stopnie.