



## ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH

40-038 Katowice, ulica Powstańców 31

www.zwps.pl

tel. (32) 255-22-26

fax. (32) 343-40-01

ZWPS wdrożył system zgodny z normami PN-EN ISO  
9001:2015-10  
oraz PN-EN ISO 14001:2015-09



Katowice, dnia 09.10.2023r.

ZWPS/DA / 7175 /2023

### Uczestnicy Postępowania

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy:** Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 roku pozycja 1605 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej: ustawą Pzp.), którego przedmiotem jest „Sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów” – Numer referencyjny : ZP/D/8/23

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. pozycja 1605 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej ustawą Pzp.). Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły od Wykonawców.

**Pytanie 1:** Dotyczy Pakietu Nr 3:

Czy z uwagi na fakt, że w oferowanym odczynniku do oznaczania retikulocytów znajduje się fluorochrom, Zamawiający zezwoli by termin ważności tegoż odczynnika wynosił 3 miesiące od daty dostawy?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza, aby odczynnik do oznaczania retikulocytów, posiadał termin ważności nie krótszy niż 3 miesiące od daty dostawy.

**Pytanie 2:** Dotyczy SWZ I ust. 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w formularzu ofertowym zostawić wycenę tylko tego pakietu, na który składana jest oferta,?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. „...Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części – Pakiety od Nr 1 do Nr 3. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia w danym pakiecie zostaną, w zakresie tego pakietu, odrzucone. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części – Pakietów ...” Rozdział I pkt 2 SWZ.

**Pytanie 3:** Dotyczy SWZ I ust. 9 pkt e) oraz Umowy § 4 ust. 7:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby interwencja pracownika Wykonawcy była realizowana w terminie 24 godzin od zgłoszenia?.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 4:** Dotyczy SWZ I ust. 9 pkt f) oraz Umowy § 4 ust 8:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin realizacji określić jako 48 godzin?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, aby termin realizacji określić jako 48 godzin. Zamawiający zapis § 4 ust. 8 doprecyzował w Pytaniu Nr 74 – w załączeniu skorygowany Załącznik Nr 9 Wzór Umowy.

**Pytanie 5:** Dotyczy SWZ I ust. 9 pkt i) oraz Umowy § 7 ust. 2. :

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca pokrył różnicę kosztów wynikających z konieczności przeprowadzenia badań w innym laboratorium?.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 6:** Dotyczy SWZ I ust. 9 pkt j) oraz § 4 ust. 11:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia wraz z analizatorem aplikacji? Uzasadnienie: aplikacje są instalowane przez specjalistę aplikacyjnego Wykonawcy – są tylko w języku angielskim.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia wraz z analizatorem aplikacji w języku polskim, pod warunkiem, że analizator będzie posiadał aplikacje zainstalowane przez specjalistę aplikacyjnego Wykonawcy.

**Pytanie 7:** Dotyczy Pakietu Nr 2:

Prosimy o potwierdzenie, że zapis „Analizator o wydajności nie mniejszej niż 400 oznaczeń na godzinę /z ISE/” oznacza konieczność zaoferowania analizatora wyposażonego w przystawkę ISE o maksymalnej wydajności część fotometrycznej minimum 400 oznaczeń na godzinę?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, całkowita wydajność analizatora nie mniejsza niż 400 oznaczeń na godzinę wraz z ISE

**Pytanie 8:** Dotyczy Pakietu Nr 2:

Prosimy o potwierdzenie, że zapis punktu 9 SWZ spełnia analizator, który wyposażony w detektor skrzepu z funkcją powiadomienia o tym operatora, i igła próbkowa pomiędzy dozowaniem poszczególnych próbek jest płukana od wewnątrz i z zewnątrz wodą dejonizowaną w studzience do mycia?.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający nie określa sposobu płukania igły pobierającej, Zamawiający określa, że ma być to proces automatyczny, bez udziału operatora.

**Pytanie 9:** Dotyczy Pakietu Nr 2:

Czy w związku z zapisem punktu 13 SWZ Zamawiający wymaga, aby analizator był wyposażony w automatyczny podajnik próbek umożliwiający wstawianie jednocześnie minimum 80 próbek w dedykowanych statywach, co umożliwi dokładanie prób badanych bez konieczności zmiany trybu pracy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga, aby analizator umożliwiał dokładanie prób badanych, bez konieczności zmiany trybu pracy analizatora, jednocześnie nie określa ilości próbek oraz sposobu ich podawania.

**Pytanie 10:** Dotyczy Pakietu Nr 2:

W związku z wymogiem, aby analizator umożliwiał stałe przechowywanie odczynników na pokładzie (punkt 11 SWZ) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby karuzela odczynnikowa umożliwiała jednoczesne umieszczenie na pokładzie minimum 50 zestawów odczynnikowych. Takie rozwiązanie umożliwi jednoczesne umieszczenie na pokładzie wszystkich odczynników wymienionych w SWZ łączenie w części zdublowanych odczynników, aby zapewnić płynne kontynuowanie pracy z nowego opakowania po zużyciu jednego opakowania odczynnika w trakcie serii badań?.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga, aby analizator umożliwiał stałe przechowywanie odczynników na pokładzie zgodnie z rekomendacjami producenta odczynników,

jednocześnie nie określa ilości zestawów umieszczonych w tym samym czasie na pokładzie analizatora

**Pytanie 11:** Dotyczy Pakietu Nr 2:

Czy wymóg, aby „Analizator umożliwiał dostęp do informacji o ilości wykonanych oznaczeń co najmniej / pacjenci, kalibracje, kontrole.” oznacza, że statystyki badań wykonanych, testów zużytych na kalibracje i testów zużytych na kontrole powinny być dostępne z poziomu analizatora w zadanym przez operatora przedziale czasowym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga aby „Analizator umożliwiał dostęp do informacji o ilości wykonanych oznaczeń co najmniej / pacjenci, kalibracje, kontrole.”, jednocześnie Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, aby statystyki wykonanych badań testów zużytych na kalibracje i kontrole były dostępne z poziomu analizatora w zadanym przez operatora przedziale czasowym.

**Pytanie 12:** Dotyczy Pakietu Nr 2 :

W związku z zapisem punktu 22 SWZ – „Wykonawca dostarcza stację uzdatniania wody. Wykonawca ponosi koszt jej podłączenia oraz serwisowania” prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby analizator pracował w oparciu o kuwety wielorazowe myte na pokładzie analizatora i niewymagające okresowej wymiany?.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ dotyczące: „Wykonawca dostarcza stację uzdatniania wody. Wykonawca ponosi koszt jej podłączenia oraz serwisowania”. Zamawiający nie określa rodzaju kuwet oraz czasu ich eksploatacji.

**Pytanie 13:** Dotyczy Pakietu Nr 2:

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany analizator miał możliwość przechowywania kalibratorów, kontroli i próbek pilnych w chłodzonej karuzeli, izolowanej od światła na pokładzie aparatu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza aby oferowany analizator miał możliwość przechowywania kalibratorów, kontroli i próbek pilnych w chłodzonej karuzeli, izolowanej od światła na pokładzie aparatu.

**Pytanie 14:** Dotyczy Pakietu Nr 2:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, jeśli serwis producenta analizatora zobowiązuje się do wykonywania wszelkich procedur instalacyjnych, konserwacyjnych i naprawczych elektrody referencyjnej, nie ma konieczności oferowania w postępowaniu przetargowym jakichkolwiek płynów niezbędnych do konserwacji tej elektrody. Płyny są dostarczane, wymieniane i uzupełniane przez serwis producenta w razie potrzeby?.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, aby w przypadku jeżeli serwis producenta analizatora zobowiązuje się do wykonywania wszelkich procedur instalacyjnych, konserwacyjnych i naprawczych elektrody referencyjnej, to nie ma konieczności oferowania w postępowaniu przetargowym jakichkolwiek płynów niezbędnych do konserwacji tej elektrody.

**Pytanie 15:** Dotyczy Pakietu Nr 2:

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie liczby lamp fotometru do oferowanego analizatora biochemicznego na podstawie najlepszej wiedzy i doświadczenia oferenta, a nie zapisów w instrukcjach obsługi analizatorów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ Wykonawca jest zobowiązany do skalkulowania, oszacowania i zaoferowania odpowiedniej ilości przedmiotu zamówienia, wystarczającego na cały okres trwania umowy tj. 24 miesiące.

**Pytanie 16:** Dotyczy Pakietu Nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku niektórych odczynników biochemicznych zaproponować możliwość ich porcjowania do oferowanych przez wykonawcę mniejszych opakowań i zaoferować ich ilości zgodnie z podaną w ulotce odczynnikowej informacją o trwałości odczynnika po

otwarciu przechowywanego w analizatorze? Odczynniki we wtórnych opakowaniach umieszone i identyfikowane będą w przypisanych im miejscach w karuzeli odczynnikowej. Takie rozwiązanie umożliwi bardziej ekonomiczne wykorzystanie odczynników w okresie ich gwarantowanej stabilności na pokładzie analizatora i pozwoli na ekonomiczną kalkulację oferty odczynnikowej i zaoferowanie ilości odczynników zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem oferenta o stabilności użytego do porcjowania pierwotnego opakowania odczynnika?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązania.

**PYTANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU UMOWY**

**Pytanie 17:**

§ 1 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na składanie zamówień przy pomocy sklepu internetowego „E-store”?

Uzasadnienie: Zamawiający korzystając z tej opcji ma możliwość składania zamówień przez całą dobę, może kontrolować prawidłowość zamówienia: nr katalogowe i ceny, otrzymuje automatyczne informacje o statusie zamówienia przy pomocy poczty elektronicznej, ma możliwość śledzenia przesyłki znajdującej się w dostawie, posiada dostęp do historii zamówień oraz dostęp do faktur oraz informacji o zaległych płatnościach?.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie i koryguje zapis § 1 ust 2 Załącznika Nr 9 i nadaje mu brzmienie: cytuję „...Strony ustalają, iż dostawa przedmiotu dostawy, o której mowa w punkcie 1 litera a), następować będzie na podstawie zamówień, każdorazowo szczegółowo określających rodzaj i ilość towaru, składanych przez Zamawiającego drogą faksową lub środkami komunikacji elektronicznej lub przy pomocy sklepu internetowego „E-store ...” koniec cytatu – w załączeniu skorygowany Załącznik Nr 9.

**Pytanie 18:**

§ 2 ust. 1 pkt b) - Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby etykiety na opakowaniach zawierały zgodnie z obowiązującym prawem polskim: Nazwę handlową (nazwa własna), oraz pozostałe oznakowania za pomocą zharmonizowanych symboli i rozpoznawalnych kodów?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę, aby etykiety na opakowaniach zawierały nazwę handlową (nazwa własna), oraz pozostałe oznakowania za pomocą zharmonizowanych symboli i rozpoznawalnych kodów.

**Pytanie 19:**

§ 4 ust. 8 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca zapewni w godzinach pracy Zamawiającego bezpłatny serwis, który będzie wykonywał naprawy i przeglądy w okresie dzierżawy z terminem realizacji do 48 h od zgłoszenia;”?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody aby termin realizacji określić jako 48 godzin. Zamawiający zapis § 4 ust. 8 doprecyzował w Pytaniu Nr 74 – w załączeniu skorygowany Załącznik Nr 9 Wzór Umowy.

**Pytanie 20:**

§ 5 ust. 4 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na incydentalne podzielenie dostawy z jednego zamówienia – a co za tym idzie wystawienie więcej niż 1 faktury do danego zamówienia?

Uzasadnienie: Z uwagi na to, że oferowane produkty sprowadzane są bezpośrednio od producenta Wykonawca mając na uwadze interes Zamawiającego realizuje wszystkie zamówienia niezwłocznie. W przypadku złożenia zamówienia przez Zamawiającego na szereg produktów wewnątrz procedura przewiduje natychmiastową wysyłkę wszystkich dostępnych na dzień złożenia zamówienia produktów. Realizacja zamówień częściowych (wystawiania faktur do poszczególnych dostaw) jest sytuacją incydentalną jednak Wykonawca mając na uwadze dobro pacjentów oraz szybkość działania Zamawiającego w zaistniałej sytuacji nie chce wstrzymywać dostawy do czasu uzupełnienia całościowego zamówienia. Mając powyższe na uwadze prosimy o modyfikację?

**Odpowiedź:**

Zamawiający, w wyjątkowych sytuacjach, wyraża zgodę, aby realizacja jednego zamówienia została zrealizowana w dwóch – nie więcej – dostawach / częściach. Tym samym Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił fakturę za każdą zrealizowaną dostawę / część. Zamawiający koryguje treść SWZ w Załączniku Nr 9 Wzór Umowy – § 5 pkt 4 i nadaje mu następujące brzmienie: cytuję”... Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do realizacji całości otrzymanego zamówienia w jednorazowej dostawie. W wyjątkowych sytuacjach, dopuszcza się realizację jednego zamówienia w dwóch – nie więcej – dostawach / częściach ...” koniec cytatu – w załączeniu skorygowany Załącznik Nr 9.

**Pytanie 21:**

§ 5 ust. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego z uwagi na fakt, że prawo zamówień publicznych uniemożliwia Zamawiającemu wymagania bezpłatnych świadczeń od Wykonawcy?.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w Projekcie Umowy. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że zapis § 5 ust. 7 nie ma na celu uzyskania / otrzymania „bezpłatnego świadczenia od Wykonawcy”, a jedynie zabezpieczenie się Zamawiającego przed błędnym / mniejszym / niedoszacowaniem przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 22:**

§ 7 ust. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca na czas wystąpienia awarii dzierżawionego przedmiotu zamówienia, powyżej trzech dni, zapewni Zamawiającemu kompleksowe wykonywanie badań, których nie było można wykonać w Centralnym Laboratorium. Badania, o których mowa w pierwszym zdaniu Wykonawca wykona na własny koszt we wskazanej przez Wykonawcę pracowni oraz Wskazanym przez Zamawiającego terminie.”?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację tego zapisu.

**Pytanie 23:**

§ 7 ust. 3 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Zamawiający w okresie obowiązywania umowy będzie zgłaszać Wykonawcy ujawnione wady lub usterki w formie elektronicznej. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego wynosi 48 godziny od momentu dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego. Naprawa lub wymiana części uszkodzonych lub zużytych podzespołów nie może przekroczyć 3 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego.”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę, aby w okresie obowiązywania umowy, ujawnione wady lub usterki zgłaszane były Wykonawcy przez Zamawiającego w formie elektronicznej.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ dotyczące czasu reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego.

**Pytanie 24:**

§ 8 ust. 1 lit. A) - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do 0,5% wartości niezrealizowanego zamówienia netto z tytułu każdorazowej dostawy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w Projekcie Umowy.

**Pytanie 25:**

§ 8 ust. 1 lit. B) - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do 5% wartości netto niezrealizowanej części umowy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w Projekcie Umowy.

**Pytanie 26:** Dotyczy Pakietu Nr 3 :

§ 8 ust. 1 lit. C) - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do 0,5% wartości reklamowanego towaru z tytułu każdorazowej dostawy, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, w stosunku do terminu wskazanego w § 5 pkt 8 Umowy?.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w Projekcie Umowy.

**Pytanie 27:**

§ 8 ust. 1 lit. D) - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do 0,5% wartości reklamowanego towaru z tytułu każdorazowej dostawy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wskazanego w § 5 pkt 7?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w Projekcie Umowy.

**Pytanie 28:**

§ 8 ust. 1 lit. E) - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do 0,5% wartości reklamowanego towaru z tytułu każdorazowej dostawy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wskazanego w § 12 pkt 2?.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w Projekcie Umowy.

**Pytanie 29:**

8 ust. 1 lit. F) - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do 0,5% łącznego maksymalnego wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt a), b) Umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 1 lub ust. 8 Umowy?.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w Projekcie Umowy.

**Pytanie 30:**

§ 11 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie pkt 17: „gdy w okresie trwania umowy dojdzie do zmiany producenta z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zaoferuje produkty o takich samych (lub lepszych) parametrach technicznych i użytkowych, w takiej samej cenie”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie tego zapisu do Projektu umowy. Zamawiający w Projekcie Umowy w § 11 „Zmiana umowy”, dokładnie określił w jakich okolicznościach dopuszcza możliwość zmiany umowy. Propozycja powyższego zapisu podlegać będzie § 11 pkt 2 ppkt 9 Projektu umowy.

**Pytanie 31:** Dotyczy treści SWZ

Prosimy o wyjaśnienia dotyczące zapisu w SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Wymagania dotyczące dostawy odczynników, pkt. 5 e)

Prosimy o dopuszczenie/zmianę terminu ważności dostarczonej krwi kontrolnej na min. 2 miesiące od dnia dostarczenia do Zamawiającego, jednocześnie zobowiązujemy się do oszacowania wystarczającej ilości fiolek krwi kontrolnej według deklarowanego terminu ważności i zapotrzebowania Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, aby termin ważności dostarczonej krwi kontrolnej był nie krótszy niż 2 miesiące od dnia dostarczenia do Zamawiającego.

**Pytanie 32:** Dotyczy Pakietu Nr 1

WYMAGANE PARAMETRY ANALIZATORA IMMUNOCHEMICZNEGO Punkt nr 7;

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie analizatora o wydajności 180 /h na 25 miejsc odczynnikowych ? Ilość ta całkowicie zabezpieczy wymagania Zamawiającego na podstawie podanych ilości wymaganych 24 parametrów , pozwoli to na zaoferowanie tańszego rozwiązania w pełni wystarczającego do pracy w laboratorium?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 33:** Dotyczy Projektu Umowy :

Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną.

**Pytanie 34:** Dotyczy Załącznika Nr 4 SWZ:

Czy w celu większej przejrzystości formularza, Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie tylko tych Pakietów, do których Wykonawca przystępuje?

**Odpowiedź:**

Na to Pytanie Zamawiający udzielił już odpowiedzi w Pytaniu Nr 2.

**Pytanie 35:** Dotyczy SWZ, Rozdział I „Wymagania dotyczące dostawy odczynników” pkt 5 ppkt e - Pakiet nr 3:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie odczynników z datą ważności min. 6 miesięcy od daty otrzymania z wyłączeniem materiału kontrolnego, którego ważności wynosi 2 miesiące i który jest dystrybuowany zgodnie z harmonogramem dostaw dla materiału kontrolnego?.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, aby termin ważności dostarczonej krwi kontrolnej był nie krótszy niż 2 miesiące od dnia dostarczenia do Zamawiającego – odpowiedzi udzielono w Pytaniu nr 31.

Jednocześnie Zamawiający dopuszcza, aby odczynnik do oznaczania retikulocytów, posiadał termin ważności nie krótszy niż 3 miesiące od daty dostawy – odpowiedzi udzielono w Pytaniu nr 1.

**Pytanie 36:** Dotyczy Załącznika Nr 9 – Wzór Umowy do SWZ

Uprzejmie prosimy o odpowiednią modyfikację w Załączniku Nr 9 Wzór Umowy do SWZ i uzupełnienie § 2 ust. 1 lit. c) o treść:

*„z wyłączeniem krwi kontrolnej, której ważności wynosi 2 miesiące i która jest rozdysponowywana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego”?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający koryguje treść SWZ poprzez dodanie poniższych zapisów:

- a) Załącznik Nr 9 Projekt Umowy – § 2 dodaje punkt 1 litera d) o następującej treści: cytuję „...Termin ważności dla odczynnika do oznaczania retikulocytów nie może być krótszy niż 3 miesiące od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego – dotyczy Pakietu Nr 3...” koniec cytatu,
- b) Załącznik Nr 9 Projekt Umowy – § 2 dodaje punkt 1 litera e) o następującej treści: cytuję „...Termin ważności dla krwi kontrolnej nie może być krótszy niż 2 miesiące od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego – dotyczy Pakietu Nr 3...” koniec cytatu .
- c) Rozdział I pkt 5 SWZ dodaje ppkt litera f) i nadaje mu następujące brzmienie: cytuję: „...Termin ważności dla odczynnika do oznaczania retikulocytów nie może być krótszy niż 3 miesiące od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego – dotyczy Pakietu Nr 3...” koniec cytatu.
- d) Rozdział I pkt 5 SWZ dodaje ppkt litera g) i nadaje mu następujące brzmienie: cytuję „...Termin ważności dla krwi kontrolnej nie może być krótszy niż 2 miesiące od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego – dotyczy Pakietu Nr 3...” koniec cytatu

**Pytanie 37:** Dotyczy Załącznika Nr 9 do SWZ:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o ujednoczenie zapisu z § 7 ust. 3 Załącznik Nr 9 do SWZ - Wzór Umowy i zastąpienie wyrażenia „z terminem realizacji do 24 godzin” zwrotem „z terminem realizacji do 3 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego”

Uprzejmie prosimy o tożsamą modyfikację w Załączniku Nr 9 do SWZ - Wzór Umowy § 4 ust. 8?

**Odpowiedź:**

Zamawiający za termin realizacji do 24 godzin uznaje czas reakcji serwisu Wykonawcy na zgłoszenie ( np. określenie przyczyny wady/usterki, zakresu napraw, itp.) od momentu dokonania zgłoszenia

przez Zamawiającego o stwierdzonych wadach lub usterkach, na których naprawę/usunięcie lub wymianę Wykonawca ma nie więcej niż 3 dni robocze, licząc od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego. W załączeniu skorygowany Załącznik Nr 9.

**Pytanie 38:** Dotyczy SWZ, Załącznik nr 3A do SWZ „Uwaga” pkt 5 – Pakiet nr 3:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na skalkulowanie materiału kontrolnego zgodnie z terminem, w którym parametry oznaczeń nie przekraczają wyznaczonych przez producenta i określonych w arkuszu oznaczeń dopuszczalnych zakresów gwarantujących prawidłową pracę analizatorów.

Dystrybucja materiału kontrolnego odbywa się wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego, dostępnego na stronie internetowej Wykonawcy. Z uwagi na swoją specyfikę wewnętrzną, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważny materiał kontrolny.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odpowiedniego skalkulowania oferty dlatego prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie krwi kontrolnej skalkulowanej w ilości uwzględniającej datę przydatności na opakowaniu i w ilości gwarantującej codzienne wykonanie kontroli?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Wykonawca dostarcza krew kontrolną umożliwiającą oznaczenie wszystkich parametrów na trzech różnych poziomach. Obowiązkiem Wykonawcy jest prawidłowe skalkulowanie, oszacowanie i zaoferowanie przedmiotu zamówienia w wystarczającej ilości na cały okres trwania umowy tj. 24 miesiące.

**Pytanie 39:** Dotyczy Pakietu Nr 3 Załącznik nr 3A do SWZ „Uwaga” pkt 5:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga aby materiał kontrolny był wspólny (jedna próbka dla danego poziomu kontroli) dla wszystkich oznaczanych parametrów z krwi obwodowej (morfologii krwi obwodowej, rozmazu krwi obwodowej, retikulocytów)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza aby materiał kontrolny był wspólny dla wszystkich oznaczanych parametrów z krwi obwodowej.

**Pytanie 40:** Dotyczy Pakietu nr 3 Załącznik nr 3B do SWZ Wymagane Parametry Analizatora Hematologicznego L.p. 8:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie czy w ramach tego punktu Zamawiający wymaga, aby analizator posiadał także tryb Low-WBC, który umożliwia analizę próbek leukopenicznych w dodatkowym trybie zapewniającym dokładny pomiar liczby WBC? W tym trybie czas pomiaru jest wydłużony, co przekłada się na większą liczbę analizowanych komórek i bardziej wiarygodny wynik zliczania i różnicowania WBC. Tryb dostępny jest zarówno w trybie reflex test oraz może być wybrany manualnie przez użytkownika?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza aby analizator posiadał także tryb Low-WBC, który umożliwia analizę próbek leukopenicznych w dodatkowym trybie zapewniającym dokładny pomiar liczby WBC.

**Pytanie 41:** Dotyczy Pakietu nr 3 Załącznik nr 3B do SWZ Wymagane Parametry Analizatora Hematologicznego L.p. 21:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie czy w ramach tego punktu Zamawiający wymaga, aby zapewnić program kontroli jakości posiadający akredytację organizatorów badań biegłości - ISO 17043?

Materiał stosowany w kontroli wewnątrzlaboratoryjnej służy jednocześnie jako materiał do kontroli zewnątrzlaboratoryjnej. Wyniki kontroli wysyłane są automatycznie, bezpośrednio po wykonaniu oznaczenia kontrolnego bez konieczności ingerencji, czy też zatwierdzenia wyników kontroli przez Użytkownika. W ramach programu dostępne są raporty miesięczne oraz możliwość aktualnej oceny wydajności systemu, poprzez dostęp on-line do platformy?.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza, aby Wykonawca zapewnił program kontroli jakości posiadający akredytację organizatorów badań biegłości – ISO 17043.



**Pytanie 42:** Dotyczy Pakietu nr 3 Załącznik nr 3C do SWZ Kryteria ocenne – analizator hematologiczny L.p. 3:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie, czy w ramach tego punktu Zamawiający uzna za równoważne rozwiązanie i przyzna punkty, jeżeli zaoferowany analizator będzie oznaczał jako parametr badawczy wskaźnik produkcji retikulocytów?.

**Odpowiedź:**

**PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY.** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający nie przyzna punktów, jeżeli zaoferowany analizator będzie oznaczał jako parametr badawczy wskaźnik produkcji retikulocytów.

**Pytanie 43:** Dotyczy Pakietu nr 3 Załącznik nr 3C do SWZ Kryteria ocenne – analizator hematologiczny L.p. 4:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie, czy w ramach tego punktu Zamawiający uzna za równoważne rozwiązanie i przyzna punkty jeżeli zaoferowany analizator będzie miał oprogramowanie w języku angielskim, ale posiada wbudowaną w oprogramowanie instrukcję obsługi w języku polskim z funkcją automatycznego przekierowania do opisu aktualnie wyświetlanego błędu oraz działań naprawczych?

**Odpowiedź:**

**PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY.** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający nie przyzna punktów, jeżeli zaoferowany analizator będzie miał oprogramowanie w języku angielskim, ale posiada wbudowaną w oprogramowanie instrukcję obsługi w języku polskim z funkcją automatycznego przekierowania do opisu aktualnie wyświetlanego błędu oraz działań naprawczych.

**Pytanie 44:** Dotyczy Załącznika nr 9 do SWZ – Wzór Umowy § 2 ust. 2 lit. f):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udostępnienie harmonogramu dostaw krwi kontrolnej na stronie internetowej Wykonawcy? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie wyżej wymaganego zapisu zapisem w brzmieniu: „*lub zapewni całodobowy dostęp online do harmonogramu dostaw krwi kontrolnej na stronie internetowej pod adresem: .....*”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie harmonogramu dostaw krwi kontrolnej na stronie internetowej Wykonawcy.

**Pytanie 45:** Dotyczy Załącznika nr 9 do SWZ – Wzór Umowy § 4 ust. 1 w związku z § 4 ust. 14:

Czy Zamawiający dopuści podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego na podstawie wzoru dostarczonego przez Wykonawcę wraz z przedmiotem dzierżawy?.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 46:** Dotyczy Załącznika nr 9 do SWZ – Wzór Umowy § 4 ust. 7:

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie terminu interwencji pracownika Wykonawcy przez dodanie „*w dni robocze*”.

Uprzejmie prosimy o tożsamą modyfikację w SWZ, Rozdział I „Wymagania dotyczące dzierżawy analizatorów ” pkt 9 ppkt e - Pakiet nr 3.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 47:** Dotyczy Załącznika nr 9 do SWZ – Wzór Umowy § 5 ust. 1:

Uprzejmie prosimy o zastąpienie wyrażenia „*od 10:00 – 13:00 – wraz z wniesieniem do pomieszczeń magazynowych*” zwrotem „*od 9:00 – 14:00 – wraz z wniesieniem do pomieszczeń magazynowych*”

Uprzejmie prosimy o tożsamą modyfikację w SWZ, Rozdział I „Wymagania dotyczące dostawy odczynników ” pkt 5 ppkt a - Pakiet nr 3.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu.

**Pytanie 48:** Dotyczy § 9 ust. 1 Załącznika nr 10 do SWZ – Wzór Umowy – Powierzenia przetwarzania danych osobowych:

Uprzejmie prosimy o uzupełnienie zapisu:

„chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakazują dalsze przechowywanie danych osobowych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie zapisu § 9 ust 1 i nadaje mu następujące brzmienie : cytuję „...Po zakończeniu obowiązywania Zlecenia lub niniejszej Umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni usunąć bezpowrotnie dane osobowe oraz inne informacje, których przetwarzanie na podstawie niniejszej Umowy zlecił mu Zleceniodawca, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakazują dalsze przechowywanie danych osobowych ...” koniec cytatu – w załączeniu skorygowany Załącznik Nr 10.

**Pytanie 49:** Dotyczy Załącznika nr 9 do SWZ – Wzór Umowy § 5 ust. 4:

Prosimy o dodanie zastrzeżenia: „nie dotyczy późniejszej dostawy krwi kontrolnej zgodnie z harmonogramem dostaw”.

W przypadku złożenia zamówienia przez Zamawiającego na szereg produktów wewnętrzna procedura przewiduje natychmiastową wysyłkę wszystkich dostępnych na dzień złożenia zamówienia produktów. Realizacja zamówień cząstkowych jest sytuacją incydentalną jednak Wykonawca mając na uwadze dobro pacjentów oraz szybkość działania Zamawiającego w zaistniałej sytuacji nie chce wstrzymywać dostawy do czasu uzupełnienia całościowego zamówienia. Mając powyższe na uwadze prosimy o modyfikację?

**Odpowiedź:**

Zamawiający, w wyjątkowych sytuacjach, wyraża zgodę, aby realizacja jednego zamówienia została zrealizowana w dwóch – nie więcej – dostawach / częściach. Tym samym Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił fakturę za każdą zrealizowaną dostawę / część. Zamawiający w Pytaniu Nr 20 dokonał odpowiedniej korekty tego zapisu w skorygowanym Załączniku Nr 9.

**Pytanie 50:** Dotyczy Załącznika nr 9 do SWZ – Wzór Umowy § 5 ust. 10:

Prosimy o usunięcie zapisu lub o jego modyfikację poprzez dodanie zdania: *„z wyjątkiem okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”*.

Zapis w obecnym brzmieniu stanowi klauzulę abuzywną zgodnie z Art. 433 pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację / zmianę / dodanie tego zapisu do Projektu Umowy.

**Pytanie 51:** Dotyczy Załącznika nr 9 do SWZ – Wzór Umowy § 8 ust. 1 litera f):

Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu:

*„za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”*

Kara powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie paraliżującą. W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma wpływu na wysokość kary – nie zależy to od jego należytej staranności.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w Projekcie Umowy.

**Pytanie 52:** Załącznik nr 2A Formularz asortymentowo – cenowy, Pakiet nr 2:

Prosimy o doprecyzowanie czy parametry: kreatynina, kwas moczowy, wapń całkowity, magnez, fosforany będą wykonywane zarówno w surowicy jak i w moczu. Jeżeli tak, prosimy o podanie ilości tych oznaczeń w podziale na poszczególne materiały.

**Odpowiedź:**

Swoje wymagania Zamawiający wyszczególnił w Załączniku nr 2A. Podane ilości oznaczeń (kreatynina, kwas moczowy, wapń całkowity, magnez, fosforany), uwzględniają oznaczenia wykonywane zarówno w surowicy jak i w moczu.

**Pytanie 53:** Dotyczy Pakietu Nr 1 i Nr 2:

Czy Zamawiający dopuści aby w przypadku złożenia oferty w obu, powyższych pakietach zaoferować system zintegrowany – analizator biochemiczny – immunochemiczny? W przypadku pozytywnego

rozstrzygnięcia jedynie jednego z powyższych pakietów, Zamawiającemu zostanie zaoferowany analizator wolnostojący biochemiczny lub immunochemiczny?.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie takiego rozwiązania. Pracownia Biochemiczna i Pracownia Immunochemiczna stanowią odrębne pracownie.

**Pytanie 54:** Dotyczy Pakietu nr 2, pkt. 6 wymaganych parametrów analizatora, ZAŁĄCZNIK NR 2 B: W związku z warunkiem potwierdzenia parametrów granicznych, czy Zamawiający dopuści aby ww. parametr był potwierdzony oświadczeniem lub dokumentem - Menu testów.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że przedstawiony dokument będzie sporządzony przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora / przedstawiciela producenta – zgodnie z zapisem Rozdziału II pkt 1 litera e) SWZ.

**Pytanie 55:** Dotyczy Pakietu nr 2, pkt. 16 wymaganych parametrów analizatora, ZAŁĄCZNIK NR 2 B: W związku z warunkiem potwierdzenia parametrów granicznych, czy Zamawiający dopuści aby ww. parametr w części "Wykonawca ponosi koszt serwisowania i naprawy tego urządzenia", również był potwierdzony oświadczeniem.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę, aby parametry dotyczące kosztów serwisowania i naprawy tego urządzenia, były potwierdzone przez Wykonawcę w formie oświadczenia.

**Pytanie 56:** Dotyczy Pakietu nr 2, pkt. 3 parametrów i warunków technicznych dodatkowo ocenianych, ZAŁĄCZNIK NR 2 C:

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oceni elektrody wymieniane niezależnie od siebie które są bezobsługowe i nie wymagają uzupełniania płynów czy wymiany membran, niezależnie kto tą czynność wykonuje (operator czy serwis wykonawcy)?.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający uzna za spełnione kryterium dodatkowo punktowane i pozytywnie oceni możliwość wymiany pojedynczych elektrod: Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>, Cl<sup>-</sup> niezależnie od tego, kto tę czynność wykonuje ( operator czy serwis Wykonawcy). Kryterium dodatkowo punktowanym jest możliwość wymiany pojedynczych elektrod: Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>, Cl<sup>-</sup>. Zamawiający nie określa, przez kogo ta wymiana ma być dokonywana.

**Pytanie 57:** Dotyczy Pakietu nr 2, pkt. 4 parametrów i warunków technicznych dodatkowo ocenianych, ZAŁĄCZNIK NR 2 C:

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony i przyzna punkty w przypadku zaoferowania analizatora o wymiarach szer. 1580 mm i gł. 1022 mm.

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SWZ. Wymiary analizatora są ściśle związane z miejscem przeznaczenia.

**Pytanie 58:** Dotyczy Pakietu nr 1, Załącznik Nr 1B, punkt 17:

Prosimy o wyjaśnienie, czy pod określeniem "*Pełna krzywa kalibracyjna jest zapisana w kodzie kreskowym*" Zamawiający rozumie prekalibrację fabryczną odczytników i brak konieczności wykonania pełnej 6-punktowej krzywej kalibracyjnej przez Użytkownika.

**Odpowiedź:**

Zamawiający swoje wymogi dokładnie określił w opisie przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 1B w punkcie 17.

**Pytanie 59:** Dotyczy Pakietu nr 1, Załącznik Nr 1, punkt 8:

Czy Zamawiający wymaga aby oferowany odczytnik do oznaczania prolaktyny posiadał zwalidowaną metodykę i możliwość różnicowania obecności makroprolaktyny, co umożliwi wiarygodną interpretację wyników u pacjentów z makroprolaktynemią.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe rozwiązanie.

**Pytanie 60:** Dotyczy Pakietu nr 1, Załącznik Nr 1, punkt 13:

Czy Zamawiający wymaga aby oferowany odczynnik do oznaczania PTH był odczynnikiem 3 generacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza aby oferowany odczynnik do oznaczania PTH był odczynnikiem 3 generacji.

**Pytanie 61:** Dotyczy ZAŁĄCZNIK NR 1 B pkt 24 i ZAŁĄCZNIK NR 2 B pkt 24 i 25:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie używanego sprzętu tj. 2 x witryny chłodnicze i klimatyzator, który już posiada.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie klimatyzatora używanego (naściennego), sprawnego technicznie, po przeglądzie serwisowym. Zamawiający wymaga zaoferowania nowych witryn chłodniczych.

**Pytanie 62:** Dotyczy przedmiotowych środków dowodowych dla Pakietów: 1 i 2 – Pkt 1 a):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w miejsce wymaganych instrukcji wykonania oznaczeń/metodyk załączyć oświadczenie do oferty o posiadaniu tych dokumentów oraz ich dostawie na każde żądanie Zamawiającego?

Jednocześnie Wykonawca poda w ofercie adres strony internetowej, na której znajdują się wymagane dokumenty, z której Zamawiający może stale korzystać?.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w SWZ – Art. 107 ust. 1 ustawy Pzp

**Pytanie 63:** Dotyczy przedmiotowych środków dowodowych dla Pakietów: 1 i 2 – Pkt 1 b):

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu załączenia powiadomień/zgłoszeń do Rejestru Wyrobów Medycznych do oferty i w ich miejsce załączenia do oferty oświadczenia że oferowany przedmiot zamówienia sklasyfikowany jest jako wyrób medyczny i jest dopuszczony do obrotu i używania w służbie zdrowia na terenie kraju zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 07 kwietnia 2022 roku ( tj. Dz. U. Nr 2022 pozycja Nr 974 z późniejszymi zmianami oraz oświadczenia, że na każde wezwanie Zamawiającego dokumenty ww zostaną przesłane.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w SWZ – Art. 107 ust. 1 ustawy Pzp.

**Pytanie 64:** Dotyczy przedmiotowych środków dowodowych dla Pakietów: 1 i 2 – Pkt 1 c):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w miejsce wymaganych kart charakterystyk załączyć oświadczenie do oferty o posiadaniu tych dokumentów oraz przedstawienie które pozycje posiadają substancje niebezpieczne.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w SWZ – Art. 107 ust. 1 ustawy Pzp.

**Pytanie 65:** Dotyczy przedmiotowych środków dowodowych dla Pakietów: 1 i 2 – Pkt 1 g):

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymogu w ppkt. 1g i na dodanie następującego postanowienia, w zgodzie z dyspozycją art. 107 PZP:

„Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.”

Uzasadnienie:

zgodnie z powołanym wyżej przepisem, możliwość wezwania do złożenia brakujących przedmiotowych środków dowodowych lub ich uzupełnienie istnieje, o ile Zamawiający przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia?.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu – Art. 107 ust.3 ustawy Pzp”... Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów ocennych ofert ...”

**Pytanie 66:** Dotyczy Załącznika nr 9 do SWZ – Wzór Umowy § 1 ust. 2 oraz § 5 ust. 2 i 3:  
Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie formy składania zamówień do elektronicznej – z wyłączeniem wykorzystania faksu? Forma mailowa (elektroniczna) znacząco ułatwia i przyspiesza współpracę w zakresie realizacji zamówień.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie.

**Pytanie 67:** Dotyczy Załącznika nr 9 do SWZ – Wzór Umowy § 4 ust. 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "24h" na "24h w dni robocze"?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę słowa "24h" na "24h w dni robocze". Zamawiający zapis § 4 ust. 8 doprecyzował w Pytaniu Nr 74 – w załączeniu skorygowany Załącznik Nr 9 Wzór Umowy

**Pytanie 68:** Dotyczy Załącznika nr 9 do SWZ – Wzór Umowy § 7 ust. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie postanowienia zgodnie z § 7 ust. 3 poprzez wskazanie, że „naprawa lub wymiana części uszkodzonych lub zużytych podzespołów nie może przekroczyć 3 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ – SWZ Załącznik nr 9 Wzór Umowy „§ 7 ust. 3 zdanie ostatnie cytuję: „... naprawa lub wymiana części uszkodzonych lub zużytych podzespołów nie może przekroczyć 3 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego ...” koniec cytatu.

**Pytanie 69:** Dotyczy Załącznika nr 9 do SWZ – Wzór Umowy § 7 ust. 2 zdanie 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie brzmienia: „albo dostarczy urządzenie zastępcze”? Dostawa analizatora zastępczego umożliwi zachowanie ciągłości badań, w razie przedłużającej się awarii.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie tego zapisu i podtrzymuje opis SWZ.

**Pytanie 70:** Dotyczy Załącznika nr 9 do SWZ – Wzór Umowy § 8 ust. 1 pkt a), c) – e):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę współczynnika kary na 0,5%? Obecna wartość kary może być uznana za rażąco wygórowaną. Zgodnie z orzecznictwem sądów powszechnych kary umowne za zwłokę powinny zaczynać się od wartości 0,1% i być kształtowane, jako wartość ułamkowa procenta.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w Projekcie Umowy.

**Pytanie 71:** Dotyczy Załącznika nr 9 do SWZ – Wzór Umowy § 8 ust. 1 litera f):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wysokość kary umownej była liczona od wartości sumy czynszu dzierżawnego tj. § 6 ust. 1 pkt b)? Kara umowna, o której mowa w postanowieniu dot. naruszeń związanych z dzierżawą aparatu, w związku z czym nie jest uzasadnione naliczanie kary od globalnej wartości zamówienia uwzględniającej sumę dostaw, zwłaszcza w sytuacji, gdy Wykonawca nie ma pewności, że Zamawiający zrealizuje cały przedmiot umowy (§ 5 ust. 6).

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w Projekcie Umowy

**Pytanie 72:** Dotyczy Załącznika nr 9 do SWZ – Wzór Umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę współczynnika kary na „0,5%”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w Projekcie Umowy.

**Pytanie 73:** Dotyczy Załącznika nr 9 do SWZ – Wzór Umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłokę”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w Projekcie Umowy.

**Pytanie 74:** Dotyczy Załącznika nr 9 do SWZ – Wzór Umowy:

Ponadto, zwracamy się o zmianę postanowienia, poprzez odwołanie się w miejsce „§ 4 ust. 8” do „§ 7 ust. 3” – precyzyjnie ustalającego terminu usuwania awarii aparatu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający koryguje treść SWZ Załącznik Nr 9 Projekt Umowy – § 4 ust. 8 i nadaje mu następujące brzmienie „... Wykonawca zapewni w godzinach pracy Zamawiającego bezpłatny serwis, który będzie wykonywał naprawy i przeglądy w okresie dzierżawy ...” koniec cytatu – w załączeniu skorygowany Załącznik Nr 9.

**Pytanie 75:** Dotyczy Załącznika nr 9 do SWZ – Wzór Umowy § 8 ust. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę limitu kar na „20%”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w Projekcie Umowy.

**Pytanie 76:** Dotyczy Załącznika nr 9 do SWZ – Wzór Umowy § 8 ust. 3:

Czy Zamawiając wyrazi zgodę na zmianę postanowienia, aby możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego dotyczyła w równym stopniu Wykonawcy jak i Zamawiającego? Zamawiający zastrzegł w ust. 4 karę umowną na rzecz Wykonawcy. W związku z czym brak ww. zmiany będzie równoznaczny z wykluczeniem komplementarnej odpowiedzialności Zamawiającego, co może stanowić wyraz nadużycia pozycji przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w Projekcie Umowy

**Pytanie 77:** Dotyczy Załącznika nr 9 do SWZ – Wzór Umowy § 9 ust. 1 lit. b):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłokę”? Wykonawca ponosi odpowiedzialność kontraktową na zasadach ogólnych na podstawie art. 471 k.c. - za skutki zdarzeń, wynikające z działania lub zaniechania Wykonawcy na zasadzie winy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w Projekcie Umowy

**Pytanie 78:** Dotyczy Załącznika nr 9 do SWZ – Wzór Umowy § 9 ust. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do postanowienia zdania ostatniego w brzmieniu: „Przed odstąpieniem od Umowy, z przyczyn wskazanych w pkt 1) i 2) Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy i wyznaczy odpowiedni termin nie krótszy niż 5 dni roboczych.”? Ze względu na skutki zerwania umowy, jakie w dalszej perspektywie dotyczą Zamawiającego, który zmuszony zostaje do poszukiwania nowego wykonawcy, uzasadnione jest wyznaczenie Wykonawcy możliwości naprawienia naruszeń.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie tego zapisu do Projektu Umowy

**Pytanie 79:** Dotyczy Załącznika nr 9 do SWZ – Wzór Umowy § 11 ust. 3 lit. a):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowienia w taki sposób, aby podstawą waloryzacji był wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych wynikający z komunikatów Prezesa GUS, wynoszący co najmniej 5% („przez zmianę cen materiałów lub kosztów rozumie się sytuację, w której wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszony w ostatnim komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatnie 6 miesięcy poprzedzające wniosek o waloryzację wyniesie co najmniej 5%”) ? W związku z tym, że Zamawiający zamierza dokonywać waloryzacji w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, zasadne pozostaje odwoływanie się do tego wskaźnika także na potrzeby ustalenia, czy zaistniała zmiana cen i kosztów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w Projekcie Umowy. W załączniku nr 9 w § 11 pkt 3A Zamawiający dokładnie określił dopuszczalną możliwość zmiany postanowień Umowy.

**Pytanie 80:** Dotyczy Załącznika nr 9 do SWZ – Wzór Umowy § 11 ust. 3 lit. b):

Czy stosownie do zmian wnioskowanych w § 11 ust. 3 lit. a) Zamawiający zgodzi się wykreślić pkt b).

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie tego zapisu z Projektu Umowy.

**Pytanie 81:** Dotyczy Załącznika nr 10 do SWZ – Wzór Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych § 1 ust. 4:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia w sposób zezwalający Wykonawcy na podpowierzenie przetwarzania spółkom powiązanym i podwykonawcom Wykonawcy w zakresie przetwarzania, znajdującym się w państwach trzecich, w tym poza EOG? Lista tych podmiotów zostanie przedłożona Zamawiającemu do akceptacji. Globalne koncerny podczas świadczenia dostaw lub usług wykorzystują spółki ze swoich grup kapitałowych, co pozwala na korzystanie z unikalnej wiedzy o danym produkcie lub dostępu do tego produktu. Wykonawca zapewnia zgodność z wymaganiami i obowiązuje podwykonawców do przestrzegania takich samych warunków, którym sam podlega według umowy. W związku z tym zwracamy się o dodanie zastrzeżenia: „*Wyjątek stanowią spółki powiązane i podwykonawcy Podmiotu przetwarzającego z listy opisanej załącznikiem nr ... do niniejszej umowy. Lista może ulec zmianie, a na propozycję dodania nowych podmiotów Administrator ma prawo nie wyrazić zgody.*”

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację tego zapisu.

**Pytanie 82:** Dotyczy Załącznika nr 10 do SWZ – Wzór Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych § 5 ust. 2:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dodać następujące postanowienia:

"1) Czynności kontrolne nie mogą prowadzić do ujawnienia Zamawiającego danych osobowych nieobjętych niniejszą umową, w szczególności danych osobowych innych klientów Wykonawcy, lub prowadzić do obniżenia skuteczności przyjętych przez Wykonawcę środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego organizacji bądź zagrazać lub prowadzić do obniżenia poziomu ich bezpieczeństwa.

2) Kontrola obejmuje swoim zakresem wyłącznie przetwarzanie danych osobowych, z wyłączeniem wszelkich informacji niejawnych, poufnych, czy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy.

3) Czynności audytowe odbywają się wyłącznie w obecności osoby wyznaczonej przez Wykonawcę

4) Czynności audytowe nie mogą utrudniać działalności Wykonawcy, w szczególności wykonywania obowiązków przez pracowników lub współpracowników Wykonawcy."

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dodanie tego zapisu do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Zamawiający dodaje w Załączniku Nr 10 w § 5 ust. 2 punkty a); b); c) i d) o proponowanej treści – w załączeniu skorygowany Załącznik Nr 10.

**Pytanie 83:**

W załączeniu skorygowane Załączniki: Załącznik Nr 9 – Wzór Umowy i Załącznik Nr 10 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

**UMOWA nr ZWPS/DA/...../2023**

zawarta w Katowicach, w dniu ..... 2023 roku

pomiędzy:

**Zespołem Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach,**

z siedzibą: **40-038 Katowice ulica Powstańców 31**

wpisanym w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS: 0000057698 ; NIP: 954-22-60-699, REGON: 001100382

który reprezentuje:

Dyrektor – lek. med. Jacek Przybyło

zwanym w dalszej części niniejszej Umowy **Zamawiającym**

a

.....

z siedzibą .....

NIP: ..... REGON: .....

Który reprezentuje:

1. ....
2. ....

zwanym/ą w dalszej części niniejszej Umowy **Wykonawcą**

**Łącznie dalej zwane „Stronami”**

W związku z postępowaniem nr ZP/D/8/23 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą: „Sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora – 3” zwane dalej „**Postępowaniem**” oraz wyborem oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, Strony zawierają umowę w sprawie zamówienia publicznego

o następującej treści:

**§1**

**Przedmiot umowy – DOSTAWY**

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:

- a) sukcesywna dostawa odczynników na rzecz Zamawiającego w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, zwanych w dalszej części umowy „Przedmiotem dostawy”, realizowana przez Wykonawcę na jego koszt, na zasadach wskazanych w Umowie. ( przedmiot zamówienia określony w Pakiecie Nr 1 / Nr 2 / lub Nr 3).



- b) dzierżawa przez Zamawiającego analizatora ..... zwanego w dalszej części umowy „Dzierżawionym urządzeniem”. ( analizator określony w Pakiecie Nr 1 / Nr 2 / lub Nr 3)
- 2. Strony ustalają, iż dostawa przedmiotu dostawy, o której mowa w punkcie 1 litera a), następować będzie na podstawie zamówień, każdorazowo szczegółowo określających rodzaj i ilość towaru, składanych przez Zamawiającego drogą faksową lub środkami komunikacji elektronicznej lub przy pomocy sklepu internetowego „E-store.
- 3. Złożone przez Wykonawcę wraz z OFERTĄ Formularz asortymentowo – cenowy, Formularz wymaganych parametrów urządzenia, Formularz kryteriów dodatkowo punktowanych oraz Formularz ceny dzierżawy urządzenia stanowią Załącznik Nr 1 – Nr 4 i są integralną częścią niniejszej umowy.
- 4. Przedmiot niniejszej Umowy realizowany będzie zgodnie z treścią SWZ oraz ofertą Wykonawcy.

## **§ 2**

### **Obowiązki Wykonawcy**

- 1. Wykonawca niniejszym oświadcza, iż:
  - a) Przedmiot dostawy posiada aktualne dopuszczenia do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych ( tj. Dz. U. Nr 2022 pozycja 974 z późniejszymi zmianami);
  - b) Przedmiot dostawy, o którym mowa w § 1 ust. 1 dostarczany jest w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach handlowych, posiada opis w języku polskim na każdym opakowaniu (min. nazwa wyrobu, producenta, data ważności, seria).
  - c) Termin ważności (przydatności do użycia) dostarczonego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż:6 miesięcy od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego,
  - d) Termin ważności dla odczynnika do oznaczania retikulocytów nie może być krótszy niż 3 miesiące od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego – dotyczy Pakietu Nr 3
  - e) Termin ważności dla krwi kontrolnej nie może być krótszy niż 2 miesiące od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego – dotyczy Pakietu Nr 3
- 2. Wykonawca wraz z dostawą Przedmiotu zamówienia dostarczy:
  - a) Instrukcję obsługi w zakresie konserwacji i eksploatacji przedmiotu zamówienia (w języku polskim) w wersji papierowej i elektronicznej,
  - b) Kartę gwarancyjną przedmiotu zamówienia wydaną przez Wykonawcę.
  - c) Paszport techniczny z wykazem ( danymi teleadresowymi ) autoryzowanych serwisów na terenie Polski.
  - d) Kalendarium obowiązkowych przeglądów analizatora.
  - e) Wartości referencyjne / oczekiwane dla dorosłych i dzieci.
  - f) Harmonogram dostaw krwi kontrolnej umożliwiającej wykonanie kontroli na określonych w SWZ warunkach – dotyczy Pakietu Nr 3.
- 3. W związku z realizacją niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
  - a) dołożenia należytej staranności właściwej dla przedmiotu umowy;
  - b) terminowej realizacji dostaw w oparciu o każde zamówienie Zamawiającego w zakresie i na warunkach szczegółowo wskazanych w niniejszej Umowie, pod rygorem zapłaty kar umownych w niej wskazanych;
  - c) udzielenia Zamawiającemu rękojmi za wady dostarczanych odczynników oraz wykonywania czynności z tym związanych w terminach umownych.

## **§ 3**

### **Szczegóły techniczne dotyczące urządzenia**

- 1. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem urządzenia model/marka ..... producent ....., rok produkcji ..... nr seryjny.....

i zapewnia, że przedmiot dzierżawy jest w pełni sprawny i posiada właściwości, o których Wykonawca zapewnił Zamawiającego w ofercie.

2. Przedmiotem dzierżawy o którym mowa w pkt 1 jest urządzenie, którego parametry techniczne oraz funkcje spełniają wszystkie warunki określone w Formularzu „Wymaganych parametrów urządzenia”, będącego Załącznikiem Nr 2 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca w sposób fachowy i rzetelny kalkuluje wszystkie dodatkowe odczynniki, kalibratory oraz części zużywalne niezbędne do wykonania zamawianej ilości badań oraz prawidłowego funkcjonowania urządzenia.

#### §4

##### Szczegółowe warunki dzierżawy urządzenia

1. Wykonawca dostarczy przedmiot dzierżawy do siedziby Zamawiającego na swój koszt i odpowiedzialność w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy. **Za dzień dostarczenia uważa się dzień, w którym zostanie podpisany przez obie strony protokół odbioru urządzenia bez uwag;**
2. Wykonawca ponosi koszty podłączenia analizatora do systemu informatycznego KS SOLAB firmy Kamssoft działającego w Centralnym Laboratorium ( w tym konfigurację wyników pacjentów umożliwiającą ich elektroniczne przekazanie oraz wydruk).
3. Protokół technicznego odbioru urządzenia zostanie podpisany po zainstalowaniu, skutecznym uruchomieniu, podłączeniu do systemu informatycznego, bezpłatnym przeszkoleniu personelu Zamawiającego i sprawdzeniu przez Zamawiającego czy dostarczony przedmiot dzierżawy jest wolny od wad
4. W przypadku odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego, a w szczególności z powodu wad, Zamawiający przekaze Wykonawcy oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń;
5. Osobą upoważnioną w imieniu Zamawiającego do podpisania protokołu odbioru jest Kierownik Centralnego Laboratorium.
6. Zamawiający nie ponosi kosztów ubezpieczenia dzierżawionego urządzenia.
7. Wykonawca na swój koszt zapewni opiekę merytoryczną i aplikacyjną przez cały okres dzierżawy urządzenia. W przypadku sytuacji, w której wystąpi potrzeba uzyskania pomocy merytorycznej lub aplikacyjnej Wykonawcy, Zamawiający wymaga interwencji pracownika Wykonawcy w dniu zgłoszenia.
8. Wykonawca zapewni w godzinach pracy Zamawiającego bezpłatny serwis, który będzie wykonywał naprawy i przeglądy w okresie dzierżawy.
9. Usługa serwisowa to całokształt świadczonych przez Wykonawcę usług związanych z zapewnieniem poprawnej pracy urządzenia będącego przedmiotem dzierżawy przez okres obowiązywania umowy. W ramach serwisu, w przypadku pojawienia się awarii lub innej sytuacji wymagającej świadczenia usług serwisowych, Zamawiający wymaga fizycznej obecności serwisanta w siedzibie Zamawiającego. W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający dopuszcza zapewnienia serwisu online.
10. Wykonawca wykonywać będzie okresowe przeglądy dzierżawionego przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganą przez producenta urządzenia częstotliwością wykonywania przeglądów technicznych określonych w Instrukcji technicznej urządzenia / Paszporcie urządzenia.
11. Zamawiający wymaga, aby dokumentację przedmiotu dzierżawy oraz wszelkie instrukcje, aplikacje oraz opisy parametrów technicznych Wykonawca dostarczył w języku polskim wraz z urządzeniem.

12. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady urządzenia, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej;
13. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zwolni go od ewentualnych roszczeń osób trzecich
14. Po terminie związania umową Wykonawca w terminie do 10 dni odbierze przedmiot dzierżawy na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, na własny koszt;
15. Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu dzierżawionego urządzenia w stanie nie gorszym niż wynika to z normalnej eksploatacji;
16. Jakość i bezpieczeństwo oferowanego urządzenia musi być potwierdzona certyfikatem zgodności zezwalającym na wprowadzenie do obrotu oferowanego wyrobu, zgodnie z obowiązującym prawem (CE).
17. Strony postanawiają, że niniejsza umowa ulega rozwiązaniu automatycznemu z chwilą wcześniejszego wyczerpania całości przedmiotu umowy na dostawę odczynników. W tym przypadku strony rozliczą niniejszą umowę według stanu na dzień jej rozwiązania

## § 5

### Warunki realizacji Umowy – DOSTAWY

1. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w ilościach wskazanych w zamówieniu w terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Dostawy Wykonawca realizuje na własny koszt i mogą się odbywać jedynie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 10<sup>00</sup> -13<sup>00</sup> – wraz z wniesieniem do pomieszczeń magazynowych.
  - a) Jeżeli termin dostawy wypada w dniu ustawowo wolnym od pracy lub poza godzinami pracy Zamawiającego, wówczas dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie dostawy.
2. Zamówienia, o których mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu składane będą Wykonawcy:
  - a) na adres poczty elektronicznej ..... lub
  - b) na numer faxu / telefonu .....
3. Niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 2 godzin Wykonawca obowiązany jest potwierdzić za pośrednictwem faxu na Numer **32/255-32-42** lub na adres e-mail sekretariat@zwps.pl otrzymanie zamówienia. Brak potwierdzenia w ww. terminie uznawany jest za przyjęcie zamówienia do realizacji, zaś bieg terminu, o których mowa w punkcie 1 rozpoczyna się.
4. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do realizacji całości otrzymanego zamówienia w jednorazowej dostawie. W wyjątkowych sytuacjach, dopuszcza się realizację jednego zamówienia w dwóch – nie więcej – dostawach / częściach.
5. Za datę dostawy uznaje się datę wydania – za stosownym pokwitowaniem – przedmiotu umowy osobie upoważnionej przez Zamawiającego.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępianiem od umowy nawet w części. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie. Zamawiający przewiduje ograniczenie zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym dla nie więcej niż 30% zakresu określonego w Załączniku Nr 1 do umowy, którym jest Formularz asortymentowo - cenowy.
7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędnego (mniejszego) oszacowania przez Wykonawcę ilości innych materiałów, w stosunku do ilości zamawianych dostaw, Wykonawca na

pisemne wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się do uzupełnienia braków na własny koszt w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawcę.

8. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych w dostarczonym przedmiocie zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków, bądź wymiany wadliwego przedmiotu dostawy na wolny od wad, na własny koszt i własnym transportem w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.
9. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienia objęte niniejszą umową w cenach i na warunkach określonych w niniejszej umowie .
10. Niezależnie od regulowania zobowiązań finansowych wynikających z umowy, Wykonawca zobowiązany jest do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z zawartą umową.
11. Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia z wynagrodzenia kar umownych naliczonych na podstawie § 8 umowy.
12. Wykonawca jest zobowiązany zaplanować wszystkie dostawy przedmiotu dostawy w opakowaniach dostosowanych do zamawianej ilości, z uwzględnieniem ważności oraz trwałości według zaleceń producenta
13. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia był opakowany fabrycznie w sposób zapobiegający jego uszkodzeniu i oznakowany w sposób nie budzący wątpliwości co do tożsamości przedmiotu dostawy.

## § 6

### Wynagrodzenie Wykonawcy oraz warunki płatności

1. Łączna maksymalna wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 pkt 1 i § 3 pkt 1 wynosi:
  - a) **DOSTAWY:** .....zł netto plus należny podatek VAT .....% tj. .... zł Razem ..... zł brutto (słownie: .....),
  - b) **DZIERŻAWA :** .....zł netto plus należny podatek VAT .....% tj. ....zł. Razem .... zł brutto (słownie: .....)
2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w Punkcie 1 litera a) następować będzie każdorazowo po zrealizowanym zamówieniu i dostawie przedmiotu zamówienia, na podstawie oryginału faktury VAT wystawianej przez Wykonawcę. Ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia określa OFERTA Wykonawcy w Formularzu asortymentowo – cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 1 do Umowy.
3. Zamawiający stwierdzi każdorazowo, na piśmie, czy dana partia towaru została dostarczona w sposób zgodny z umową. Pisemne potwierdzenie dostawy danej partii towaru zgodnej umową będzie stanowiło podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę.
4. Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
5. W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z możliwości wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, obowiązuje następujący adres doręczenia faktury VAT: NIP 9542260699
6. Za datę płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. W przypadku opóźnienia w płatnościach, zapłata przez Zamawiającego należności za wykonane dostawy zostanie w pierwszej kolejności zaliczona przez Wykonawcę na poczet zaległego świadczenia głównego.
8. W cenach brutto, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, zawierają się wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym w szczególności związane z dostawą przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, zapewnieniem usługi serwisowej Dzierżawionego urządzenia, przeszkoleniem personelu Zamawiającego, transportem, opakowaniem, czynnościami

związanym

z przygotowaniem dostawy, opłatami wynikającymi z polskiego prawa celnego, podatkowego itp. Strony ustalają, że ceny jednostkowe wyszczególnione w Załączniku Nr 1 do niniejszej Umowy obowiązują przez cały okres obowiązywania Umowy z zastrzeżeniem § 9.

9. Miesięczne wynagrodzenie tytułem czynszu za dzierżawę urządzenia wynosi ..... zł brutto (słownie: ..... złotych) płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionej w miesiącu następującym po miesiącu, którego dotyczy dzierżawa urządzenia. Naliczanie opłaty tytułem czynszu za dzierżawę urządzenia rozpocznie się od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru a zakończy się z upływem terminu obowiązywania umowy. W niepełnych miesiącach, Wykonawca naliczy czynsz w wysokości proporcjonalnej do ilości dni w miesiącach objętych naliczaniem czynszu dzierżawnego.

## **§ 7**

### **Odpowiedzialność z tytułu wad przedmiotu *DZIERŻAWY***

1. Dostarczony przedmiot zamówienia – urządzenie – musi spełniać wszystkie parametry zaoferowane w ofercie przez Wykonawcę oraz posiadać aktualne pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi.
2. Wykonawca na czas wystąpienia awarii dzierżawionego przedmiotu zamówienia, powyżej trzech dni, zapewni Zamawiającemu kompleksowe wykonywanie badań, których nie było można wykonać w Centralnym Laboratorium. Badania, o których mowa w pierwszym zdaniu Wykonawca wykona na własny koszt we wskazanej przez Zamawiającego pracowni oraz terminie.
3. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy będzie zgłaszać Wykonawcy ujawnione wady lub usterki faksem lub w formie elektronicznej. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego wynosi 24 godziny od momentu dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego. Naprawa lub wymiana części uszkodzonych lub zużytych podzespołów nie może przekroczyć 3 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego.
4. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty transportu przedmiotu podlegającego gwarancji jakości lub rękojmi za wady.
5. Wszelkie czynności związane z ustaleniem istnienia wad będą dokonywane na koszt Wykonawcy.

## **§ 8**

### **Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
  - a) w wysokości 1% wartości niezrealizowanego zamówienia netto z tytułu każdorazowej dostawy, za każdy dzień zwłoki w dostawie, w stosunku do terminów wskazanych w § 5 pkt 1 Umowy;
  - b) w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy, z tytułu rozwiązania niniejszej Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
  - c) w wysokości 1% wartości reklamowanego towaru z tytułu każdorazowej dostawy, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, w stosunku do terminu wskazanego w § 5 pkt 8 Umowy.
  - d) w wysokości 1% wartości reklamowanego towaru z tytułu każdorazowej dostawy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wskazanego w § 5 pkt 7
  - e) w wysokości 1% wartości reklamowanego towaru z tytułu każdorazowej dostawy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wskazanego w § 12 pkt 2
  - f) w wysokości 2% łącznego maksymalnego wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust.1 pkt a),b) Umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 1 lub ust. 8 Umowy

2. Maksymalna wartość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie może przekraczać 30% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 pkt 1 Umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy, z tytułu rozwiązania niniejszej Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

## **§ 9**

### **Odstąpienie od umowy**

1. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w całości bądź w części:
  - a) w przypadku trzykrotnego niezrealizowania lub nienależytego wykonania postanowień umowy, Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy, obciążając go karą umowną, o której mowa w § 8 pkt 1 lit b) umowy;
  - b) w przypadku opóźnienia w realizacji dostawy lub realizacji reklamacji z jakiegokolwiek przyczyny po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy dla podjęcia wykonania obowiązków umownych;
  - c) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy zgodnie z art. 456 ustawy Pzp.,
2. Termin do złożenia w formie pisemnej oświadczenia o odstąpieniu od umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w punkcie 1 ppkt c) wynosi 30 dni od daty, kiedy Zamawiający dowiedział się o zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w punkcie 1 ppkt c), Wykonawcy będzie przysługiwało wyłącznie roszczenie o zapłatę za towary już dostarczone i przyjęte przez Zamawiającego.

## **§ 10**

### **Postępowanie reklamacyjne**

1. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia, w tym wad jakościowych towaru lub niezgodności z zamówieniem, w tym np. niedoborów ilościowych, Zamawiający może odmówić przyjęcia towaru, o czym niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę.
2. Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia dostawy lub też dostarczenia towaru wolnego od wad, tożsamego pod względem ilościowym i jakościowym z towarem zamówionym, w terminie do 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia braków i/lub wad przez Zamawiającego. Wykonanie tego obowiązku nie wyłącza możliwości naliczenia kar umownych, o których mowa w § 8 pkt 1 litera c) lub d) umowy
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru dostarczonego z opóźnieniem.

## **§ 11**

### **Zmiana umowy**

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:
  - 1) gdy w okresie obowiązywania umowy dojdzie do obniżenia cen jednostkowych poszczególnego asortymentu wynikających z cennika Wykonawcy – w takim wypadku zmiany umowy będą mogły dotyczyć zmiany wysokości brutto wynagrodzenia Wykonawcy;
  - 2) gdy w okresie obowiązywania umowy dojdzie do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiany urzędowej stawki podatku VAT – ewentualna zmiana umowy może w takim przypadku obejmować

wysokość stawki i kwoty podatku oraz wysokość cen jednostkowych brutto oraz łącznej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, z terminem od dnia wejścia w życie tej zmiany;

- 3) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- 4) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

Jeżeli zmiany określone w punktach Nr 2), 3) i 4) będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek o zmianę umowy składa Zamawiającemu Wykonawca, jednocześnie przedkładając Zamawiającemu uzasadnienie dokonanej zmiany i dowody potwierdzające wpływ w/wym. zmian na koszty Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający na tej podstawie dokona oceny zasadności prowadzenia zmiany w umowie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i w tym zakresie przedstawi swoje stanowisko Wykonawcy.

- 5) gdy w okresie obowiązywania umowy dojdzie do podwyższenia jakości parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu dostawy, pod warunkiem wprowadzenia na rynek produktu o wyższej jakości, lepszych parametrach lub innych korzystniejszych cechach charakterystycznych, przy zachowaniu ceny ofertowej dla danego produktu, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego;
- 6) gdy w okresie obowiązywania umowy dojdzie do wstrzymania produkcji produktu takim wypadku Wykonawca zaoferuje produkt równoważny dla produktu, którego produkcja została wstrzymana, w tej samej ilości, jednak nie droższy niż pierwotnie zaoferowany w postępowaniu, oraz o parametrach nie gorszych niż produkt, którego produkcja została wstrzymana,
- 7) gdy konkretny Odczynnik określony w Formularzu asortymentowo – cenowym zostanie wycofany z produkcji lub z obrotu handlowego na terenie kraju – co Wykonawca zobowiązany jest udokumentować. Wykonawca za zgodą Zamawiającego może dostarczyć Odczynnik o tożsamych parametrach lub lepszych, w takiej samej cenie lub niższej;
- 8) działania Siły Wyższej uniemożliwiającej bądź utrudniającej realizację umowy;
- 9) innych przyczyn zewnętrznych, niezależnych wyłącznie od Zamawiającego a zarazem niezależnych od Wykonawcy, uniemożliwiających bądź utrudniających realizację umowy;
- 10) zmiany w oznaczeniu firmy (nazwy) Wykonawcy, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, który wymaga akceptacji Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, iż zmiana umowy w takim przypadku dotyczy tylko zmiany oznaczenia Wykonawcy z zachowaniem pozostałych postanowień umowy;
- 11) nie wykorzystania całości asortymentu ujętego w umowie poprzez wydłużenie okresu obowiązywania umowy;
- 12) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
- 13) w kwestii dotyczącej przedmiotu umowy Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie:
  - a) numeru katalogowego produktu;
  - b) nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów;
  - c) sposobu konfekcjonowania (Zamawiający dopuszcza opakowania nie większe niż oferowane);
- 14) gdy wystąpi przejściowy brak odczynnika z przyczyn leżących po stronie producenta Wykonawca może dostarczyć produkt zamienny o tożsamych parametrach lub lepszych od produktu objętego umową;
- 15) o których mowa w art. 455 ustawy Pzp.
- 16) jakichkolwiek innych sytuacji, dla których w umowie wskazano na możliwości zmiany umowy.

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w następującym przypadku:

**A.** waloryzacji wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia na następujących zasadach:

a) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, określony miesięcznymi wskaźnikami cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanymi w formie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na poziomie 20%, w stosunku do początkowego terminu ustalania zmiany wynagrodzenia, jakim jest dzień składania ofert;

b) przez zmianę ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, określoną miesięcznymi wskaźnikami cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanymi w formie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie;

c) zmiana wynagrodzenia określonego pierwotnie w Umowie nastąpi o wartość wskaźnika, o którym mowa w litera a), pomniejszonego o co najmniej 50% wartości tego wskaźnika;

d) pierwsza zmiana wynagrodzenia może nastąpić po upływie 6 miesięcy, licząc od daty zawarcia Umowy i począwszy od kolejnego miesiąca po opublikowaniu w formie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego miesięcznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych;

e) zmiana wynagrodzenia nie może następować częściej, niż co 6 miesięcy, z zastrzeżeniem litera d);

f) łączna wartość zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w pkt 2 litera A) nie może być większa niż 15% wartości zamówienia brutto określonej pierwotnie w Umowie;

g) waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić pod warunkiem, że zmiana cen związanych z realizacją zamówienia ma rzeczywisty wpływ na koszt wykonania niniejszej Umowy. Uwzględniane będą wyłącznie zmiany cen materiałów lub kosztów, które nie wynikają z tytułów mogących uzasadniać wystąpienie o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie innych postanowień Umowy;

h) w sytuacji wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany wynagrodzenia, o której mowa w pkt 2 litera A), Strony Umowy są względem siebie uprawnione do złożenia pisemnego wniosku o zmianę Umowy w zakresie płatności dotyczących okresu, za który waloryzacja ma nastąpić. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie odpowiedniego wskaźnika GUS, będącego podstawą takiego żądania wraz z potwierdzeniem, że nastąpiła jego zmiana uzasadniająca żądanie. Wraz z wnioskiem należy podać dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie Umowy, w szczególności należy wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą zmiany wynagrodzenia a wpływem zmiany kosztów realizacji umowy na kalkulację wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formie pisemnej, z dokumentami źródłowymi (faktury, umowy, etc.), w jakim zakresie zmiana cen materiałów lub kosztów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

i) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 2 litera A), zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są dostawy, a okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.



4. Wykonawca uprawniony jest w każdym czasie do dostarczania towarów w cenie niższej niż wskazana w ofercie, za pisemnym powiadomieniem Zamawiającego.

## **§ 12 Rękojmia**

1. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady odczynników stanowiących przedmiot niniejszej Umowy.
2. W razie ujawnienia się wad w dostarczonym przedmiocie zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany go na towar dobrej jakości i wolny od jakichkolwiek wad własnym transportem i na własny koszt, w terminie 5 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia wad przez Zamawiającego

## **§ 13 Ochrona danych osobowych**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” przekazywanych Zamawiającemu w ramach niniejszego postępowania jest Zamawiający, tj.t Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych Katowicach z siedzibą przy ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice, tel. 32 255-22-26;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach jest Pan Zbigniew Łata, kontakt: adres e-mail: sekretariat@zwps.pl, tel.: 32 255-22-26;
3. Uzyskane przez Zamawiającego w związku z niniejszym postępowaniem dane osobowe, zwane dalej „Danymi Osobowymi”, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP/D/6/23 pn. „Sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora – 3”;
4. Odbiorcami Danych Osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy Pzp.;
5. Dane Osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, łącznie z okresem przedawnienia potencjalnych roszczeń przysługujących Zamawiającemu lub Wykonawcy w związku z tą umową;
6. Obowiązek podania Zamawiającemu Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu Danych Osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Osoba, której dotyczą Dane Osobowe posiada:
  - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do dotyczących jej Danych Osobowych;

- b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania dotyczących jej Danych Osobowych; skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
  - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
  - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej Danych Osobowych narusza przepisy RODO;
9. Osobie, której dotyczą Dane Osobowe nie przysługują:
- a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia dotyczących jej Danych Osobowych;
  - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

#### **§ 14**

##### **Postanowienia końcowe**

1. Niniejsza umowa została zawarta na czas określony tj. **od dnia .....202.. roku do dnia ..... 202... roku** (zgodnie z zapisem w Rozdziale III pkt 1 SWZ).
2. Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy, przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego na osoby trzecie, wymaga dla swej skuteczności pisemnej zgody podmiotu tworzącego tj. Województwa Śląskiego, udzielonej w trybie art. 54 ust. 5 z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2021 roku pozycja 711z późniejszymi zmianami).
3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wszelkie spory mogące powstać na tle wykonywania niniejszej Umowy Strony będą się starały rozstrzygać polubownie, zaś w przypadku braku porozumienia poddadzą powstały spór pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. 2020, poz. 1740 z późną. zm.), ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 pozycja 974).
6. Umowę niniejszą sporządzono w ..... jednobrzmiących egzemplarzach, jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i .... egzemplarzu dla Wykonawcy.

#### Załączniki:

- a) Formularz asortymentowo cenowy,
- b) Formularz wymaganych parametrów urządzenia,
- c) Formularz kryteriów dodatkowo punktowanych,
- d) Formularz ceny dzierżawy urządzenia.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

– W Z Ó R –

**Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych**  
**Nr ZWPS/DA/...../2023**

Zawarta w dniu .....2023 roku w Katowicach (zwana również „Umową”) pomiędzy:

**Zespołem Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych** z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Powstańców 31, 40-038 Katowice, wpisanym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000057698, NIP: 954-22-60-699, REGON: 001100382, w imieniu, którego działa:

Dyrektor – lek. med. Jacek Przybyło

zwanym dalej również „**Zleceniodawcą**”

a

.....  
z siedzibą: .....

NIP: ..... REGON: .....

który reprezentuje:

1. ....
2. ....

zwanym/ą w dalszej części niniejszej Umowy „**Zleceniobiorcą**”.

### PREAMBUŁA

Zważywszy, że strony zawarły umowę nr **ZWPS/DA/ .. / 2023**, na sukcesywną dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora w celu jej wykonania Zleceniobiorca będzie dokonywał określonych operacji na danych osobowych.

Zleceniodawca jako Administrator Danych, zgodnie z artykułem 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 26 kwietnia 2016r (zwanym dalej rozporządzeniem), zamierza powierzyć Zleceniobiorcy przetwarzanie danych osobowych w określonym zakresie.

Strony postanawiają co następuje:

### § 1

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie warunków, na jakich Zleceniobiorca będzie administrował danymi osobowymi powierzonymi mu przez Zleceniodawcę dla celów wykonania umowy.
2. Zleceniodawca powierza do przetwarzania dane osobowe, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnie Umową, rozporządzeniem oraz ustawą o ochronie danych osobowych i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
3. Danymi osobowymi podlegającymi przetworzeniu w szczególności są:
  - a) imię i nazwisko,
  - b) numer PESEL,
  - c) oznaczenie płci,
  - d) data urodzenia,

- e) adres zamieszkania /oddział szpitalny,
- f) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania opiekuna osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej,
- g) rozpoznanie choroby,
- h) inne dane konieczne do realizacji badania, leczenia, lub diagnostyki,

Powyższe dane dotyczą wszystkich osób zaangażowanych w realizację umowy, tak Pacjentów  
jaki  
i Personelu ZWPS.

4. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zadań wynikających z Umowy osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zleceniodawcy na piśmie.
5. Zleceniobiorca odpowiada za szkody wyrządzone wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy oraz z obowiązujących przepisów, w tym za szkody powstałe w wyniku udostępnienia danych osobowych osobom nieupoważnionym, ich zabranie przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów, nieuprawnioną zmianą danych, uszkodzeniem lub zniszczeniem, które nastąpiły z winy Zleceniobiorcy. Odpowiedzialność ograniczona jest do wysokości szkody rzeczywistej.
6. Odpowiedzialność powyższa obejmuje także odpowiedzialność Zleceniobiorcy za działanie osób trzecich, którym Zleceniobiorca zlecił wykonanie umowy w jakimkolwiek zakresie.

## **§ 2**

Na podstawie Umowy Zleceniobiorca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, w ramach Zlecenia tylko w takim celu i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania Zlecenia (zgodnie z § 1 ust. 1 Umowy).

## **§ 3**

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w § 2 , zabezpieczeń wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa.
2. W zakresie przestrzegania tych przepisów podmiot ponosi odpowiedzialność jak administrator danych.
3. Zleceniobiorca przy przetwarzaniu danych osobowych zobowiązany jest stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpieczy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranie przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zleceniobiorca zobowiązany jest wdrożyć adekwatny do poziomu ryzyka System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
4. Zleceniobiorca może wykonywać Zlecenie z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych udostępnionych przez Zleceniodawcę.
5. W przypadku korzystania także z innych urządzeń i systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych, niż wskazane w zdaniu poprzednim, będących własnością Zleceniobiorcy, znajdujących się w jego posiadaniu oświadcza on iż spełniają one wymogi prawne celem zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych.
6. Zleceniobiorca każdorazowo poinformuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w 7 dni, Zleceniodawcę o wszelkich zdarzeniach mogących skutkować odpowiedzialnością zleceniodawcy lub Zleceniobiorcy na podstawie przepisów związanych z ochroną danych osobowych, także o kontrolach dotyczących przetwarzania danych osobowych lub świadczonych usług.

## **§ 4**

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest, przy wykonywaniu czynności określonych w Umowie, do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji lub danych osobowych, do których będzie miał dostęp w związku z dokonywaniem czynności przy przetwarzaniu danych osobowych, a w szczególności zobowiązuje się:

b) nie kopiować (na jakichkolwiek nośnikach), nie odtwarzać, nie rozprowadzać ani nie rozpowszechniać lub udostępniać w żaden inny sposób, na rzecz jakichkolwiek osób trzecich, jakichkolwiek informacji lub danych osobowych przetwarzanych w Zbiorze lub zbieranych w celu włączenia do Zbioru;

c) nie wykorzystywać powyższych informacji lub danych osobowych na swoją własną korzyść lub korzyść osób trzecich;

d) nie ujawniać środków ochrony i zabezpieczeń stosowanych przez Administratora Danych w odniesieniu do Zbioru osobom nieupoważnionym.

## § 5

1. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek sytuacji stanowiącej naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych Zleceniobiorca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie: 72 godziny:
  - a) poinformować o tym Zleceniodawcę – Administratora Danych, poprzez zawiadomienie Inspektora Ochrony Danych Osobowych wyznaczonego przez Administratora Danych oraz kierownictwo Zleceniodawcy, podając wszelkie informacje dotyczące takiego naruszenia;
  - b) ustalić przyczynę naruszenia;
  - c) podjąć wszelkie czynności mające na celu usunięcie naruszenia i zabezpieczenie danych osobowych w sposób należyty przed dalszymi naruszeniami;
  - d) zebrać wszystkie możliwe dane i dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności naruszenia i przeciwdziałaniu podobnym naruszeniom w przyszłości.
2. Zleceniodawca ma prawo do kontroli, czy przetwarzanie przez Zleceniobiorcę przekazanych danych osobowych jest zgodne z postanowieniami niniejszej umowy oraz przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.
  - a) Czynności kontrolne nie mogą prowadzić do ujawnienia Zamawiającego danych osobowych nieobjętych niniejszą umową, w szczególności danych osobowych innych klientów Wykonawcy, lub prowadzić do obniżenia skuteczności przyjętych przez Wykonawcę środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego organizacji bądź zagrażać lub prowadzić do obniżenia poziomu ich bezpieczeństwa.
  - b) Kontrola obejmuje swoim zakresem wyłącznie przetwarzanie danych osobowych, z wyłączeniem wszelkich informacji niejawnych, poufnych, czy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy.
  - c) Czynności audytowe odbywają się wyłącznie w obecności osoby wyznaczonej przez Wykonawcę
  - d) Czynności audytowe nie mogą utrudniać działalności Wykonawcy, w szczególności wykonywania obowiązków przez pracowników lub współpracowników Wykonawcy
3. Warunkiem przeprowadzenia kontroli jest pisemne zawiadomienie Zleceniobiorcy w terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych przed planowanym terminem jej przeprowadzenia.
4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz doręcza się Zleceniobiorcy.
5. Zleceniobiorca w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania może wnieść zastrzeżenia do protokołu.
6. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 2, także u Podwykonawców Zleceniobiorcy, a Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić możliwość przeprowadzenia czynności kontrolnych u podmiotów którym powierzył czynności przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Zleceniodawcę.

## § 6

1. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich danych i informacji, które zasięgnęli w trakcie trwania Umowy oraz w związku z jej realizacją, chyba że druga strona zwolni ich z takiego obowiązku lub obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów prawa.
2. Postanowienia ust. 1, pozostają w mocy również po wygaśnięciu Umowy.

3. Zleceniobiorca zobowiąże pracowników zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych do zachowania w poufności, w ramach tajemnicy służbowej, wszelkich informacji lub danych osobowych, do których mogą mieć dostęp w związku z dokonywaniem czynności przy przetwarzaniu danych osobowych jak również do nie ujawniania stosowanych środków ochrony i zabezpieczeń.
4. Zleceniobiorca wyciągnie stosowne konsekwencje wobec pracowników, którzy w jakikolwiek sposób naruszą tajemnicę służbową, o której mowa w § 6 ust. 1 powyżej lub zasady przetwarzania danych osobowych określone w Umowie, w szczególności pozbawi ich możliwości dalszego przetwarzania danych osobowych zawartych w Zbiorach Danych, w tym zbierania takich danych (jeżeli ma to zastosowanie).
5. Zapisy ust. 4 i 5 powyżej dotyczą również Podwykonawców, którym Zleceniobiorca Podpowierzył czynności zgodnie z § 1 ust. 4,5, w stosunku do ich pracowników i współpracowników.

#### **§ 7**

Zleceniobiorca zwolni Zleceniodawcę – Administratora Danych z odpowiedzialności wobec osób, których dane są przetwarzane w związku z Umową z tytułu jakiegokolwiek szkody poniesionej przez te osoby, a wynikającej z lub związanej z naruszeniem przez Zleceniobiorcę jakichkolwiek przepisów dotyczących ochrony danych osobowych lub postanowień Umowy.

#### **§ 8**

1. Zleceniodawca oświadcza, że Inspektorem Ochrony Danych Osobowych u Zleceniodawcy na dzień podpisania Umowy jest Pan Zbigniew Łata.
2. Zleceniobiorca oświadcza, że, jako Administrator Danych, osobiście wykonuje czynności związane z ochroną danych osobowych, a nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w przedsiębiorstwie Zleceniodawcy na dzień podpisania Umowy pełni .....

#### **§ 9**

1. Po zakończeniu obowiązywania Zlecenia lub niniejszej Umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni usunąć bezpowrotnie dane osobowe oraz inne informacje, których przetwarzanie na podstawie niniejszej Umowy zlecił mu Zleceniodawca, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakazują dalsze przechowywanie danych osobowych.
2. W razie niewykonania zobowiązania o którym mowa w ust. 2 Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 2 078,70 zł (słownie: dwa tysiące siedemdziesiąt osiem 70/100 złotych).  
Nie wyklucza to dochodzenia przez Zleceniodawcę od Zleceniobiorcy odszkodowania na zasadach ogólnych.

#### **§ 10**

1. Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania umowy określonej w Preambule i wygasa automatycznie z chwilą jej rozwiązania lub wygaśnięcia.
2. Strony postanawiają, że we wszelkich sprawach nie objętych Umową stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy.
3. Wszelkie spory związane z zawarciem i wykonaniem Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę powoda.
4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Umowę niniejszą sporządzono w ..... jednobrzmiących egzemplarzach, jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i .... egzemplarzu dla Wykonawcy.

ZLECENIOBIORCA:

ZLECENIODAWCA: