



ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH

40-038 Katowice, ulica Powstańców 31

www.zwps.pl

tel. (32) 255-22-26

fax. (32) 343-40-01

ZWPS wdrożył system zgodny z normami ISO 9001:2015
oraz ISO 14001:2015



Katowice, dnia 19.12.2023 r.

ZWPS/DA/ 9080 /2023

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ – część 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605 z późniejszymi zmianami) na „Sukcesywną dostawę odczynników wraz z dzierżawą urządzeń”. Numer referencyjny: ZP/D/8/23

1. Działając na podstawie art. 253 ustawy z 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 roku pozycja 1605 z późniejszymi zmianami) – dalej zwana Pzp. Zamawiający informuje, że w zakresie **Pakietu Nr 3** do realizacji wybrano najkorzystniejszej ofertę złożoną przez Wykonawcę

PAKIET Nr 3 – HORIBA ABX Spółka z o.o. 02 – 653 Warszawa Al. Niepodległości 18

2. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest jedyną ważną ofertą złożoną przez Wykonawców w zakresie Pakietu Nr 1 i uzyskały największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3. Termin podpisania umowy wyznacza się na dzień **03 stycznia 2024 roku** w siedzibie Zamawiającego.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający wzywa do stawienia się we wskazanym czasie osób reprezentujących Wykonawcę. Gdy umocowanie osoby podpisującej umowę nie wynika z dokumentów rejestrowych, należy przedłożyć Zamawiającemu dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pouczenie: Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego Wykonawcę będzie potraktowane przez Zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

4. Zamawiający dopuszcza – po otrzymaniu pisemnego wniosku Wykonawcy – przesłanie umowy do siedziby Wykonawcy jeżeli nie jest możliwe podpisanie umowy w siedzibie Zamawiającego.

OCENA OFERT: PAKIET NR 3

KRYTERIA OCENNE	HORIBA ABX Spółka z o.o. 02-653 Warszawa Al. Niepodległości 18		ARGENTA Spółka z o.o. 60-401 Poznań ul. Polska 114		Alpha Diagnostics Polska Spółka z o.o. 02 – 677 Warszawa ul. Taśmowa 1	
	PARAMETRY OFEROWANE	LICZBA PUNKTÓW	PARAMETRY OFEROWANE	LICZBA PUNKTÓW	PARAMETRY OFEROWANE	LICZBA PUNKTÓW
CENA – 60%	132 199,68 zł	60 pkt	175 154,40 zł	45,20 pkt	147 153,60 zł	53,90 pkt
Możliwość skorygowania ilości płytek w kanale optycznym do 3% oznaczeń	NIE	0 pkt	–	0 pkt	TAK	10 pkt

Pomiar frakcji atypowych limfocytów wyrażony w wartościach bezwzględnych oraz względnych	TAK	10 pkt	–	0 pkt	TAK	10 pkt
Analizator umożliwia oznaczanie i raportowanie na wyniku wartości retikulocytozy skorygowanej	TAK	10 pkt	–	0 pkt	NIE	0 pkt
Oprogramowanie w języku polskim	TAK	10 pkt	–	0 pkt	TAK	10 pkt
RAZEM pkt:		90 pkt	X	45,20 pkt	X	83,90 pkt

5. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono Ofertę w zakresie Pakietu Nr 1 – *INFORMACJA* w Wynikach – część 1 z dnia 04.12.2023r. .
6. **Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Pakietu Nr 2 nastąpi w terminie późniejszym.**