



## ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH

40-038 Katowice, ulica Powstańców 31

www.zwps.pl

tel. (32) 255-22-26

fax. (32) 343-40-01

ZWPS wdrożył system zgodny z normami PN-EN ISO  
9001:2015-10  
oraz PN-EN ISO 14001:2015-09



ZWPS/DA / 2251 /2024

Katowice, dnia 19.03.2024r.

### Uczestnicy Postępowania

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy:** Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 roku pozycja 1605 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej: ustawą Pzp.), którego przedmiotem jest „Sukcesywna dostawa drobnego jednorazowego i wielorazowego sprzętu medycznego” – Nr referencyjny: ZP/D/3/24.

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. pozycja 1605 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej ustawą Pzp.). Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły od Wykonawców.

**Pytanie 1:** Dotyczy Pakietu nr 9 poz.nr 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający miał na myśli teczki na 20 szkiełek/preparatów.

**Odpowiedź:**

Tak, teczka na szkiełka i preparaty mikroskopowe na 20 preparatów.

**Pytanie 2:** Dotyczy Pakietu nr 9 poz. nr 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający miał na myśli teczki otwarte czy zamknięte.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający oczekuje teczek zamykanych na 20 preparatów.

**Pytanie 3:** Dotyczy treści SWZ Rozdział I pkt 4 ppkt 4.2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację SWZ w następujący sposób:

4.2. Wykonawca obowiązany jest w terminie 4 godzin potwierdzić za pośrednictwem faxu lub na adres e-mail Zamawiającego otrzymanie zamówienia. Brak potwierdzenia w ww. terminie uznawany jest za przyjęcie zamówienia do realizacji, zaś bieg terminu, o którym mowa w pkt 4.1 rozpoczyna się?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę tego zapisu w treści SWZ.

Zamawiający KORYGUJE zapis Rozdziału I pkt 4 ppkt 4.2 SWZ i nadaje mu następujące brzmienie: cytuję „...Niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 4 godzin Wykonawca obowiązany jest potwierdzić za pośrednictwem faxu na Numer **32/255-32-42** lub na adres e-mail sekretariat@zwps.pl otrzymanie zamówienia. Brak potwierdzenia w ww. terminie uznawany jest za przyjęcie zamówienia do realizacji, zaś bieg terminu, o których mowa w punkcie 1 rozpoczyna się...” koniec cytatu.

## JEDNOCZEŚNIE

Zamawiający koryguje zapis § 3 pkt 3 w Załączniku Nr 22 – Projekt Umowy – i nadaje mu następujące brzmienie cytując: „ ... *Niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie **4 godzin** Wykonawca obowiązany jest potwierdzić za pośrednictwem faxu na Numer **32/255-32-42** lub na adres e-mail sekretariat@zwps.pl otrzymanie zamówienia. Brak potwierdzenia w ww. terminie uznawany jest za przyjęcie zamówienia do realizacji, zaś bieg terminu, o których mowa w punkcie 1 rozpoczyna się...*” koniec cytatu.

**Pytanie 4:** Dotyczy treści SWZ:

Czy Zamawiający uzna za wystarczające załączenie do oferty kart katalogowych wystawionych przez autoryzowanego dystrybutora z uwagi na fakt, że nie jest możliwe zawarcie wszystkich wymaganych parametrów w karcie wystawionej przez producenta?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający uzna za wystarczające dokumenty przedmiotowe / karty katalogowe wystawione przez autoryzowanego dystrybutora.

**Pytanie 5:** Dotyczy Załącznika Nr 22 – Wzór Umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 6 wzoru umowy – zał. 22 do SWZ w następujący sposób:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- a) w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanego zamówienia netto z tytułu każdorazowej dostawy, za każdy dzień zwłoki w dostawie, w stosunku do terminów wskazanych w § 3 pkt 1 Umowy;
- b) w wysokości 8% wartości netto niezrealizowanej części umowy, z tytułu rozwiązania niniejszej Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
- c) w wysokości 0,5% wartości netto reklamowanego towaru z tytułu każdorazowej dostawy, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, w stosunku do terminu wskazanego w § 3 pkt 8 Umowy.
- d) w wysokości 0,5% wartości netto reklamowanego towaru z tytułu każdorazowej dostawy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wskazanego w § 3 pkt 2?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w Projekcie Umowy.

**Pytanie 6:** Dotyczy Pakietu nr 12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 testu ampułkowego nr katalogowy 91050 o specyfikacji zgodnej z załączoną instrukcją (Załącznik nr 1 do pytań)?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia określony w SWZ. Zamawiający żąda zaoferowania testu ampułkowego, którego odczyt wynosi do 24 godzin. Czas inkubacji oferowanego testu ampułkowego wynosi „ ...co najmniej 48 godzin lub przez czas sprecyzowany przez użytkownika...”, co jest nie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SWZ.