



ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH

40-038 Katowice, ulica Powstańców 31

www.zwps.pl

tel. (32) 255-22-26

fax. (32) 343-40-01

ZWPS wdrożył system zgodny z normami PN-EN ISO
9001:2015-10
oraz PN-EN ISO 14001:2015-09



ZWPS/DA / 5875 /2024

Katowice, dnia 09.08.2024r

Uczestnicy Postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 roku pozycja 1605 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej: ustawą Pzp.), którego przedmiotem jest „Sukcesywna dostawa odczynników”
– Numer referencyjny : ZP/D/6/24

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. pozycja 1605 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej ustawą Pzp.). Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły od Wykonawców.

Pytanie 1: Dotyczy Pakietu Nr 2:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie: czy wyrazi zgodę na zaproponowanie parafiny o temperaturze topnienia w przedziale: 56-58 stopni Celsjusza?.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie parafiny o temperaturze topnienia w przedziale: 56-58⁰ C.

Pytanie 2: Dotyczy Pakietu Nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie parafiny w opakowaniach 10 kg?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie parafiny w opakowaniach 10 kg. ze względu na zbyt duży ciężar dla laborantek.

Pytanie 3: Dotyczy Pakietu Nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie parafiny w opakowaniach 1 kg”?.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie parafiny w opakowaniach 1 kg

Pytanie 4: Dotyczy Pakietu Nr 3 pozycja nr 1 – 7:

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie tuszów w opakowaniu o pojemności 59 ml w każdej z pozycji 1–6. Jednocześnie prosimy o wyrażenie zgodny na odstąpienie od obowiązku zaoferowania utrwalacza do tuszów w związku z faktem, iż oferowany przez nas produkt nie wymaga wykorzystywania takowego rozwiązania. Zastosowanie produktu o parametrze lepszym niż zamawiający oczekuje pozwoli na obniżenie i zaoszczędzenie środków pieniężnych oraz poszerzy grono oferentów mogących zaproponować asortyment?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie w pozycji 1–6 tuszów w opakowaniu o pojemności 59 ml każdy. Jednocześnie dla Pakietu Nr 3 Zamawiający rezygnuje z zapisu „...**WAŻNE: ILOŚĆ OPAKOWAŃ ZAOFEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ, MUSI BYĆ LICZBA CAŁKOWITA BEZ RESZTY...**” i dopuszcza, aby zaferowana liczba opakowań była liczbą do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie 5: Dotyczy Pakietu Nr 3 pozycji nr 8:

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie środka będącego zamiennikiem ksylenu, który umożliwi nam odparafinowywanie urządzeń oraz może być wykorzystywany jako zamiennik ksylenu na etapie barwienia lub procesowania tkanek. Produkt ten w składzie posiada: Izoalkany o długości łańcucha od C11 do C15 w stężeniu 100%. Opakowanie o wielkości 5L z przeliczeniem zamawianych ilości?.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie środka będącego zamiennikiem ksylenu. Do posiadanych w laboratorium urządzeń konieczne jest użycie ksylenu.