



ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH

40-038 Katowice, ulica Powstańców 31

www.zwps.pl

tel. (32) 255-22-26

fax. (32) 343-40-01

ZWPS wdrożył system zgodny z normami ISO 9001:2015
oraz ISO 14001:2015



ZWPS/DA/ 7189 /2024

Katowice, dnia 08.10.2024 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. pozycja 1320 z późniejszymi zmianami) na „Zakup aparatu ultrasonokardiograficznego (UKG) przez Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach” .

Numer referencyjny: ZP/D/11/24

1. Działając na podstawie art. 253 ustawy z 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 roku pozycja 1320 z późniejszymi zmianami) – dalej zwaną Pzp. Zamawiający informuje, że do realizacji wybrano ofertę złożoną przez:

INTIMEX Spółka z o.o. Spółka komandytowa 02 – 764 Warszawa ul. Egejska 19 / 39

2. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest jedyną ofertą złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu i uzyskała największą możliwą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3. Termin podpisania umowy wyznacza się na dzień **14 października 2024 roku** w siedzibie Zamawiającego.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający wzywa do stawienia się we wskazanym czasie osób reprezentujących Wykonawcę. Gdy umocowanie osoby podpisującej umowę nie wynika z dokumentów rejestrowych, należy przedłożyć Zamawiającemu dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pouczenie: Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego Wykonawcę będzie potraktowane przez Zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

4. *Zamawiający dopuszcza – po otrzymaniu pisemnego wniosku Wykonawcy – przesłanie umowy do siedziby Wykonawcy jeżeli nie jest możliwe podpisanie umowy w siedzibie Zamawiającego.*

OCENA OFERTY:

| KRYTERIA OCENNE | INTIMEX Spółka z o.o. Spółka komandytowa 02 – 764 Warszawa ul. Egejska 19 / 39 | |
|---|---|----------------|
| | PARAMETRY OFEROWANE | LICZBA PUNKTÓW |
| CENA – 60% | 399 900,00 zł | 60 pkt |
| Wymagany minimalny okres gwarancji 24 miesiące | 24 m – ce | 0 pkt |
| Liczba procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania powyżej 17.000.000 | TAK | 4 pkt |

| | | |
|---|-----|---------------|
| Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D, 60 000 klatek i więcej oraz zapis Dopplera oraz M-mode minimum 800 sekund | TAK | 4 pkt |
| Ciągła dynamika aparatu powyżej 381 dB i powyżej | TAK | 4 pkt |
| Anatomiczny M-Mode „on line” i zatrzymanej pętli B-mode | TAK | 3 pkt |
| Anatomiczny M-Mode „on line” z zatrzymanej pętli B-mode, pętli B-mode z archiwum | TAK | 3 pkt |
| Wyznaczanie wskaźnika Z-Score dla badań kardiologicznych dzieci „TAK” | TAK | 3 pkt |
| Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do farmakologicznej próby wysiłkowej procedura programowalnych badań wysiłkowych minimum 6 projekcji i min. 10 poziomów obciążenia, wynik wraz z raportem okobyka „Bull-Eye” | TAK | 4 pkt |
| Reakcja serwisu (wizyta/diagnostyka w siedzibie Zamawiającego) do 24 h od zgłoszenia awarii w dni robocze | TAK | 5 pkt |
| RAZEM pkt: | | 90 pkt |

5. Działając na podstawie art. 253 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.