



ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH

40-038 Katowice, ulica Powstańców 31

www.zwps.pl

tel. (32) 255-22-26

fax. (32) 343-40-01

ZWPS wdrożył system zgodny z normami PN-EN ISO
9001:2015-10
oraz PN-EN ISO 14001:2015-09



ZWPS/DA / 7876 /2024

Katowice, dnia 05.11.2024r.

Uczestnicy Postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 roku pozycja 1320 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej: ustawą Pzp.), którego przedmiotem jest „Zakup urządzeń medycznych przez Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach” .

Nr referencyjny: **ZP/D/15/24**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. pozycja 1320 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej ustawą Pzp.). Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły od Wykonawców.

Pytanie 1: Dotyczy Pakietu Nr 2 – część 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie defibrylatora AED o następujących parametrach:
Funkcje i parametry:

1. Zewnętrzny defibrylator półautomatyczny dwufazowy.
2. Dwa przyciski: zasilania i wyzwolenia impulsu.
3. Defibrylacja dwufazowa: 150J dorośli, 50J dzieci.
4. Komunikaty głosowe w języku polskim.
5. Fala defibrylacyjna odcięta wykładniczo, dopasowana do oporności tkanek pacjenta.
6. System analizy kardiologicznej pacjenta.
7. Urządzenie analizuje, informuje oraz decyduje czy wstrząs jest zalecany oraz czy elektrody są podłączone prawidłowo.
8. Bateria o przydatności 7 lat i gwarancji 4 lata, pozwalająca na 300 defibrylacji.
9. Bateria pomocnicza 9V, służąca do autotestów.
10. Czas ładowania poniżej 6 sekund.
11. Wbudowany metronom
12. Masa urządzenia: około 2 kg.
13. Stopień ochrony zgodny z normą IEC 60529 - IP54.
14. Odporność na wstrząsy i upadek z 1m według normy MIL-STD-810F 516.5.
15. Praca na wysokości od -150m do 4500m n.p.m. według normy MIL-STD-810F 500.4.
16. Środowisko pracy: wilgotność 5-95%, temperatura 0-50°C.
17. Gwarancja na urządzenie 8 lat.
18. Elektrody jednorazowe, przyklejane, bez konieczności wymiany baterii.
19. Długość przewodu elektrod – 122 cm.
20. Graficzne instrukcje użycia na opakowaniu elektrod oraz na każdej elektrodzie z osobna.
21. Okres trwałości elektrod 24 miesiące.

22. Automatyczna konwersja do trybu pediatrycznego, po podłączeniu elektrod pediatrycznych.
23. Dioda kontrolna autotestów migająca na zielono lub czerwono.
24. Autotesty przeprowadzane codziennie, co tydzień, co miesiąc i co kwartał.
25. Autotest przy każdym uruchomieniu.
26. Oprogramowanie zgodne z Europejską radą Resuscytacji, z możliwością aktualizacji bez wymiany urządzenia.
27. Odpowiednik urządzenia w wersji treningowej.
28. Możliwość przeniesienia danych o zdarzeniu za pomocą karty pamięci.
29. Deklaracja zgodności CE.?

Odpowiedź:

Zamawiający swoje wymagania i oczekiwania określił w Załączniku Nr 2A i 2B SWZ. Zamawiający zakupu dokonuje zgodnie z art. 275 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a nie na mocy upoważnienia zawartego w art. 214 ust. 1 w związku z art. 304 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zaprasza do złożenia oferty wszystkich Wykonawców, którzy zaoferują przedmiot zamówienia zgodny z Załącznikami Nr 2A i 2B SWZ.

