



## ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH

40-038 Katowice, ulica Powstańców 31

www.zwps.pl

tel. (32) 255-22-26

fax. (32) 343-40-01

ZWPS wdrożył system zgodny z normami PN-EN ISO  
9001:2015-10  
oraz PN-EN ISO 14001:2015-09



ZWPS/DA / 7922 /2024

Katowice, dnia 06.11.2024r.

### Uczestnicy Postępowania

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy:** Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 roku pozycja 1320 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej: ustawą Pzp.), którego przedmiotem jest „Zakup urządzeń medycznych przez Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach” – Nr referencyjny: ZP/D/15/24

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. pozycja 1320 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej ustawą Pzp.). Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły od Wykonawców.

#### **Pytanie 1:**

Czy zamawiający dopuści unit stomatologiczny wyposażony w konsolę asysty (I- wymagania ogólne punkt 10) w klawiaturę sterującą? Rozumiemy, że przez panel dotykowy zamawiający miał na myśli panel z dotykowym, multimedialnym wyświetlaczem.

#### **Odpowiedź**

Klawiatura dotykowa lub ekran dotykowy sterujący funkcjami.

#### **Pytanie 2:**

Czy zamawiający dopuści unit stomatologiczny wyposażony w zagłówek chirurgiczny 2 przegubowy? (I- wymagania ogólne punkt 14)

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie 3:**

Czy zamawiający dopuści unit stomatologiczny nie wymagający aktualizacji? (I- wymagania ogólne punkt 20)

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

#### **Pytanie 4:**

Czy poprzez integrację z infrastrukturą zamawiający rozumie podłączenie unitu do istniejących przyłączy? Proszę o informację (opis lub zdjęcie) jakie przyłącza zamawiający obecnie posiada, do których ma zostać podłączony unit (II- pozostałe wymagania, punkt 1)

#### **Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający poprzez sformułowanie „integracja” rozumie podłączenie unitu do mediów.