



ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH

40-038 Katowice, ulica Powstańców 31

www.zwps.pl

tel. (32) 255-22-26

sekretariat@zwps.pl

ZWPS wdrożył system zarządzania jakością
i zarządzania środowiskowego zgodny
z normami PN-EN ISO 9001:2015-10
oraz PN-EN ISO 14001:2015-09



ZWPS/DA/ 2308 /2025

Katowice, dnia 28.03.2025 r.

Uczestnicy Postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 roku pozycja 1320 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej: ustawą Pzp.), którego przedmiotem jest „Sukcesywna dostawa zestawów do pobierania krwi w systemie zamkniętym wraz z dzierżawą aparatu do odczytu OB” – Nr referencyjny: ZP/D/6/25.

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. pozycja 1320 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej ustawą Pzp.). Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły od Wykonawców:

Pytanie 1: Dotyczy Wzoru Umowy:

Zwracamy się z prośbą o powtórne rozważenie odpowiedzi na pytanie 11. Zamawiający wyraził zgodę na zaoferowanie trzech probówek kontrolnych zamiast materiału do kontrolnego. Takie rozwiązanie w przypadku aparatu który aktualnie użytkuje w zasadzie służy do kalibracji, a nie kontroli aparatu. Aparat ma moduł kontroli wewnątrzlaboratoryjnej do którego należy wykorzystać krew kontrolną. Pytanie zostało sformułowane w sposób, który ewidentnie wprowadził Zamawiającego w błąd, a ponadto prowadzi do przygotowania ofert nierównoważonych cenowo, faworyzując Wykonawcę, który nie dostarczy kontroli – a zatem nie spełni wymogu SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść odpowiedzi z dnia 24.03.2025. Zamawiający uznał, że wyjaśnienia Wykonawcy opisujące sposób przeprowadzenia kontroli wewnętrznej są wystarczające aby zapewnić sprawdzenie prawidłowego działania aparatu, tym samym dopuścił zaoferowanie dedykowanego przez producenta aparatu zestawu 3 probówek kontrolnych ze stałym wkładem, który imituje opad o 3 różnych wartościach. Na potwierdzenie Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę dokumentu sporządzonego przez producenta aparatu/ autoryzowanego dystrybutora producenta. W przypadku, gdy dokumenty są sporządzone przez autoryzowanego przedstawiciela / dystrybutora, Zamawiający żąda dołączenia do Oferty: Autoryzacji / Listu autoryzacyjnego / oświadczenia producenta.

Pytanie 2: Dotyczy treści SWZ

Zwracamy się ponownie z pytaniem i prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie probówki z pozycji nr 5 z aprotyniną z terminem ważności 4 miesiące w dniu dostawy do Zamawiającego. Ta probówka ze względu na swoją specyfikę ma krótki termin ważności w chwili opuszczenia fabryki i otrzymujemy ją właśnie z terminem około 4-miesięcznym i nie dysponujemy inną.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie probówki z pozycji nr 5 „Probówki do badań wymagających inhibitorów enzymów proteolitycznych z EDTA i aprotyniną o objętości nie mniejszej niż 4 ml i nie większej niż 5 ml” z terminem ważności nie krótszym niż 4 miesiące od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego.