



ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH

40-038 Katowice, ulica Powstańców 31

www.zwps.pl

tel. (32) 255-22-26

sekretariat@zwps.pl

ZWPS wdrożył system zarządzania jakością
i zarządzania środowiskowego zgodny
z normami PN-EN ISO 9001:2015-10
oraz PN-EN ISO 14001:2015-09



ZWPS/DA/ 2381 /2025

Katowice, dnia 01.04.2025 r.

Uczestnicy Postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 roku pozycja 1320 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej: ustawą Pzp.), którego przedmiotem jest „Sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą urządzenia do diagnostyki immunohisto/cyto/chemicznej i HER2”
– Nr referencyjny: ZP/D/5/25.

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. pozycja 1320 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej ustawą Pzp.). Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły od Wykonawców:

Pytanie 1: Dotyczy Formularza asortymentowo cenowego pozycja nr :

W związku z prawdopodobieństwem zdublowania oznaczeń prosimy o doprecyzowanie ilości przeciwciał wskazanych w pozycjach 1-2 dla CD117, 54. i 57. dla GATA-3 oraz 55. i 59. dla HCG

Odpowiedź:

Zamawiający w załączeniu dołącza KOREKTĘ Załącznika Nr 1A.

Pytanie 2: Dotyczy Formularza asortymentowo cenowego pozycja nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przeciwciała CD8 klon SP239?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3: Dotyczy Formularza asortymentowo cenowego pozycja nr 69:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przeciwciała p40 klon SP225?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę,

Pytanie 4: Dotyczy Formularza asortymentowo cenowego pozycja nr 65:

Prosimy o doprecyzowanie, czy w pozycji 65. niedoszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający wymaga beta-catenin klon 14?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający koryguje omyłkę pisarską i w załączeniu dołącza KOREKTĘ Załącznika Nr 1A.

Pytanie 5: Dotyczy Formularza asortymentowo cenowego pozycja nr 75:

Prosimy o doprecyzowanie, jakiego klonu przeciwciała TTF1 wymaga Zamawiający: 8G7G3/1 czy SP141?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga klonu SP 141 i w załączeniu dołącza KOREKTĘ Załącznika Nr 1A.

Pytanie 6: Dotyczy treści SWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w miejsce wymaganych instrukcji wykonania oznaczeń, kart charakterystyki, dokumentów zawierających opis produktu / informacji / folderów / kart katalogowych dla wszystkich oznaczeń załączyć oświadczenie o posiadaniu tych dokumentów oraz ich dostawie na każde żądanie Zamawiającego ciągu 3 dni roboczych od daty wezwania? Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do podania w ofercie adresu strony internetowej, na której znajdują się w/wym. dokumenty, z której Zamawiający może stale korzystać?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający żąda dołączenia do Oferty przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z zapisem Rozdziału II pkt 1 litery a – e) SWZ.

Pytanie 7: Dotyczy treści SWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień oraz na zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy (strona internetowa)?

Uzasadnienie: Składanie zamówień, zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy umożliwi Zamawiającemu przeglądanie historii wpisów, śledzenie statusu zgłoszeń i wysyłki zamówień.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 8: Dotyczy treści SWZ:

Czy Zamawiający zgodzi się, by Wykonawca nie ponosił odpowiedzialności za opóźnienie instalacji, które wynikają ze zmian podjętych przez Zamawiającego już w czasie jej trwania, w szczególności dotyczy: zmiany konfiguracji lub umiejscowienia aparatów w pomieszczeniu laboratorium.

Odpowiedź:

Urządzenia objęte niniejszym postępowaniem zostaną zainstalowane w dedykowanej dla nich pracowni wobec czego, Zamawiający nie przewiduje żadnych opóźnień „wynikających ze zmian podjętych przez Zamawiającego” w procesie instalacyjnym nowo dostarczonych urządzeń.

Pytanie 9: Dotyczy Wzoru Umowy § 2 ust. 1 lit. b):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od konieczności opisu opakowań w języku polskim?

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych m.in. etykiety i instrukcje używania wyrobów medycznych przeznaczonych dla użytkowników innych niż laicy mogą być wyrażone w języku polskim lub języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Przedmiot zamówienia będzie użytkowany przez profesjonalnych pracowników Zakładu Patomorfologii / laboratorium, dla których etykiety w języku angielskim oraz symbole zharmonizowane – wymienione powyżej, są czytelne, jasne i zrozumiałe.

Wobec powyższego, Zamawiający zmienia zapis w § 2 ust. 1 Wzoru Umowy – Załącznik Nr 8 w ten sposób, że dodaje ustęp nr 3 w następującym brzmieniu cytując: „... **Zamawiający warunkowo dopuszcza, aby oferowane odczynniki, o których mowa w § 1 ust. 1 dostarczane były w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach handlowych, posiadały etykiety na każdym opakowaniu w języku angielskim oraz symbole zharmonizowane - "Symbole graficzne do oznaczania wyrobów medycznych", które pozwalają na dokładną identyfikację produktu (minimum nazwa wyrobu, producenta, data ważności, seria i sposób użycia)...**” koniec cytatu.

Pytanie 10: Dotyczy Wzoru Umowy § 2 ust. 1 lit. c):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności przedmiotu umowy wynosił minimum 6 miesięcy od dnia dostawy?

Uzasadnienie: Proponowany termin ważności wydaje się być wymaganiem zbyt wygórowanym.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Wobec powyższego, Zamawiający zmienia zapis:

- 1) w Rozdziale I pkt 6 ppkt 6.1 SWZ i nadaje mu następujące brzmienie cytuję: „...Termin ważności (przydatności do użycia) dostarczonego przedmiotu zamówienia – (odczynniki, kontrole, kalibratory, materiały zużywalne etc.) - nie może być krótszy niż **6 miesięcy** od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego...” koniec cytatu.
- 2) w § 2 ust. 1 litera c) Wzoru Umowy – Załącznik Nr 8 i nadaje mu następujące brzmienie cytuję: „...Termin ważności (przydatności do użycia) dostarczonego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy **niż 6 miesięcy** od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego...” koniec cytatu.
- 3) W Załączniku Nr 1A w *UWAGACH* pod Tabelą i nadaje mu następujące brzmienie cytuję: „...Data ważności na oznaczenia co najmniej **6 miesięcy**” koniec cytatu.

Pytanie 11: Dotyczy Wzoru Umowy § 4 ust. 2 i ust. 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „bezpłatny” na „w ramach wynagrodzenia”?

Odpowiedź:

Zamawiający oświadcza, że zapis § 4 ust. 2 i ust. 7 nie ma na celu uzyskania / otrzymania „bezpłatnego świadczenia od Wykonawcy”, a jedynie zabezpieczenia prawidłowej kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia (w tym szkolenie personelu). Wobec tego oferta Wykonawcy musi zawierać cenę za cały przedmiot zamówienia określony w SWZ.

Zamawiający dokonuje zmian zapisu treści SWZ według poniższego:

- 1.) Rozdział I pkt 10 ppkt 10.2 SWZ otrzymuje następujące brzmienie cytuję: „... Protokół technicznego odbioru urządzeń przeznaczonych dla Pracowni Patomorfologii, zostanie podpisany po zainstalowaniu, skutecznym uruchomieniu, przeszkoleniu (w ramach wynagrodzenia) personelu Zamawiającego i sprawdzeniu przez Zamawiającego czy dostarczony przedmiot dzierżawy jest wolny od wad...” koniec cytatu.
- 2.) Wzór Umowy § 4 ust. 2 i ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie cytuję: „... Protokół technicznego odbioru urządzeń przeznaczonych dla Pracowni Patomorfologii, zostanie podpisany po zainstalowaniu, skutecznym uruchomieniu, przeszkoleniu (w ramach wynagrodzenia) personelu Zamawiającego i sprawdzeniu przez Zamawiającego czy dostarczony przedmiot dzierżawy jest wolny od wad...” koniec cytatu.

Pytanie 12: Dotyczy Wzoru Umowy § 4 ust. 7::

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

Ponadto, czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie postanowienia zgodnie z § 7 ust. 3 poprzez wskazanie, że „naprawa lub wymiana części uszkodzonych lub zużytych podzespołów nie może przekroczyć 3 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 13: Dotyczy Wzoru Umowy § 5 ust. 7 i ust. 8 oraz § 10 ust. 2 oraz § 12 ust. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słów "dni kalendarzowe" na "dni robocze"?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tych zapisów i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 14: Dotyczy Wzoru Umowy § 7 ust. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 15: Dotyczy Wzoru Umowy § 8 ust. 1 lit. b):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy" na "z przyczyn zawnionych przez Wykonawcę"?

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu.

Pytanie 16: Dotyczy Wzoru Umowy § 8 ust. 1 lit. f):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wysokość kary umownej była liczona od wartości sumy czynszu dzierżawnego, wskazanego w § 6 ust.1 pkt b)?

Wskazujemy, iż wszelkie ryzyka finansowe związane z możliwością obciążenia Wykonawcy karami umownymi będą podlegały w kalkulowaniu do ceny ofertowej, co nie jest finalnie zjawiskiem korzystnym dla Zamawiającego.

Ponadto, czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację - zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 433 pkt 1 PZP postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia.

Ponadto, zwracamy się o zmianę postanowienia, poprzez odwołanie się w miejsce „§ 4 ust. 8” do „§ 7 ust. 3” – precyzyjnie ustalającego terminu usuwania awarii aparatu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych oraz zastąpienie słowa „opóźnienie” na słowo „zwłoka”..

Zamawiający wyjaśnia, że zapis § 4 ust. 8 dotyczy awarii dzierżawionego przedmiotu zamówienia cytując: „... W ramach serwisu, w przypadku pojawienia się awarii lub innej sytuacji wymagającej świadczenia usług serwisowych, Zamawiający wymaga fizycznej obecności serwisanta w siedzibie Zamawiającego. W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający dopuszcza zapewnienia serwisu online...” koniec cytatu

natomiast

zapis § 7 ust. 3 Projektu umowy dotyczy zareagowania przez Wykonawcę na zgłoszenie awarii przez Zamawiającego (np. na określenie przyczyny wady / usterki oraz zakresu naprawy) przedmiotu zamówienia cytując: „... Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego wynosi 24 godziny od momentu dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego...” koniec cytatu.

Pytanie 17: Dotyczy Wzoru Umowy § 8 ust. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację limitu kar umownych do „20%”?

Zaproponowana przez Zamawiającego wartość odbiega od rynkowego pułapu maksymalnego, który zazwyczaj sięga 10-20%. Nadto, należy mieć na uwadze, że wszelkie ryzyka finansowe związane z realizacją umowy będą musiały zostać w kalkulowane do ceny ofertowej Wykonawców?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 18: Dotyczy Wzoru Umowy § 8 ust. 3:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody"?

Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 19: Dotyczy Wzoru Umowy § 9 ust. 1 lit. a)-b):

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów poprzez dodanie zdania: „nie dotyczy okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 30 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”.

Ponadto, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie na końcu postanowienia fragmentu:

„po uprzednim wezwaniu dodatkowym i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu co najmniej 5 dni roboczych.”? Odstąpienie, nawet częściowe, może skutkować po stronie Zamawiającego potrzebą zmiany wykonawcy. Jednocześnie procedura naprawcza może skutecznie zapobiegać tego rodzaju przypadkom, umożliwiając dokończenie współpracy stron”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 20: Dotyczy Wzoru Umowy § 9 ust. 1 lit. b):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację - zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 433 pkt 1 PZP postanowienia umowy nie mogą przewidywać

odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu i zastąpienie słowa „opóźnienie” na słowo „zwłoka”.

Pytanie 21: Dotyczy Wzoru Umowy § 11 ust. 3 lit. h):

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z ostatniego zdania niniejszego postanowienia fragmentu „(faktury, umowy, etc.)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie tego zapisu.

Pytanie 22: Dotyczy Wzoru Umowy § 14 ust. 6:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę”?

Odpowiedź:

Ze względów technicznych, Zamawiający podpisze umowę w sposób tradycyjny.

Pytanie 23: Dotyczy Załącznika Nr 10 § 1 ust. 4:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do Umowy Załącznika nr 1 z listą podmiotów podprzetwarzających, w tym na dodanie do Umowy § 1 ust. 7 o treści “Lista podmiotów podprzetwarzających znanych na dzień podpisania niniejszej Umowy, z których usług Podmiot przetwarzający jest uprawniony do korzystania, stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie zmian w projekcie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pytanie 24: Dotyczy Załącznika Nr 10 § 5 ust. 2:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dodać następujące postanowienia:

- a. Czynności kontrolne nie mogą prowadzić do ujawnienia Zamawiającemu danych osobowych nieobjętych niniejszą umową, w szczególności danych osobowych innych klientów Wykonawcy, lub prowadzić do obniżenia skuteczności przyjętych przez Wykonawcę środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego organizacji bądź zagrażać lub prowadzić do obniżenia poziomu ich bezpieczeństwa.
- b. Kontrola obejmuje swoim zakresem wyłącznie przetwarzanie danych osobowych, z wyłączeniem wszelkich informacji niejawnych, poufnych, czy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy.
- c. Czynności audytowe odbywają się wyłącznie w obecności osoby wyznaczonej przez Wykonawcę
- d. Czynności audytowe nie mogą utrudniać działalności Wykonawcy, w szczególności wykonywania obowiązków przez pracowników lub współpracowników Wykonawcy."

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie proponowanych zapisów do projektu Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pytanie 25: Dotyczy Załącznika Nr 10 § 9 ust. 5:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Na to pytanie Zamawiający udzielił już odpowiedzi w Pytaniu Nr 22.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY**Dzierżawa urządzenia do diagnostyki immunohisto / cyto/ chemicznej i HER2 wraz z dostawą odczynników**

Lp.	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa oferowanego przedmiotu zamówienia	Średnia ilość badań w okresie obowiązywania umowy	Oferowana wielkość opakowania	Ilość opakowań po przeliczeniu* (4/5)	Cena netto opakowania (w PLN)	Wartość netto (w PLN)	Stawka Podatku VAT (%)	Wartość brutto (w PLN)	Producent
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
A	OZNACZENIA:									
1	CD117(EP10) Rabbit Monoclonal PAB		150							
2	CiNtec anti-p16 Histology (E6H4)		1 800							
3	anti-CD15 (MMA)		150							
4	anti-CD20 (L26)		200							
5	anti-CD23 (SP23)		100							
6	anti-CD3 (2GV6)		200							
7	anti-CD34 (QBEnd/10)		400							

ZP/D/ 5 /25

8	anti-CD4 (SP35)		100							
9	anti-CD45 (LCA) (RP2/18)		150							
10	anti-CD5 (SP19)		100							
11	anti-CD68 (KP-1)		300							
12	anti-CD79a (SP18)		100							
13	anti-CD8 (SP57)		100							
14	anti-CD99 (O13)		100							
15	anti-Calretinin (SP65)		100							
16	anti-Cytokeratin 20 (SP33)		800							
17	anti-Cytokeratin 7 (SP52)		1 000							
18	anti-Desmin (DE-R-11)		400							
19	anti-EMA (E29)		400							
20	anti-ER (SP1)		1 800							
21	anti-Ki-67 (30-9)		3 000							
22	anti-MART-1/melan A (A103)		400							

ZP/D/ 5 /25

23	anti-PAX5 (SP34)		250							
24	anti-PR (1E2)		1 400							
25	anti-PSA (polyclonal)		100							
26	anti-S100 (4C4.9)		600							
27	anti-Vimentin (V9)		800							
28	anti-bcl-2 (124)		150							
29	Anti-Synaptophysin (Sp11)		400							
30	Inhibin, alpha (MRQ-63)		150							
31	MLH1 (M1)		600							
32	MSH2 (G219-1129)		600							
33	MSH6 (SP93)		600							
34	PMS2 (A16-4)		600							
35	anti-HER2/neu (4B5)		1 800							
36	anti-CD10 (SP67)		400							
37	Melanosme HMB-45		800							

ZP/D/ 5 /25

38	anti-CEA (CEA31)		150							
39	anti-Chromogranin A (LK2H10)		400							
40	anti-Cyclin D1 (SP4-R)		100							
41	anti-bcl-2 (SP66)		150							
42	anti-Cytokeratin 5&6 (D5/16B4)		400							
43	anti-P53 (Bp53-11)		1 200							
44	anti-P63 (4A4)		800							
45	anti-Pan Keratin (AE1/AE3 & PCK26)		1 400							
46	anti-Actin Smooth Musle (1A4)		600							
47	Anti-Actin Muscle Specyfic (HHF35)		150							
48	anti-CD138 (B-A38)		200							
49	anti-CD30 (Ber-H2)		100							
50	anti-CD31 (JC70)		150							
51	anti-CD56 (MRQ-42)		400							
52	anti-CD7 (SP94)		100							

53	anti-CDX-2 (EPR2764Y)		600							
54	anti-Caldesmon (E89)		100							
55	anti-Cytokeratin 19 (A53-B/A2.26)		1 000							
56	anti-DOG-1 (SP31)		200							
57	anti-GATA3 (L50-823)		200							
58	Anti-cytokeratin 8 &18 (B22.1 & B23.1)		100							
59	anti-Human Chorionic Gonadotropin (polyclonal)		100							
60	anti-MyoD1 (EP212)		50							
61	anti-Myogenin (F5D)		50							
62	anti-PAX8 (MRQ-50)		600							
63	anti-Placental Alkaline Phosphatase (NB10)		200							
64	anti-Podoplanin (D2-40)		100							
65	Anti – beta catenin (14)		200							
66	Anti – Neuron Specyfic Enolase (MRQ-55)		100							
67	Anti - Renal Cell Carcinoma (PN-15)		200							

68	anti-SOX-10 (SP267)		200							
69	anti-p40 (BC28)		200							
70	anti -alpha- Fetoprotein (AFP) (polyclonal)		150							
71	anti bcl-6		150							
72	anti-p504s (SP116) Rabbit Monoclonal PAb		400							
73	CK34BE12 (HMW)		150							
74	WT1		500							
75	TTF-1 (SP 141)		250							
B	SZKIEŁKA NA 38 000 OZNACZEŃ – DO ILOŚCI OZNACZEŃ PODANYCH POWYŻEJ									
1	Szkiełka podstawowe do immunohistochemii (adhezyjne, ładowane)									
2	Szkiełka nakrywkowe									
C	MATERIAŁY ZUŻYWALNE NA 38 000 OZNACZEŃ – DO ILOŚCI OZNACZEŃ PODANYCH POWYŻEJ									
1	Taśma do drukarki kodów									
2	Naklejki do drukarki kodów									
3	Medium do nakrywarki szkiełek									

4										
...										
WARTOŚĆ OFERTY OGÓŁEM:										

UWAGA:

1. Data ważności na oznaczenia co najmniej **6 miesięcy**.

_____ dnia _____ 2025r.

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)