



ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH

40-038 Katowice, ulica Powstańców 31

www.zwps.pl

tel. (32) 255-22-26

sekretariat@zwps.pl

ZWPS wdrożył system zarządzania jakością
i zarządzania środowiskowego zgodny
z normami PN-EN ISO 9001:2015-10
oraz PN-EN ISO 14001:2015-09



ZWPS/DA/ 5725 /2025

Katowice, dnia 21.08.2025 r.

Uczestnicy Postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 1 –

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 roku pozycja 1320 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej: ustawą Pzp.), którego przedmiotem jest „Sukcesywna dostawa odczynników – III”.

– Nr referencyjny: ZP/D/13/25.

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. pozycja 1320 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej ustawą Pzp.). Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły od Wykonawców:

Pytanie 1: Dotyczy Pakietu Nr 8 pozycja nr 1:

Czy Zamawiający dopuści plastry naskórkowe TRUE Test 36 stosowane w diagnostyce alergicznego kontaktowego zapalenia skóry. TRUE Test 36 jest gotowym do użycia testem płatkowym. Test składa się z 3 plastrów samoprzylepnych zawierających po 12 płatków. Każdy płatek zawiera substancję testową, mogącą wywołać reakcję skórą u ludzi z nadwrażliwością. Każdy płatek zawiera inny alergen, a jeden pusty płatek nie zawiera żadnego alergenu. TRUE Test 36 zawiera 35 najczęściej występujących alergenów / mieszanin alergenów, a także jeden pusty płatek. Opakowanie zawiera 10 zestawów przeznaczonych dla 10 pacjentów. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia, zwracam się z prośbą o podanie wielkości zapotrzebowania (dla ilu pacjentów mają być przeznaczone) i zgodę na przeliczenie ilości?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza plastry naskórkowe TRUE Test 36.

Pytanie 2: Dotyczy Pakietu Nr 8 pozycja nr 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na okres 6 miesięcy? Fakt ten związany jest z umową z Producentem oraz gwarancją ceny na okres maksymalnie 0,5 roku?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty na okres 6 miesięcy.

Pytanie 3: Dotyczy Pakietu Nr 3:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie parafiny o temperaturze topnienia 56-58 stopni Celsjusza pakowane po 1 KG?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie parafiny o temperaturze topnienia w przedziale: 56-58⁰ C w opakowaniach każde po 1 kg.

Pytanie 4: Dotyczy Pakietu Nr 4 pozycja nr 1 – nr 6:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie tuszy w opakowaniach 59 ml?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji 1–6 tuszów w opakowaniu o pojemności 59 ml każdy. Jednocześnie dla Pakietu Nr 4 Zamawiający potwierdza zamawianą ilość określoną w Formularzu asortymentowo – cenowym co oznacza, że ilość oferowanych opakowań należy przeliczyć zgodnie z zamawianą ilością.

Pytanie 5: Dotyczy Pakietu Nr 4 pozycja nr 7:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na odpuszczenie utrwalacza do tuszu histopatologicznego pod warunkiem zaoferowania tuszy, które nie wymagają stosowania utrwalacza? Produkt, który chcemy zaproponować jest produktem bezpiecznym, nietoksycznym, niewymagającym stosowania dodatkowych utrwalaczy?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie utrwalacza do tuszu histopatologicznego pod warunkiem, że zaoferowane tusze, nie wymagają stosowania utrwalacza, a informacja o tym będzie zawarta w dokumentach dotyczących tego tuszu histopatologicznego (opis produktu / informację / folder / kartę katalogową etc.) .