



ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH

40-038 Katowice, ulica Powstańców 31

www.zwps.pl

tel. (32) 255-22-26

sekretariat@zwps.pl

ZWPS wdrożył system zarządzania jakością
i zarządzania środowiskowego zgodny
z normami PN-EN ISO 9001:2015-10
oraz PN-EN ISO 14001:2015-09



ZWPS/DA/ 4649 /2025

Katowice, dnia 07.07.2025 r.

Uczestnicy Postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 1 –

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 roku pozycja 1320 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej: ustawą Pzp.), którego przedmiotem jest „Sukcesywna dostawa drobnego jednorazowego i wielorazowego sprzętu medycznego – II” – Nr referencyjny: ZP/D/11/25.

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. pozycja 1320 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej ustawą Pzp.). Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły od Wykonawców:

Pytanie 1: Dotyczy Pakietu Nr 9:

Czy Zamawiający dopuści nóż elektrochirurgiczny wyposażony w połączane ostrze, do endoskopowego usuwania warstw podśluzówkowych; posiadający kanał wodny poprowadzony wewnątrz ostrza noża; dostępne 3 typy końcówki „I”, „T”, „O”; kształt końcówki umożliwiający cięcie w dowolnym kierunku, bez konieczności rotacji narzędzia; część dystalna osłony zaokrąglona ułatwiająca manewrowanie, także stycznie do zmiany; długość narzędzia 1650 mm oraz 2350 mm; długość noża 1,5 mm/ 2 mm/ 4 mm; kompatybilne z endoskopem o średnicy kanału roboczego 2,8 mm; posiada możliwość chowania i wysuwania ostrza noża; pakowane sterylnie 1 sztuka w opakowaniu; sterylizowane metodą ETO.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanego w Pytaniu noża elektrochirurgicznego.