



ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH
40-038 Katowice, ulica Powstańców 31
www.zwps.pl
tel. (32) 255-22-26
sekretariat@zwps.pl

ZWPS wdrożył system zarządzania jakością
i zarządzania środowiskowego zgodny
z normami PN-EN ISO 9001:2015-10
oraz PN-EN ISO 14001:2015-09



ZWPS/DA/ 7477 /2025

Katowice, dnia 24.10.2025 r.

Uczestnicy Postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 1 –

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 roku pozycja 1320 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej: ustawą Pzp.), którego przedmiotem jest „Sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów” – Nr referencyjny: ZP/D/14/25.

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. pozycja 1320 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej ustawą Pzp.). Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły od Wykonawców:

Pytanie 1: Dotyczy Załącznika Nr 10 – Umowa § 8 pkt 1.b:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do maksymalnie 5% wartości netto niezrealizowanej umowy?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę / zmniejszenie procenta naliczanej kary do maksymalnie 5% wartości netto niezrealizowanej umowy

Pytanie 2: Dotyczy Załącznika Nr 10 – Umowa § 8 pkt 1.a, c, d, e:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do maksymalnie 0,5% wartości netto ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę / zmniejszenie procenta naliczanej kary do maksymalnie 0,5% wartości netto.

Pytanie 3: Dotyczy Pakietu Nr 3:

Czy z uwagi na fakt, że w oferowanym odczynniku do oznaczania retikulocytów znajduje się fluorochrom, Zamawiający zezwoli by termin ważności tegoż odczynnika wynosił 3 miesiące od daty dostawy?

Odpowiedź:

Zamawiający zezwala. Zamawiający w § 2 pkt 1. podpunkt c) określił cytując: „ c) ...Termin ważności dla odczynnika do oznaczania retikulocytów nie może być krótszy niż 3 miesiące od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego – dotyczy Pakietu Nr 3...” koniec cytatu.

Pytanie 4: Dotyczy Pakietu Nr 3:

Czy na potwierdzenie wymaganych parametrów analizatora jak i parametrów ocenianych, Zamawiający dopuści by Wykonawca przedstawił wyciąg z instrukcji obsługi analizatora?

W przygotowanym dokumencie znajdzie się fragment instrukcji wraz z informacją, którego punktu parametrów wymaganych dotyczy potwierdzenie i która jest to strona z instrukcji obsługi analizatora. W ten sposób przygotowany dokument winien być czytelny dla Zamawiającego jak i innych Wykonawców ubiegających się o zamówienie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści powyższe, pod warunkiem, że przedstawiony wyciąg z instrukcji obsługi analizatora będzie zawierał stronę tytułową, numerację stron, na każdej stronie będzie widoczna nazwa analizatora, którego instrukcja dotyczy lub co najmniej numer identyfikacyjny instrukcji znajdujący się na stronie tytułowej.

Pytanie 5: Dotyczy Pakietu Nr 3:

Czy Zamawiający wymaga, aby w oferowanym analizatorze hematologicznym próbki były mieszane rotacyjnie (360 stopni) zgodnie z zaleceniami ISLH?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6: Dotyczy Pakietu Nr 3:

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany analizator hematologiczny posiadał automatyczny podajnik na 100 próbek?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga. Zamawiający w Załączniku Nr 3C jako parametry i warunki techniczne dotatkowo oceniane w pkt. 3 określił „ Analizator posiada automatyczny podajnik na co najmniej 100 próbek”.

Pytanie 7: Dotyczy Pakietu Nr 1 – Załącznik nr 1A, Załącznik 1B, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET Nr 1, WYMAGANE PARAMETRY ANALIZATORA IMMUNOCHEMICZNEGO, pkt. 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dokładanie odczynników odbywało się bez przerywania procesu analizy, w trybie "wstrzymanie pobierania statywów" trwającym nie dłużej niż 5 min.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8: Dotyczy Pakietu Nr 1 – Załącznik nr 1A, Załącznik 1B, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET Nr 1, WYMAGANE PARAMETRY ANALIZATORA IMMUNOCHEMICZNEGO, pkt. 17:

Czy pod określeniem "Pełna krzywa kalibracyjna zapisana w kodzie kreskowym" Zamawiający rozumie prekalibrację fabryczną odczynników i brak konieczności wykonania pełnej 6-punktowej krzywej kalibracyjnej przez Użytkownika.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający swoje wymogi dokładnie określił w opisie przedmiotu zamówienia w Załączniku 1B w punkcie nr 17.

Pytanie 9: Dotyczy Pakietu Nr 1 – Załącznik nr 1A, UWAGI do Załącznika 1B, UWAGI do Załącznika 1C:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby na potwierdzenie niektórych parametrów wymaganych określonych w punktach 4 – 19 oraz parametrów ocenianych, które nie są opisane jednoznacznie w oryginalnych instrukcjach Producenta, dokumentem potwierdzającym może być dokument / oświadczenie sporządzone przez autoryzowanego dystrybutora Producenta w Polsce.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, aby na potwierdzenie niektórych parametrów wymaganych – Załącznik 1B określonych w punktach 4 – 19, które nie są opisane jednoznacznie w oryginalnych instrukcjach Producenta, dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku był dokument / oświadczenie autoryzowanego dystrybutora producenta. Jeżeli dokument / oświadczenie jest sporządzony przez autoryzowanego dystrybutora producenta, Zamawiający wymaga Listu Autoryzacyjnego w języku polskim.

Dla parametrów i warunków technicznych dodatkowo ocenianych – Załącznik 1C Zamawiający wymaga dokumentu (opis parametrów technicznych / instrukcja obsługi lub wyciąg z instrukcji obsługi zawierający stronę tytułową, numerację stron , na każdej stronie widoczna nazwa analizatora którego instrukcja dotyczy lub co najmniej numer identyfikacyjny instrukcji znajdujący się na stronie tytułowej /metodyki/ foldery /ulotki/ katalogi/itd.) w języku polskim sporządzone przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta. Jeżeli dokumenty są sporządzone przez autoryzowanego dystrybutora producenta, Zamawiający wymaga Listu Autoryzacyjnego w języku polskim.

TYM SAMYM Zamawiający zmienia zapis treści SWZ w Rozdziale III pkt 1 litera d) i nadaje mu następujące brzmienie cytując: „...*Opis parametrów technicznych dzierżawionego analizatora, ulotki, w języku polskim potwierdzające spełnianie przez urządzenie parametrów obligatoryjnych oraz deklarowanych przez Wykonawcę parametrów ocenianych. Przedstawione dokumenty muszą być sporządzone przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta...*”.

Jednocześnie Zamawiający dodaje w Rozdziale III pkt 1 ppkt litera h) o następującym brzmieniu cytując: „... *W przypadku, gdy dokumenty na potwierdzenie parametrów technicznych minimalnych oraz dodatkowo punktowanych są sporządzone przez autoryzowanego przedstawiciela / dystrybutora, Zamawiający żąda dołączenia do Oferty: Autoryzacji / Listu autoryzacyjnego / oświadczenia producenta. Brak tego dokumentu będzie skutkowało nie przyznaniem dodatkowych punktów...*” koniec cytatu.

Pytanie 10: Dotyczy Pakietu Nr 2:

Prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej dla sprawdzenia warunków instalacji analizatora biochemicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający w dniu 23 października 2025 roku wyznaczył wizję lokalną w zakresie Pakietu Nr 2 wyznaczając datę jej przeprowadzenia na dzień 24. Października 2025 roku na godz. 13:30.

Pytanie 11: Dotyczy Pakietu Nr 2 – Załącznik 2B, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET Nr 2, WYMAGANE PARAMETRY ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO, pkt. 22:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dokładanie odczynników odbywało się bez przerywania procesu analizy, w trybie "wstrzymanie pobierania statywów" trwającym nie dłużej niż 5 min.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 12: Dotyczy Pakietu Nr 2 – Załącznik nr 2B, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – UWAGA:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dokument potwierdzające parametry graniczne był przygotowany przez Wykonawcę który jest jedynym, autoryzowanym dystrybutorem producenta.

Odpowiedź:

Na to pytanie Zamawiający udzielił wyczerpującej odpowiedzi w Pytaniu Nr 9 (powyżej).

Pytanie 13: Dotyczy Pakietu Nr 2 – Załącznik nr 2B, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – UWAGA:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby na potwierdzenie pkt.: 7, 17, 21 i 22 parametrów wymaganych, Wykonawca dołączył oświadczenie tak jak dla pkt 15 oraz pkt 25 – 29.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, aby na potwierdzenie parametrów wymaganych określonych w punktach nr: 7, 17, 21, 22 Wykonawca dostarczył oświadczenie, pod warunkiem, że Wykonawca jest autoryzowanym przedstawicielem / dystrybutorem producenta, co potwierdzi dołączonym do Oferty Listem Autoryzacyjnym bądź równoważnym dokumentem w języku polskim.

Pytanie 14: Dotyczy Pakietu Nr 2 pkt 1 – Załącznika nr 2C KRYTERIA DODATKOWO PUNKTOWANE – ANALIZATOR BIOCHEMICZNY:

Czy Zamawiający dopuści, aby potwierdzeniem tego wymogu był ZAŁĄCZNIK NR 2 A, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY, kolumna 10 "Producent", gdzie Zamawiający wskazuje konieczność podania producenta.

Odpowiedź:

Dla parametrów i warunków technicznych dodatkowo ocenianych dotyczy Załącznika 2C, Zamawiający wymaga dokumentu (*opis parametrów technicznych / instrukcja obsługi lub wyciąg z instrukcji obsługi zawierający stronę tytułową, numerację stron , na każdej stronie widoczna nazwa analizatora którego instrukcja dotyczy lub co najmniej numer identyfikacyjny instrukcji znajdujący się na stronie tytułowej /metodyki/ foldery /ulotki/ katalogi/itd.*) w języku polskim sporządzone przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta. Jeżeli dokumenty są sporządzone przez autoryzowanego dystrybutora producenta, Zamawiający wymaga Listu Autoryzacyjnego w języku polskim.

Na potwierdzenie wymogów określonych w Załączniku Nr 2C pkt 1, Zamawiający dopuścił szeroki wachlarz dokumentów, o czym informuje w Rozdziale III pkt 1 SWZ.

Pytanie 15: Dotyczy Pakietu Nr 2 pkt 4 – Załącznika nr 2C **KRYTERIA DODATKOWO PUNKTOWANE – ANALIZATOR BIOCHEMICZNY:**

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony i przyzna punkty, w przypadku kiedy wymiary analizatora wynoszą – 1580 mm (szer.) x **1022 mm** (gł.) x 1750 mm (wys.).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Wymiary analizatora są ściśle związane z miejscem przeznaczenia.

Pytanie 16: Dotyczy Pakietu Nr 2 pkt 5 – Załącznika nr 2C **KRYTERIA DODATKOWO PUNKTOWANE – ANALIZATOR BIOCHEMICZNY:**

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony i przyzna punkty w sytuacji kiedy HIL wykonywany jest jedynie dla oznaczeń fotometrycznych? Wskaźnik HIL zawsze oparty jest na pomiarze absorbancji, natomiast pomiar ISE jest ozn. potencjometrycznym (pośrednim lub bezpośrednim).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 17: Dotyczy Pakietu Nr 2 – ZAŁĄCZNIK NR 2A, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY, UWAGA pkt 10:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia zakresu wartości referencyjnych, jeśli informacje te zawarte są w ulotkach odczynnikowych.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia zakresu wartości referencyjnych (dla dorosłych i dzieci) , pod warunkiem, że informacje te zawarte są w ulotkach odczynnikowych.

Pytanie 18: Dotyczy Pakietu Nr 2 – ZAŁĄCZNIK NR 2A, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY, UWAGA pkt 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w miejsce wymaganych Instrukcje wykonania oznaczeń / odczytu / Metodyki opis produktu oraz kart charakterystyki, instrukcji załączyć oświadczenie o posiadaniu tych dokumentów oraz ich dostawie na każde żądanie Zamawiającego ciągu 3 dni roboczych od daty wezwania? Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do podania w ofercie adresu strony internetowej, na której znajdują się ww. dokumenty, z której Zamawiający może stale korzystać.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający żąda dołączenia do Oferty wskazanych w Rozdziale III oraz Rozdziale X pkt 26 SWZ dokumentów.

Pytanie 19: Dotyczy Pakietu Nr 2 :

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu podłączenia analizatora do sieci Zamawiającego (LIS) oferowanych urządzeń do 8 tygodni od daty podpisania umowy?

Uzasadnienie: Z uwagi na długie terminy realizacji podłączeń urządzeń przez dostawcę Państwa systemu LIS, które nie są zależne od nas jako Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu podłączenia analizatora do sieci Zamawiającego (LIS) oferowanych urządzeń do 50 dni od daty zawarcia umowy.

Pytanie 20: Dotyczy Pakietu Nr 2:

Czy Zamawiający zgodzi się by Wykonawca nie ponosił odpowiedzialności za opóźnienie instalacji, które wynikają ze zmian podjętych przez Zamawiającego już w czasie jej trwania, w szczególności dotyczy: zmiany konfiguracji lub umiejscowienia aparatów w pomieszczeniu laboratorium.

Odpowiedź:

Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy jedynie realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią SWZ oraz Projektem Umowy, w którym w sposób jednoznaczny i wyczerpujący zostały określone wzajemne zobowiązania stron dotyczące realizacji umowy.

Pytanie 21: Dotyczy Projektu Umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień oraz na zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy (strona internetowa)?

Uzasadnienie: Składanie zamówień, zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy umożliwi Zamawiającemu przeglądanie historii wpisów, śledzenie statusu zgłoszeń i wysyłki zamówień.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgłaszanie awarii przez aplikację Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na składanie zamówień oraz zgłaszanie reklamacji odczynników przez aplikację Wykonawcy i podtrzymuje zapis § 5 Projektu Umowy.

Pytanie 22: Dotyczy SWZ, Rozdział I. Opis Przedmiotu Zamówienia, Wymagania Dotyczące Dzierżawy Analizatorów, pkt. 10.1 oraz Wzoru Umowy § 4 ust. 1 :

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy i instalacji urządzeń do 6 tygodni od daty podpisania umowy?

Uzasadnienie: Z uwagi na konieczność sprowadzenia analizatora z zagranicy bezpośrednio od producenta, skomplikowane procedury celne z tym związane oraz mając na uwadze fakt, iż instalacja aparatów jest procesem skomplikowanym, złożonym i czasochłonnym, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy w zaproponowany sposób.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis:

- a) treści SWZ w Rozdziale I pkt 10.1 i nadaje mu następujące brzmienie cytując: „...*Wykonawca dostarczy przedmiot dzierżawy do siedziby Zamawiającego na swój koszt i odpowiedzialność w terminie do 50 dni od dnia zawarcia umowy. Za dzień dostarczenia przedmiotu dzierżawy uważa się dzień, w którym zostanie podpisany przez obie strony bez uwag ostateczny protokół technicznego odbioru urządzenia...*” koniec cytatu.
- b) § 4 ust.1 Wzoru Umowy i nadaje mu następujące brzmienie cytując: „...*Wykonawca dostarczy przedmiot dzierżawy do siedziby Zamawiającego na swój koszt i odpowiedzialność w terminie do 50 dni od dnia zawarcia umowy. Za dzień dostarczenia uważa się dzień, w którym zostanie podpisany przez obie strony protokół odbioru urządzenia bez uwag...*” koniec cytatu.

Pytanie 23: Dotyczy SWZ, Rozdział I Opis Przedmiotu Zamówienia, Wymagania Dotyczące Dzierżawy Analizatorów, pkt. 10.5 oraz pkt. 10.10 oraz Załącznik nr 10 (wzór umowy), par. 7 ust. 2 pkt b) i par. 7 ust. 3 pkt b) i par. 7 ust. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze".

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 24: Dotyczy SWZ, Rozdz. I. Opis Przedmiotu Zamówienia, Wymagania Dotyczące Dzierżawy Analizatorów, pkt. 10.6 oraz zał. nr 10 (wzór umowy), par. 4 ust. 3 i ust. 8::

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „bezpłatny” na „w ramach wynagrodzenia”.

Odpowiedź:

Zamawiający niniejszym koryguje zapis § 4 Projektu Umowy i nadaje mu następujące brzmienie cytując:

„ ... pkt 3: *Protokół odbioru urządzenia zostanie podpisany po zainstalowaniu, skutecznym uruchomieniu, podłączeniu do systemu informatycznego (w tym konfigurację kontroli jakości i wyników pacjentów umożliwiającą ich elektroniczne przekazanie oraz wydruk), przeszkoleniu personelu Zamawiającego **w ramach wynagrodzenia** i sprawdzeniu przez Zamawiającego czy dostarczony przedmiot dzierżawy umożliwia prawidłowe wydanie sprawozdanie z badania każdego z zamawianych oznaczeń oraz, że jest wolny od wad...*”

oraz

„... pkt 8 : *Wykonawca zapewni w godzinach pracy Zamawiającego **w ramach wynagrodzenia** serwis, który będzie wykonywał naprawy i przeglądy w okresie dzierżawy...*” koniec cytatu.

Pytanie 25: Dotyczy SWZ, Rozdz. I. Opis Przedmiotu Zamówienia, Wymagania Dotyczące Dzierżawy Analizatorów, pkt. 10.11 oraz zał. nr 10 (wzór umowy), par. 2 ust. 2 oraz par. 4 ust. 11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie dokumentów w formie elektronicznej tj. pliku przesyłanego w email lub udostępnionego na stronie internetowej? Rozwiązanie takie należy uznać za optymalniejsze z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, zapewniające Zamawiającemu bieżący i nieograniczony dostęp, zwłaszcza wobec postępującego procesu elektroniczacji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie 26: Dotyczy Załącznika nr 10 i Załącznika nr 11:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 27: Dotyczy Wzoru Umowy – Pakietu Nr 1 – 3:

par. 5 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 28: Dotyczy Wzoru Umowy – Pakietu Nr 1 – 3:

par. 5 ust. 12 Zapis w obecnym brzmieniu stanowi klauzulę abuzywną zgodnie z Art. 433 pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Dlatego prosimy o modyfikację zapisów poprzez dodanie zdania: „nie dotyczy okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 30 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie tego zapisu do Projektu Umowy.

Pytanie 29: Dotyczy Wzoru Umowy – Pakietu Nr 1 – 3:

par. 8 ust. 1 lit. b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy" na "z przyczyn zwinionych przez Wykonawcę"?

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w Projekcie Umowy.

Pytanie 30: Dotyczy Wzoru Umowy – Pakietu Nr 1 – 3:

par. 8 ust. 1 lit. f) Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wysokość kary umownej była liczona od wartości sumy czynszu dzierżawnego, wskazanego w § 6 ust.1 pkt b)?

Wskazujemy, iż wszelkie ryzyka finansowe związane z możliwością obciążenia Wykonawcy karami umownymi będą podlegały wkalkulowaniu do ceny ofertowej, co nie jest finalnie zjawiskiem korzystnym dla Zamawiającego.

Ponadto, czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację - zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 433 pkt 1 PZP postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w Projekcie Umowy

Pytanie 31: Dotyczy Wzoru Umowy – Pakietu Nr 1 – 3:

par. 8 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację limitu kar umownych do „15%”?
Zaproponowana przez Zamawiającego wartość odbiega od rynkowego pułapu maksymalnego, który zazwyczaj sięga 10-20%. Nadto, należy mieć na uwadze, że wszelkie ryzyka finansowe związane z realizacją umowy będą musiały zostać wkalkulowane do ceny ofertowej Wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych w Projekcie Umowy.

Pytanie 32: Dotyczy Wzoru Umowy – Pakietu Nr 1 – 3:

par. 8 ust. 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie „do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody”? Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie tego zapisu do Projektu Umowy.

Pytanie 33: Wzoru Umowy – Pakietu Nr 1 – 3:

par. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie tego zapisu do Projektu Umowy

Pytanie 34: Dotyczy Wzoru Umowy – Pakietu Nr 1 – 3:

par. 9 ust. 1 lit. a)-b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie na końcu postanowienia fragmentu: „po uprzednim wezwaniu dodatkowym i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu co najmniej 5 dni roboczych.”? Odstąpienie, nawet częściowe, może skutkować po stronie Zamawiającego potrzebą zmiany wykonawcy. Jednocześnie procedura naprawcza może skutecznie zapobiegać tego rodzaju przypadkom, umożliwiając dokończenie współpracy stron.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie tego zapisu do Projektu Umowy.

Pytanie 35: Dotyczy Wzoru Umowy – Pakietu Nr 1 – 3:

par. 9 ust. 1 lit. b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację – zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 433 pkt 1 PZP postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w Projekcie Umowy.

Pytanie 36: Dotyczy Wzoru Umowy – Pakietu Nr 1 – 3:

par. 10 ust. 2 Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zdania: “Wykonanie tego obowiązku nie wyłącza możliwości naliczenia kar umownych, o których mowa w § 8 pkt 1 litera c) lub d) umowy”. Ewentualnie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia, tak aby uprawnienie do naliczania kary umownej miało miejsce po upływie 5 dni roboczych wyznaczonych Wykonawcy do uzupełnienia lub dostarczenia towaru wolnego od wad.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis w treści SWZ.

Pytanie 37: Wzoru Umowy – Pakietu Nr 1 – 3:

par. 11 ust. 3 lit. a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowienia, tak aby poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, określony miesięcznymi wskaźnikami cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanymi w formie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosił 5%?

Uzasadnienie: W projekcie umowy, zawarto postanowienia przewidujące waloryzację wynagrodzenia wykonawcy. Zostały one jednak sformułowane w taki sposób, że w przypadku umowy, która może być zawarta w wyniku tego postępowania przetargowego, waloryzacja wynagrodzenia będzie w praktyce niemożliwa z uwagi na to, że jej warunki wstępne nie mogą zaistnieć lub będzie miała pomijalną wartość. Takie sformułowanie postanowień powoduje, że mają one pozorny charakter, a zatem ich umieszczenie stanowi obejście normy wynikającej z art. 439 Prawa zamówień publicznych, która wymaga zamieszczenia skutecznych postanowień waloryzacyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis w treści SWZ.

Pytanie 38: Dotyczy Wzoru Umowy – Pakietu Nr 1 – 3:

par. 11 ust. 3 lit. h) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z ostatniego zdania niniejszego postanowienia fragmentu "(faktury, umowy, etc.)"? Treść umowy łączącej Wykonawcę z Pracownikiem należy do sfery stosunków prawnych pomiędzy Wykonawcą, a Pracownikiem oraz reguluje prawa i obowiązki tych podmiotów. Brak jest uzasadnienia prawnego dla udostępniania treści takiej umowy. Ponadto, ujawnienie Umowy pomiędzy Wykonawcą, a Pracownikiem mogłoby naruszyć przepisy dot. ochrony danych osobowych.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 39: Dotyczy Załącznika nr 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w Formularzu Ofertowym zostawić wycenę tylko tego Pakietu, na który składana jest oferta.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 40: Dotyczy treści SWZ:

SWZ I ust. 10.9 oraz §7 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca pokrył różnicę kosztów wynikających z konieczności przeprowadzenia badań w innym laboratorium.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ oraz § 7 ust. 2 Projektu Umowy.

Pytanie 41: Dotyczy Wzoru Umowy:

§8 ust. 1 lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do 0,5% wartości netto niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych w Projekcie Umowy.

Pytanie 42: Wzoru Umowy:

§8 ust. 1 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do 5% wartości netto niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych w Projekcie Umowy.

Pytanie 43: Dotyczy Wzoru Umowy:

§8 ust. 1 lit. c – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do 0,5% wartości netto reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych w Projekcie Umowy.

Pytanie 44: Dotyczy Wzoru Umowy:

§8 ust. 1 lit. d – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do 0,5% wartości netto reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych w Projekcie Umowy.

Pytanie 45: Dotyczy Wzoru Umowy:

§8 ust. 1 lit. e – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do 0,5% wartości netto reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych w Projekcie Umowy.

Pytanie 46: Dotyczy Wzoru Umowy:

§8 ust. 1 lit. f – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do 1% łącznego maksymalnego wynagrodzenia netto Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych w Projekcie Umowy.

Pytanie 47: Wzoru Umowy:

§8 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie maksymalnej wartości kar umownych do 15% wartości netto wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 pkt 1 Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych w Projekcie Umowy.

Pytanie 48: Dotyczy Wzoru Umowy:

§ 11 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie pkt 18: „gdy w okresie trwania umowy dojdzie do zmiany producenta z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zaoferuje produkty o takich samych (lub lepszych) parametrach technicznych i użytkowych, w takiej samej cenie”.

Odpowiedź:

Ten zapis uregulowany jest w Projekcie Umowy w § 11 pkt 2 ppkt 15).

Pytanie 49: Dotyczy Wzoru Umowy

§4 ust. 1 – Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę na "Wykonawca dostarczy przedmiot dzierżawy do siedziby Zamawiającego na swój koszt i odpowiedzialność w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy"?

Uzasadnienie: Wykonawca prosi o wydłużenie terminu w związku z faktem, iż analizatory są sprowadzane bezpośrednio od producenta z zagranicy. Aktualna sytuacja na rynku, skomplikowane procedury celne oraz współpraca z dostawcami oprogramowania LIS (terminy podłączenia analizatorów do sieci informatycznej są obecnie bardzo długie i niezależne od dostawcy sprzętu), uniemożliwiają należyte wykonanie warunków wynikających z umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

Odpowiedź:

Na to pytanie Zamawiający udzielił już odpowiedź w Pytaniu Nr 23 (powyżej).