



ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH

40-038 Katowice, ulica Powstańców 31

www.zwps.pl

tel. (32) 255-22-26

sekretariat@zwps.pl

ZWPS wdrożył system zarządzania jakością
i zarządzania środowiskowego zgodny
z normami PN-EN ISO 9001:2015-10
oraz PN-EN ISO 14001:2015-09



ZWPS/DA/ 7514 /2025

Katowice, dnia 24 / 27.10.2025r.

PROTOKÓŁ Z WIZJI LOKALNEJ

przeprowadzonej w dniu 24 października 2025 roku w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach przy ul. Powstańców 31 w Centralnym Laboratorium w Pracowni Biochemicznej na okoliczność prowadzonego postępowania przetargowego **Nr referencyjny ZP/D/14/25**.

W Wizji lokalnej udział wzięli przedstawiciele Zamawiającego:

1. Małgorzata Służałek – Kierownik Centralnego Laboratorium
2. Joanna Schraiber – pracownik Centralnego Laboratorium
3. Tomasz Wieszała – pracownik Działu Administracyjno – Technicznego

Przedstawiciele Wykonawców:

1. Bogusław Kowalczyk – przedstawiciel „ROCHE DIAGNOSTICS Polska” Spółka z o.o.

Przedstawiciel Wykonawcy potwierdził, że zapoznał się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia postępowania pn. „Sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów”.

Wykonawcy zostali poinformowani przez przedstawiciela Zamawiającego o szczególnych warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W trakcie wizji Wykonawcy zadali następujące pytania, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi:

Pytanie nr 1: Czy dwa aparaty będą stały w pomieszczeniu równocześnie (aparat z poprzedniego przetargu i nowego przetargu) na Pracowni? Czy poprzedni aparat zostanie usunięty?

Odpowiedź: Tak, przez pewien czas oba aparaty będą stały jednocześnie na Pracowni Biochemii. Później poprzedni aparat zostanie usunięty z Pracowni.

Pytanie nr 2: Czy jest możliwość poprowadzenia drugiego zasilania do skrzynki rozdzielczej 230V, 16A, konieczność umieszczenia zabezpieczenia C20?

Odpowiedź: Zamawiający zobowiązuje się wykonać drugie zasilanie niezbędne do podłączenia aparatu.

Pytanie nr 3: Czy meble laboratoryjne (szafki, blaty, stoły, lodówka itd.) są ruchome?

Odpowiedź: Tak. meble laboratoryjne i lodówka są ruchome i w razie konieczności zostaną przesunięte/zdemontowane by ułatwić instalację aparatu.

Pytanie nr 4: Czy są wolne gniazda do podłączenia analizatora do sieci?

Odpowiedź: Tak..

Pytanie nr 5: Czy klimatyzator aktualnie znajdujący się na Pracowni Biochemii zostanie zdemontowany.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 6: Czy można wykuć futrynę drzwi.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 7. Czy jest możliwość wstawienia aparatu przez okno, jeśli nie będzie możliwości wstawienia go przez drzwi? Czy do tego czasu nie będzie już rusztowania rozstawionego na zewnątrz.

Odpowiedź : Tak, rusztowania nie będzie do tego czasu.

Na tym protokół z Wizji lokalnej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach przy ul. Powstańców 31 w Centralnym Laboratorium w Pracowni Biochemicznej zakończono.

Protokół zatwierdził