



ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH

40-038 Katowice, ulica Powstańców 31

www.zwps.pl

tel. (32) 255-22-26

sekretariat@zwps.pl

ZWPS wdrożył system zarządzania jakością
i zarządzania środowiskowego zgodny
z normami PN-EN ISO 9001:2015-10
oraz PN-EN ISO 14001:2015-09



ZWPS/DA/ 8781 /2025

Katowice, dnia 11.12.2025r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ – WYNIKI część 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024r. pozycja 1320 z późniejszymi zmianami) którego przedmiotem jest „Sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów”.

Numer referencyjny: ZP/D/14/25

1. Działając na podstawie art. 253 ustawy z 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 roku pozycja 1320 z późniejszymi zmianami) – dalej zwaną Pzp. Zamawiający informuje, że do realizacji wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Pakiet Nr 2 – ROCHE DIAGNOSTICS Polska Spółka z o.o.

02 – 672 Warszawa ul. Domaniewska 28

2. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu i uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3. Termin podpisania umowy wyznacza się w siedzibie Zamawiającego na dzień **22 grudnia 2025 roku**

Mając na uwadze powyższe Zamawiający wzywa do stawienia się we wskazanym czasie osób reprezentujących Wykonawcę. Gdy umocowanie osoby podpisującej umowę nie wynika z dokumentów rejestrowych, należy przedłożyć Zamawiającemu dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pouczenie: Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego Wykonawcę będzie potraktowane przez Zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

4. Zamawiający dopuszcza – po otrzymaniu pisemnego wniosku Wykonawcy – przesłanie umowy do siedziby Wykonawcy jeżeli nie jest możliwe podpisanie umowy w siedzibie Zamawiającego.

OCENA OFERT:

Pakiet Nr 2

KRYTERIA OCENNE	ROCHE DIAGNOSTICS POLSKA Spółka z o.o. 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 28		Beckman Coulter Polska Spółka z o.o. 02-222 Warszawa Al. Jerozolimskie 181A	
	PARAMETRY	LICZBA	PARAMETRY	LICZBA

	OFEROWANE	PUNKTÓW	OFEROWANE	PUNKTÓW
CENA – 60% w tym:	702 445.92 zł	60 pkt	767 727,60 zł	54,80 pkt
Cena za dostawę odczynników	680 305.92	–	745 587,60	–
Cena za dzierżawę analizatorów	22 140,00	–	22 140,00	–
Wszystkie odczynniki do oznaczeń biochemicznych (z wyłączeniem kontroli, kalibratorów, rozcieńczalników, wskaźnika surowiczego, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych) pochodzą od jednego producenta	TAK	5 pkt	TAK	5 pkt
Moduł ISE z możliwością wymiany pojedynczych elektrod: Na+, K+, Cl-	TAK	8 pkt	TAK	8 pkt
Analizator pracuje w oparciu o wykorzystanie kuwet pomiarowych, które nie podlegają okresowej wymianie	NIE	0 pkt	TAK	2 pkt
Wymiary analizatora maksymalnie: 1600mm(szer) x 800mm (gł) x 1800mm(wys)	NIE	0 pkt	TAK	10 pkt
Analizator umożliwia flagowanie wyników testów fotometrycznych i ISE, na które wykryta interferencja (ikteria, lipemia, hemoliza) ma wpływ	TAK	15 pkt	TAK	0 pkt
RAZEM pkt:		88 pkt	X	79,80 pkt

5. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej Oferty .

Osoba kontaktowa w przedmiotowej sprawie:

– Dorota Uryć – adres e-mail: przetargi@zwps.pl