



# ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH

40-038 Katowice, ulica Powstańców 31

www.zwps.pl

tel. (32) 255-22-26

fax. (32) 343-40-01

ZWPS wdrożył system zgodny z normami PN-EN ISO  
9001:2015-10  
oraz PN-EN ISO 14001:2015-09



ZWPS/DA / 284 /2026

Katowice, dnia 13.01.2026r.

**Uczestnicy Postępowania**

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 1 –

**Dotyczy:** Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 roku pozycja 1320 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej: ustawą Pzp.), którego przedmiotem jest „Sukcesywna dostawa drobnego jednorazowego i wielorazowego sprzętu medycznego” – Nr referencyjny: ZP/D/16/25.

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. pozycja 1320 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej ustawą Pzp.). Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły od Wykonawców.

**Pytanie 1:** Dotyczy Pakietu nr 29 pozycja nr 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu:

Test do kontroli skuteczności sterylizacji parą wodną TYP 4. Opakowanie zawierające 250 sztuk podwójnych testów.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza testy do kontroli skuteczności sterylizacji parą wodną TYP 4. Zamawiający nie określił konfekcjonowania, a jedynie zamawianą ilość testów tj. 44 500 sztuk testów.

**Pytanie 2:** Dotyczy Projektu Umowy § 6 ust.1:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów **§ 6 ust.1:**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) w wysokości **0,5%** wartości niezrealizowanego zamówienia brutto z tytułu każdorazowej dostawy, za każdy dzień zwłoki w dostawie, w stosunku do terminów wskazanych w § 3 pkt 1 Umowy;

c) w wysokości **0,5%** wartości reklamowanego towaru z tytułu każdorazowej dostawy, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, w stosunku do terminu wskazanego w § 3 pkt 8 Umowy.

d) w wysokości **0,5%** wartości reklamowanego towaru z tytułu każdorazowej dostawy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wskazanego w § 3 pkt 2.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian w Projekcie Umowy.

**Pytanie 3:** Dotyczy Pakietu nr 3 poz. nr 1:

Prosimy Zamawiającego o podanie rozmiaru igły do akupunktury jaki jest wymagany w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 1.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga igieł do akupunktury o wymiarach 0,25 mm x40 mm.

**Pytanie 4:** Dotyczy Pakietu nr 24 poz. Nr 2:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 pojemnik o pojemności 2L i wysokości 210 mm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza pojemnik o proponowanych wymiarach, pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ.

**Pytanie 5:** Dotyczy Pakietu nr 24 poz. nr 5:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 5 pojemnik o pojemności 10L i średnicy dolnej 216 mm i średnicy górnej 243 mm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza pojemnik o proponowanych wymiarach, pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ.

**Pytanie 6:** Dotyczy Pakietu nr 17 poz. nr 15:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrody dziecięcej pod pas, o wymiarach 15mm x 20mm?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z opisem w SWZ. Elektrody przeznaczone są dla noworodków i małych dzieci.

**Pytanie 7:** Dotyczy Pakietu nr 17 poz. nr 3:

Prosimy o dopuszczenie elektrody okrągłej o średnicy 36mm z języczkiem.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza elektrodę o proponowanych wymiarach, pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ.

**Pytanie 8:** Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. nr 17:

Prosimy o dopuszczenie elektrod węglowych o wymiarach 6,0 x 6,0, przy pozostałych parametrach bez zmian?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z opisem w SWZ.

**Pytanie 9:** Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. nr 17:

Prosimy o dopuszczenie elektrod węglowych o wymiarach 7,0 x 7,0, przy pozostałych parametrach bez zmian?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza elektrodę o proponowanych wymiarach, pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ.

**Pytanie 10:** Dotyczy Załącznika Nr 37 – Pakietu nr 17 poz. nr 8 i 9:

Zwracamy się z prośbą o możliwość modyfikacji powyższego oświadczenia w zależności od oferowanych wyrobów w danym pakiecie. We wskazanym oświadczeniu widnieje zapis o Pakiecie nr 17 poz. 8 i 9, gdzie planujemy zaoferować wyroby medyczne objęte preferencyjną stawką podatku VAT 8%.

**Odpowiedź:**

Zamawiający w Pakiecie Nr 17 w pozycjach nr 8 i nr 9 nie wymaga zaoferowania produktu będącego wyrobem medycznym. Załącznik Nr 37 – „*Oświadczenie dotyczące dopuszczenia do obrotu i stosowania na terytorium RP, zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych*” – należy wypełnić w przypadku zaoferowania produktu będącego wyrobem medycznym, dla którego Wykonawca posiada aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terytorium RP, zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2022 roku, pozycja 974 z późniejszymi zmianami). W przypadku, o którym mowa w pytaniu, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 17 w pozycji nr 8 i nr 9 produktu będącego wyrobem medycznym objętego 8% stawką podatku VAT. Zamawiający dopuszcza modyfikację oświadczenia – Załącznika Nr 37, w przypadku zaoferowania w Pakiecie Nr 17 pozycjach Nr 8 i Nr 9 produktu będącego wyrobem medycznym.

**Pytanie 11:** Dotyczy Pakietu Nr 27 poz. nr 3

Czy Zamawiający doprecyzuje opis przedmiotu zamówienia, o jaką nici chodzi w pozycji nr 3?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza nici grubości 3.0 lub 4.0 – pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ.