



ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH

40-038 Katowice, ulica Powstańców 31

www.zwps.pl

tel. (32) 255-22-26

sekretariat@zwps.pl

ZWPS wdrożył system zarządzania jakością,
zarządzania środowiskowego oraz zarządzania
bezpieczeństwem informacji zgodny
z normami PN-EN ISO 9001:2015-10,
PN-EN ISO 14001:2015-09
oraz PN-EN ISO 27001:2023-08



Katowice, dnia 29.01.2026r.

ZWPS/DA / 703 /2026

Uczestnicy Postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 5 –

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 roku pozycja 1320 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej: ustawą Pzp.), którego przedmiotem jest „Sukcesywna dostawa drobnego jednorazowego i wielorazowego sprzętu medycznego” – Nr referencyjny: ZP/D/16/25.

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. pozycja 1320 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej ustawą Pzp.). Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły od Wykonawców.

Pytanie 1: Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. nr 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebek papier. – foliowych samoprzylepnych do sterylizacji ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną, w rozmiarze 140 x 280mm w zamian rozmiaru 140 mm (+/-15mm) x 300 mm (+/- 15mm)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2: Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. nr 3 – 5:

Prosimy o dopuszczenie wyceny za opakowanie handlowe 'a100 szt. gdyż nie ma możliwości sprzedaży, a tym samym wyceny za 1 sztukę?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa konfekcjonowania oferowanego przedmiotu zamówienia, a jedynie ilość zamawianą.

W kolumnie Nr 6 Zamawiający żąda określenia przez Wykonawcę „Oferowanej wielkości opakowania”. W kolumnie Nr 8 Zamawiający żąda informacji „Cena netto opakowania” tym samym to w gestii Wykonawcy leży zaoferowanie konfekcjonowania oferowanego asortymentu. Dodatkowo w Załącznikach asortymentowo – cenowych, pod Tabelą asortymentowo – cenową Zamawiający w UWADZE dopuścił możliwość, w której ”ilość opakowań należy przeliczać do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie 3: Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. nr 6 – 8:

Prosimy o dopuszczenie wyceny za opakowanie handlowe 'a 2 szt. (1 blister zawiera 2 szt. kompresów) x 25 blisterów w kartoniku, gdyż nie ma możliwości sprzedaży a tym samym wyceny za 1 sztukę/.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem osobno zapakowanych kompresów. Jednocześnie Zamawiający potwierdza zamawiają ilość przedmiotu zamówienia.

Pytanie 4: Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. nr 6 – 8:

Prosimy o dopuszczenie wyceny za opakowanie handlowe 'a 3 szt. (1 blister zawiera 2 szt. kompresów) x 25 blisterów w kartoniku, gdyż nie ma możliwości sprzedaży, a tym samym wyceny za 1 sztukę/.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5: Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. nr 9 – 10:

Prosimy o dopuszczenie przyklepców na rolce, o dł. nawoju 9,14 m, i wyceny 1 szt. = 1 rolka, bez przeliczania zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 6: Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. nr 19:

Czy Zamawiający pisząc przyrząd „z siateczką” ma na myśli przyrząd z siateczką filtrującą (filtrem) o wielkości oczek 15 µm w komorze kroplowej umożliwiająca zatrzymanie wszystkich stałych cząsteczek, które mogłyby dostać się do płynów infuzyjnych.

Odpowiedź:

Pytanie nie dotyczy przedmiotu zamówienia określonego w pozycji numer 19.

Aparat z „siateczką” Zamawiający zamieścił w Formularzu asortymentowo – cenowym pod pozycją numer 20. Aparat będzie miał zastosowanie do przetoczeń preparatu MANNITOL 20%, Zamawiający oczekuje aparatu do przetoczeń z filtrem większym od 5 mikronów.

Pytanie 7: Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. nr 19:

Czy Zamawiający pisząc przyrząd „z siateczką” ma na myśli przyrząd typu bezpiecznego z hydrofilowym filtrem cząsteczkowym automatycznie zatrzymujący przepływ po opróżnieniu komory, co zabezpiecza przed przedostawaniem się powietrza do drenu zapobiegając zatorowi powietrznemu.

Odpowiedź:

Zamawiający na to pytanie udzielił odpowiedzi powyżej w Pytaniu nr 6.

Pytanie 8: Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. nr 19:

Czy Zamawiający pisząc przyrząd „z siateczką” ma na myśli przyrząd z zakończeniem luer-lock zabezpieczone korkiem z filtrem hydrofobowym, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu.

Odpowiedź:

Zamawiający na to pytanie udzielił odpowiedzi powyżej w Pytaniu nr 6.

Pytanie 9: Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. nr 19:

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji z dwukanałowym, ostrym kolcem komory kroplowej oraz z elastyczną komorą kroplową (o wielkości 6 cm), zaopatrzoną w dodatkowe skrzydełka dociskowe, ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami. Oba końce przyrządu dodatkowo zabezpieczone ochronnymi kapturkami. Uniwersalne zakończenie Luer-Lock. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową klapką. Filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15µm. Miękki elastyczny dren o długości 150 cm, zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biopieczną i zaczep na dren do podwieszenia. Na zacisku rolkowym umieszczona nazwa producenta. Produkt nietoksyczny i niepirogenny, sterylizowany tlenkiem etylenu, nie zawiera lateksu, przeznaczony do przetaczania płynów w terapii infuzyjnej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 10: Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. nr 19:

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji z dwukanałowym, ostrym kolcem komory kroplowej oraz z elastyczną komorą kroplową (o wielkości 5 cm). Oba końce przyrządu dodatkowo zabezpieczone ochronnymi kapturkami. Uniwersalne zakończenie Luer-Lock. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową klapką. Filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15µm. Produkt nietoksyczny i niepirogenny, sterylizowany tlenkiem etylenu, nie zawiera lateksu, przeznaczony do przetaczania płynów w terapii infuzyjnej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11: Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. nr 2:

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50 x 60 cm z otworem o średnicy 7 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 12: Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. nr 22:

Czy Zamawiający dopuści gaziki niejałowe w rozmiarze 65x30mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 13: Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. nr 25:

Czy Zamawiający dopuści jałowy samoprzylepny opatrunek oczny w rozmiarze 6,5x9,5cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 14: Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. nr 7:

Czy w miejsce torebek o wymiarach 140mmx300mm Zamawiający dopuści torebki 135mmx250mm lub 190mmx330mm.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza torebki 135 mmx250 mm.

Pytanie 15: Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. nr 3:

Czy Zamawiający dopuści filtry przebadane przez niezależne laboratoria filtrów wysokiej klasy o następujących parametrach?

- filtr o średnicy wewnętrznej 29,1 mm zapewniającej trwałe i szczelne połączenie ze spirometrem za pomocą dedykowanego łącznika wielorazowego użytku ,
- średnica filtra w najszerszym miejscu wynosi 95 mm.
- filtr z ustnikiem (ustnik połączony trwale z filtrem)
- długość ustnika od strony pacjenta min. 4 [cm]
- ustnik przezroczysty który umożliwi personelowi obserwację i ocenę skuteczności wykonywanego badania
- ustnik z wypustką zapobiegającą przesuwaniu się filtra podczas badania
- spłaszczony anatomiczny ustnik, i jego wymiary wynoszą:
Szerokość 31 mm, wysokość 18 mm
- długość filtra 96 mm, i jest optymalnie dobrana pod kątem badań pacjentów dorosłych.
- filtr pakowany pojedynczo - opakowanie jednostkowe oznaczone: numerem REF, numerem LOT, datą przydatności do użytku 7 lat.
- przestrzeń martwa filtra 55 [ml] – potwierdzona dokumentem producenta (np. katalog producenta)
- skuteczność filtracji dla wirusów i bakterii > 99,999% – potwierdzona dokumentem producenta
- opór (impedancja przepływu) filtra poniżej maksymalnej wartości rezystancji zalecanej przez międzynarodowe standardy spirometrii ATS / ERS.
- filtr do spirometru posiadający świadectwo skuteczności wydane przez Nelson Laboratories (Nelson Laboratories).

Pozytywna odpowiedź Zamawiającego zapewni pacjentom i personelowi wyrób bezpieczny, zapewniający ochronę antybakteryjną i antywirusową na poziomie skuteczności 99,999%

Odpowiedź:

Zamawiający swoje wymagania i oczekiwania określił w Załączniku Nr 13 SWZ i je podtrzymuje. Zamawiający zakupu dokonuje zgodnie z art. 275 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a nie na mocy upoważnienia zawartego w art. 214 ust. 1 w związku z art. 304 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty wszystkich Wykonawców, którzy zaoferują przedmiot zamówienia zgodny z Załącznikiem Nr 13 SWZ.