

Katowice, dn. 24.09.2008 r.

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
ul. Powstańców 31, Katowice 40-038

Uczestnicy postępowania

Dotyczy przetargu: Dostawa sprzętu i aparatury medycznej, nr sprawy: ZP/D/09/08

Działając na podstawie art38 ust 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (dz.U.nr 19,z 2004r. z późn.zm.) dokonujemy modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie pakietu 15. Dokonujemy podziału tego pakietu na:

PAKIET NR 15 a

Lp	Przedmiot zamówienia	Wymogi i parametry techniczno-eksploatacyjne	Spełnia +/Nie spełnia -
15.1.	Lampa szczelinowa-biomikroskop	typu Zeis lub typu Haagstraight (lub równoważna) z regulacją wszystkich parametrów szczeliny	
15.1.1.		filtry minimum: niebieski, zielony,	
15.1.2.		powiększenie regulowane co najmniej 3x , lub płynne 6x10x16x25x40 lub 5x8x12x20x3	
15.1.3.		zestaw z podbródkiem, fiksatorem, zasilaczem	
15.1.4.		z zamontowanym tonometrem aplanacyjnym	
15.1.5.		stolik okulistyczny na dwa aparaty okulistyczne, sterowany elektrycznie	
	PAKIET NR 15 b		
15.2.	Lampa szczelinowa z wyposażeniem		
15.2.1.		trzy powiększenia: 10x, 16x, 25x.	
15.2.2.		regulacja parametrów szczeliny	
15.2.3.		filtry: niebieski, zielony, pochłaniający ciepło, filtr amber	
15.2.4.		płynna regulacja natężenia światła	
15.2.5.		tonometr aplantacyjny	
15.2.6.		soczewka Volk; double aspheric 90 D, super field NC.	
15.2.7.		stolik podnoszony elektrycznie: blat o wymiarach 635x455 mmm, centralnie umieszczona kolumna podnosząca, podstawa na blokowanych kółkach.	
	PAKIET NR 15 c		
15.3.	Pachymetr		
15.3.1.		ultradźwiękowy, dokonujący automatycznie pomiarów grubości rogówki	
15.3.2.		posiadający automatyczne przeliczenie grubości rogówki na korektę ciśnienia śródgałkowego	
	PAKIET NR 15 d		
15.4.	Moduł cyfrowy do fundus camery	moduł rejestracji obrazów i wideo	
15.4.1.		moduł do fundus camery	
15.4.2.		program do obsługi modułu	
15.4.3.		aparat cyfrowy	

15.4.4.		komputer + monitor LCD (min.:RAM 2 GB, HDD 250 GB, WIN XP PROF.)	
15.4.5.		drukarka laserowa	
15.4.6.		przycisk nożny do zatrzymywania obrazów(stop klatka)	
	PAKIET NR 15 e		
15.5.	Tonometr aplanacyjny	do lampy szczelinowej Zeiss Meditea AG SL 115 clasic SIN 913238	
	PAKIET NR 15 f		
15.6.	Synoptofor z wyposażeniem		
15.6.1.		głowica z lustrami półprzepuszczalnymi, umożliwiającymi podgląd oczu pacjenta z obiektywną obserwacją ruchów oka, oraz ocenę braku konwergencji	
15.6.2.		maduł Heidingerera, szybkość min. 50-100 obr/min.	
15.6.3.		funkcja powidoków	
15.6.4.		funkcja ręcznego i automatycznego migania, regulowana od 10 do 400 razy/min.	
15.6.5.		zakres regulacji PD min. od 45 do 80mmm	
15.6.6.		szeroki zakres wysokości podpory brody pacjenta	
15.6.7.		regulowana przesłona dająca możliwość dostosowania pola widzenia	
15.6.8.		min. 13 par slajdów w tym: min.: 3 pary do jednoczesnej percepcji, 3 pary do stereopsji, 4 pary do fuzji, 2 pary madowa, 1 para do powidoków (pionowa i pozioma linia).	
15.6.9.		stolik podnoszony elektrycznie,centralnie umieszczona kolumna podnosząca, podstawa na blokowanych kółkach.	
	PAKIET NR 15 g		
15.7.	Soczewka Volk do fotokoagulacji siatkówki	area centralis, Quad 160.	

Powyższe dotyczy zmian w załączniku nr 4 pakiet 15 (zmiany w zał. nr 5-odpowiednio).

Zmiany w rozdz.IX:

Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

Zmiany w rozdz.IX:

PAKIET NR 15 a	300,00 zł
PAKIET NR 15 b	450,00 zł
PAKIET NR 15 c	150,00 zł
PAKIET NR 15 d	450,00 zł
PAKIET NR 15 e	300,00 zł
PAKIET NR 15 f	600,00 zł
PAKIET NR 15 g	45,00 zł

Wykonawcy mogą składać oferty na dowolną ilość wymienionych pakietów.

Zgodnie z art.38.6 Prawa zamówień publicznych, przesuujemy termin składania ofert na dzień 07.10.2008r. do godz 10:00 i otwarcia ofert do 07.10.2008 r do godz. 10:15.

Dyrektor ZWPS