



ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH
40-038 KATOWICE, ulica Powstańców 31 - tel. (032) 255-22-26
www.zwps.pl fax. (032) 255-32-42

Katowice, dnia 31 marca 2009 roku.

ZWPS/ 2103 /2009

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 206 000 euro, którego przedmiotem jest **dostawa odczynników i testów diagnostycznych. Numer sprawy: ZP/D/14/08.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły od Wykonawców.

Dotyczy pakietu nr 8.

Pytanie 1:

Czy w poz. 4 Zamawiający miał na myśli klon? 1A4?

Odpowiedź 1:

Tak, Zamawiający miał na myśli klon 1A4.

Pytanie 2.

Czy w poz. 18 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o innej objętości, wystarczającej na minimum 600 oznaczeń?.

Odpowiedź 2:

Zamawiający w poz. 18 wyraża zgodę na dostawę odczynnika o objętości 100 ml wystarczającego na min. 500 oznaczeń.

DYREKTOR ZWPS